Республиканскому государственному предприятию
«Больница Медицинского центра Управления Делами Президента
Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения
БИН 990740002243

от

ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП»
БИН 150940004778
Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Улжан-2,
ул. Байсеитова, д. 24
E-mail: info@medialgroup.kz
Тел.: +7 (727) 352-91-47
Моб.: +7 (702) 749-40-47
от 31.08.2026 г.

ПИСЬМО

о проверке соответствия заявки победителя требованиям технической спецификации и пересмотре результатов государственных закупок

ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» (БИН 150940004778), являясь участником государственных закупок по объявлению **№ 17452666-1**, сообщает о наличии существенных оснований для проверки заявки потенциального поставщика, признанного победителем.

По итогам закупки ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» заняло **второе место**.

В связи с проведенным нами анализом технической спецификации Заказчика и технической спецификации, представленной победителем, считаем необходимым обратить внимание Заказчика на обстоятельства, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о **несоответствии фактического состава предлагаемого победителем оборудования предмету закупки и установленным требованиям технической спецификации**.

1. Предметом закупки является не отдельный прибор, а полностью укомплектованное рабочее место офтальмолога

Согласно технической спецификации Заказчика:

«Рабочее место предназначено для проведения диагностических офтальмологических исследований и должно включать: офтальмологическую установку; компьютерный бесконтактный тонометр; автоматический кераторефрактометр. Комплект поставляется как единая интегрированная система».

Таким образом, Заказчиком однозначно определен **состав рабочего места**, который включает **три самостоятельные составляющие**:

1. офтальмологическую установку;
2. компьютерный бесконтактный тонометр;
3. автоматический кераторефрактометр.

Каждая из указанных позиций имеет собственное функциональное назначение и самостоятельные технические характеристики.

Следовательно, наличие только части оборудования либо указание одного и того же медицинского изделия в качестве нескольких различных составляющих рабочего места **не может рассматриваться как надлежащее исполнение требования о поставке полного комплекта**.

2. Существенное несоответствие заявки победителя: фактически представлены только две самостоятельные единицы оборудования

При анализе технической спецификации победителя нами установлено обстоятельство, требующее непосредственной проверки Заказчиком.

В тех местах технической спецификации победителя, где Заказчиком предусмотрено наличие **трех самостоятельных составляющих рабочего места**, победителем фактически указан один и тот же прибор — **компьютерный тонометр TOPCON CT-800A**.

То есть один и тот же **TOPCON CT-800A** используется в техническом описании таким образом, что фактически подменяет собой две отдельные позиции, предусмотренные технической спецификацией Заказчика.

При этом **TOPCON CT-800A является компьютерным бесконтактным тонометром**, предназначенным для измерения внутриглазного давления, а не рабочим местом офтальмолога и не автоматическим кераторефрактометром.

Официальная документация производителя TOPCON прямо определяет CT-800A как **Non-Contact Tonometer / Computerized Tonometer**.

Следовательно, указание одного и того же TOPCON CT-800A в качестве оборудования, относящегося к различным обязательным позициям, **не превращает данный прибор в три самостоятельные составляющие рабочего места**.

По существу, в заявке победителя просматриваются только **две самостоятельные единицы оборудования**, тогда как технической спецификацией Заказчика предусмотрены **три**:

Требование Заказчика:

1. Офтальмологическая установка
2. Компьютерный бесконтактный тонометр
3. Автоматический кераторефрактометр

Предложение победителя, по представленным сведениям:

1. Офтальмологическая установка
2. TOPCON CT-800A — компьютерный бесконтактный тонометр

При этом отдельного самостоятельного оборудования, соответствующего третьей обязательной позиции — **автоматическому кераторефрактометру**, — в заявке в надлежащем виде не представлено.

Именно данное обстоятельство, по нашему мнению, является принципиальным и требует проверки до заключения договора.

3. TOPCON CT-800A не является рабочим местом офтальмолога

Считаем необходимым отдельно подчеркнуть, что **TOPCON CT-800A не является рабочим местом офтальмолога**.

Производитель TOPCON позиционирует CT-800A как отдельный **бесконтактный компьютеризированный тонометр**. В официальной технической документации производителя указаны его функции измерения внутриглазного давления, сенсорный монитор, интерфейсы USB/RS-232/LAN и иные характеристики именно тонометра.

Таким образом, данный прибор:

- не является офтальмологической установкой;
- не является креслом пациента;
- не является рабочим местом офтальмолога;
- не является автоматическим кераторефрактометром;
- не может одновременно считаться несколькими самостоятельными товарами, предусмотренными технической спецификацией Заказчика.

Рабочее место офтальмолога представляет собой **комплекс оборудования**, включающий установку, тонометр и кераторефрактометр, а не отдельный диагностический прибор.

4. Отсутствие третьего самостоятельного прибора имеет существенное значение

Заказчик установил отдельные технические требования именно к **автоматическому кераторефрактометру**, в том числе:

- режимы REF / KRT / REF+KRT;
- измерение сферы;
- измерение цилиндра;
- определение оси;
- кератометрию;

- измерение радиуса роговицы;
- определение силы роговицы;
- автоматический захват;
- режим катаракты;
- режим IOL;
- автоматическую печать;
- сенсорный экран;
- встроенный принтер;
- интерфейсы USB, RS-232, LAN.

Перечисленные требования относятся к **отдельному автоматическому кераторефрактометру** и не могут быть автоматически признаны выполненными только на основании наличия бесконтактного тонометра.

Следовательно, если в заявке отсутствует отдельная модель автоматического кераторефрактометра, соответствующая указанным требованиям, то отсутствует одна из обязательных частей предмета закупки.

5. Наличие официального регистрационного документа Министерства здравоохранения Республики Казахстан

В подтверждение функционального назначения соответствующего оборудования ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» располагает официальным регистрационным удостоверением медицинского изделия:

«РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МИ (МТ) – №023543», выданным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В указанном регистрационном удостоверении отражено, что медицинское изделие:

Компьютерный тонометр, модели: CT-1P, CT-800

производства **Topcon Corporation, Япония**, зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан.

К настоящему обращению будет приложена копия указанного регистрационного удостоверения для подтверждения назначения и статуса медицинского изделия.

Указанный документ дополнительно подтверждает, что CT-800/CT-800A относится к категории **компьютерных тонометров**, то есть является отдельным диагностическим медицинским изделием, а не комплексным рабочим местом офтальмолога.

6. В заявке ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» представлены все три обязательные составляющие

В отличие от указанного выше предложения, ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» предлагает Заказчику **полный состав оборудования**, предусмотренный технической спецификацией.

1) Офтальмологическая установка

TRU-1000, производитель **TOMEY GmbH, Германия**.

Установка соответствует требованиям Заказчика по основным параметрам, включая двойной вращающийся стол, возможность размещения двух приборов, продольное перемещение, механическую фиксацию, электромеханическое кресло, LED-освещение, необходимые интерфейсы, электробезопасность, параметры питания, габариты и массу.

2) Компьютерный бесконтактный тонометр

CT-1P, производитель **TOPCON, Япония**.

Предлагаемый нами CT-1P имеет требуемые Заказчиком функции автоматического наведения и автовыстрела, режим катаракты, определение IOL, коррекцию по пахиметрии, сенсорный экран, требуемое количество сенсоров, USB, RS-232 и LAN.

3) Автоматический кераторефрактометр

KR-800, производитель **TOPCON, Япония**.

Предлагаемый нами KR-800 представляет собой отдельный автоматический кераторефрактометр и обеспечивает все предусмотренные технической спецификацией режимы и функции, включая REF / KRT / REF+KRT, рефракцию, кератометрию,

автоматический захват, режим катаракты, режим IOL, автоматическую печать, сенсорный экран, встроенный принтер, USB, RS-232 и LAN.

Таким образом, наша заявка обеспечивает именно тот состав, который был прямо установлен Заказчиком: офтальмологическая установка + компьютерный тонометр + автоматический кераторефрактометр.

7. Техническая спецификация должна оцениваться по фактическому составу предлагаемого товара

Действующие Правила осуществления государственных закупок предусматривают представление технической спецификации закупаемых товаров с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака, страны происхождения, завода-изготовителя и характеристик, подтверждающих соответствие товара требованиям конкурсной документации. Также Правила предусматривают возможность требования технической спецификации по каждому комплектующему товару отдельно.

В рассматриваемом случае это особенно важно, поскольку предмет закупки является **комплектом**, состоящим из нескольких самостоятельных медицинских изделий.

Поэтому оценка заявки должна осуществляться исходя из того, представлены ли в заявке **все предусмотренные Заказчиком самостоятельные составляющие**, а не только из того, насколько полно участник воспроизвел текст технической спецификации.

8. Просим провести объективную проверку именно фактического состава заявки победителя

Учитывая изложенное, просим Заказчика до заключения договора тщательно проверить:

1. Какая конкретно модель автоматического кераторефрактометра заявлена победителем.
2. Имеется ли в заявке победителя **отдельный самостоятельный кераторефрактометр**, а не повторно указанный TOPCON CT-800A.
3. Не используется ли один и тот же TOPCON CT-800A одновременно для подтверждения соответствия двух различных обязательных позиций.
4. Имеются ли документы производителя, подтверждающие наличие именно трех самостоятельных единиц оборудования.
5. Имеются ли регистрационные удостоверения на каждое медицинское изделие, если такие документы требуются законодательством Республики Казахстан.
6. Соответствует ли фактический состав предложения победителя определению **«Рабочее место офтальмолога»**, установленному непосредственно технической спецификацией Заказчика.
7. Может ли победитель документально подтвердить поставку полного рабочего места в составе **трех самостоятельных медицинских изделий**, предусмотренных Заказчиком.

9. О необходимости соблюдения принципов эффективного и добросовестного осуществления государственных закупок

ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» не ставит целью оспаривать результаты закупки исключительно в связи с тем, что наше ТОО заняло второе место.

Наше обращение обусловлено исключительно необходимостью обеспечить, чтобы Заказчик получил именно тот медицинский комплекс, который был предусмотрен собственной технической спецификацией.

Для медицинской организации принципиально важно, чтобы поставляемое оборудование не только формально соответствовало отдельным параметрам, но и обеспечивало **полноценное проведение диагностических офтальмологических исследований**.

В данном случае речь идет о медицинском оборудовании, которое непосредственно будет использоваться медицинскими работниками при обследовании пациентов. Поэтому отсутствие одной из трех предусмотренных составляющих рабочего места является

существенным обстоятельством, которое, по нашему мнению, не должно оставаться без проверки.

ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» специализируется на поставке медицинского оборудования и имеет соответствующий профиль деятельности, техническую компетенцию и опыт работы с медицинской техникой.

Мы убеждены, что поставка медицинского оборудования должна осуществляться поставщиком, способным обеспечить не только поставку отдельных единиц оборудования, но и **полную комплектацию, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала и последующее сервисное сопровождение всего рабочего места**.

При этом настоящее обращение не направлено на необоснованное ограничение прав какого-либо участника. Напротив, мы просим Заказчика провести объективную проверку и принять решение исключительно на основании требований собственной технической спецификации и представленных участниками документов.

10. ПРОСИМ

На основании изложенного **ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» ПРОСИТ:**

1. Провести дополнительную проверку заявки потенциального поставщика, признанного победителем по объявлению **№ 17452666-1**, на предмет соответствия установленному Заказчиком составу рабочего места офтальмолога.
2. Проверить наличие в заявке победителя **трех самостоятельных составляющих**, предусмотренных технической спецификацией:
   - офтальмологической установки;
   - компьютерного бесконтактного тонометра;
   - автоматического кераторефрактометра.
3. Отдельно проверить обстоятельство, согласно которому в технической спецификации победителя **TOPCON CT-800A указан в качестве оборудования, фактически подменяющего две самостоятельные позиции**, предусмотренные Заказчиком.
4. Учесть, что **TOPCON CT-800A является компьютерным бесконтактным тонометром и не является рабочим местом офтальмолога либо автоматическим кераторефрактометром**.
5. Проверить наличие отдельного автоматического кераторефрактометра в заявке победителя и документальное подтверждение его соответствия всем требованиям технической спецификации.
6. При установлении несоответствия заявки победителя требованиям конкурсной документации принять предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры в отношении результатов государственных закупок.
7. В случае установления несоответствия заявки победителя рассмотреть предложение **ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП», занявшего второе место**, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
8. При рассмотрении предложения ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» учесть, что наша заявка предусматривает поставку **полного рабочего места офтальмолога**, состоящего из трех самостоятельных единиц оборудования:
   - **TOMEY TRU-1000** — офтальмологическая установка;
   - **TOPCON CT-1P** — компьютерный бесконтактный тонометр;
   - **TOPCON KR-800** — автоматический кераторефрактометр.
9. Принять во внимание прилагаемое **Регистрационное удостоверение РК-МИ (МТ) – №023543**, подтверждающее регистрацию и разрешение к применению в Республике Казахстан компьютерных тонометров TOPCON соответствующей модели.
10. Предоставить ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» официальный письменный ответ о результатах рассмотрения настоящего обращения.

ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» готово по первому требованию предоставить Заказчику технические паспорта, каталоги производителей, регистрационные документы, документы, подтверждающие характеристики оборудования, а также иные материалы, необходимые для объективной проверки соответствия предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации.

Надеемся на объективное, всестороннее и документально подтвержденное рассмотрение настоящего обращения в целях обеспечения поставки Заказчику именно того медицинского оборудования и в том составе, который был установлен технической спецификацией.

Приложение:

1. Копия Регистрационного удостоверения РК-МИ (МТ) – №023543.
2. Техническая документация на предлагаемое ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП» оборудование.

С уважением,
Генеральный директор
ТОО «МЕДИАЛ ГРУПП»
Егзекова Айганым Куандыковна