«DACIL» ЖШС
БСН 111 240 010 524
ҚР, Қарағанды қ.,
Алиханов көшесі, 1 үй
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

ТОО «DACIL»
БИН 111 240 010 524
РК, г.Караганда,
ул.Алиханова, здание 1
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

исх.№2702-1 от 27.02.2018г.

Председателю
Комитета внутреннего
государственного аудита
Министерства финансов
Республики Казахстан

Касательно нарушений при проведении открытого конкурса

Настоящим письмом Товарищество с ограниченной ответственностью «DACIL» в лице директора Абильтусуповой Динары Абильхазыевны доводит до Вашего сведения о нарушениях Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» №434-V (далее – Закон) при проведении, рассмотрении конкурсных заявок и подведении итогов открытого конкурса №2167447-2 «Государственные закупки лабораторного оборудования» (далее – Открытый конкурс). Заказчиком и организатором данного открытого конкурса является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Организатор). Заявка ТОО «DACIL» была подана на лот №15962329-ОК1 «Спектрометр».

Согласно статьи 4 Закона: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;
2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;
3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;
5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;
6) ответственности участников государственных закупок;
7) недопущения коррупционных проявлений;
8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

Во-первых, в технической спецификации к лоту №15962329-ОК1 «Спектрометр» указаны точные характеристики бета и гамма детекторов (габариты детекторов), то есть без

указаний «не более» или «не менее», что указывает на конкретное оборудование определенного производителя. Тем самым Организатор не придерживается одного из основных принципов осуществления государственных закупок, указанных в Законе, а именно предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Во-вторых, согласно протокола предварительного допуска №1935367 от 14.02.2018г. конкурсная заявка ТОО «DACIL» была отклонена по следующим причинам:

*- заявленный поставщиком размер бета детектора (70*10 мм), не соответствует технической спецификации (необходим размер 128*9 мм);*

Указанные параметры в приложенном приложении к свидетельству не соответствуют к технической спецификации:

*- согласно описания типа СИ, диапазон измерений активности гамма излучающих радионуклидов не соответствует технической спецификации. (5 Бк/кг – 5*105 Бк/кг, тогда как согласно технической спецификации необходимо не менее 1 Бк/кг – 106 Бк/кг);*

- согласно описания типа СИ, предел основной относительной погрешности измерений активности радионуклидов не соответствует технической спецификации. (±30%, тогда как согласно технической спецификации необходимо не более 20%);

На основании описания типа средств измерений, а также письма исх.№077 от 16.02.2018г. «Пояснения к технической спецификации» от производителя (Научно-технический центр РАДЭК) поясняем, что вышеуказанные причины отклонения являются необоснованными и предлагаемый нами спектрометр полностью выполняет требования технической спецификации открытого конкурса.

Касательно замечания «***заявленный поставщиком размер бета детектора (70*10 мм), не соответствует технической спецификации (необходим размер 128*9 мм)***»

Исходя из таблицы №2 «Описания типа средств измерений» и письма от производителя диапазон энергий регистрируемого бета-излучения составляет 65 кэВ - 4000 кэВ, что значительно шире диапазона, указанного в технической спецификации, а именно 150 кэВ – 3,5 МэВ. Данные значения диапазон напрямую зависят от размера бета детектора.

Кроме того согласно п.160 Параграфа 11 «Рассмотрение заявок на участие в конкурсе» Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

Таким образом мы предлагаем более улучшенные технические характеристики, чем характеристики, указанные в технической спецификации. Соответственно у Организатора будет возможность проводить измерения в более широком диапазоне, что позволит определить даже малейшее бета-излучение от 65 кэВ.

Касательно замечаний «***диапазон измерений активности гамма излучающих радионуклидов не соответствует технической спецификации.*** *(5 Бк/кг – 5*105 Бк/кг, тогда как согласно технической спецификации необходимо не менее 1 Бк/кг – 106 Бк/кг)*» и «***предел основной относительной погрешности измерений активности радионуклидов не соответствует технической спецификации.*** *(±30%, тогда как согласно технической спецификации необходимо не более 20%)*».

В связи с тем, что в технической спецификации к данному открытому конкурсу не указаны радионуклиды, геометрия, тип пробы и время измерения, за которое должен быть достигнут требуемый уровень погрешности, указанные замечания являются технически

некорректными. Так как диапазон измерения может быть расширен при условии концентрирования или разубоживания пробы и при изменении этих условий могут быть достигнуты требуемые в технической спецификации характеристики.

Данные разъяснения были предоставлены в конкурсной заявке ТОО «DACIL», на которые не обратил внимания Организатор.

В-третьих, на этапе подведения итогов Организатор также допустил ошибки, а именно расчет условных скидок. Потенциальные поставщики предоставили сведения о квалификационных данных (Приложение 7 - Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) с актами приема-передачи товаров, счет-фактурами и накладными на отпуск товаров. Согласно п.154 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок (далее – Приказ): Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов.

В данном случае Организатор не присвоил условные скидки за опыт поставки аналогичных товаров ни одному из потенциальных поставщиков.

Учитывая вышеизложенное имеем основания полагать, что Организатор при объявлении и проведении открытого конкурса лоббировал интересы определенного производителя и его дилера на территории Республики Казахстан, тем самым ограничивая круг других производителей и потенциальных поставщиков.

Также Организатором неоднократно были допущены ошибки технического характера при проведении открытого конкурса, одной из которых является неверный расчет условных скидок.

Рассчитывая на Вашу компетентность в вышеуказанных вопросах и данное Вам государством право объективного разрешения ситуаций, складывающихся при нарушении законодательства в сфере государственных закупок, просим Вас пересмотреть протокол предварительного допуска, либо протокол итогов данного открытого конкурса.

С уважением,
Директор ТОО «DACIL» **Абильтусупова Д.А.**

МП

Приложения к письму исх.№2702-1 от 27.02.2018г.:

1. Официальное письмо от производителя исх.№077 от 16.02.2018г.;
2. Руководство по эксплуатации;
3. Методика измерений
4. Описание типа средств измерения

Исполнитель: Копбалина Н.С.
моб.тел.: +7 707 613 27 38