ТОО «КазПотребТорг»

Юридический (почтовый адрес): Республика Казахстан, г.Петропавловск,

Улица Потанина, дом 61, офис 9, Индекс 150000

БИН: 160640009591, РНН 481400069234 ИИК: KZ38998KTB0000327949 – тенге

Северо-Казахстанский филиал: АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA

e-mail: kazpotrebtorg@mail.ru, тел. 8(7152) 70-38-23, сот. 8-701-152-72-29

исх. №244 от 14.03.2018 года

Жалоба

ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области" провела закупку способом открытого конкурса №2200107-1 на общую сумму **15 300 000.00.** Закупка произведена не правильно так как в технической спецификации указаны параметры Евростандартов, что не позволяет поставщикам с производством слуховым аппаратов Российского и отечественного производства учавствовать в данной закупке.

Вставка из технического задания Заказчика:

Лот 15901245-ОК1 1) имитатор уха – ***IEC 60118-0 (1983) и 60711 (1981) и DIN 45605, 2) камера связи (куплер) 2cc – ANSIS3.22 (2003) и S3.7 (1995) IEC 60118-7 (2005) и IEC 60318-5 (2006).*** Минимальные требования к техническим характеристикам слуховых аппаратов для компенсации I – III степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 118 - 126 Максимальное усиление, дБПик 51 - 60 Частотный диапазон, Гц не менее 6000 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 80 10 мА/м поле не более 100 SPLITS L/R не более 95/95 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 0.3 % 800 Гц не более 0.6 % 1600 Гц не более 0.3 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД ***Omni*** не более 23 Dir не более 31 Потребление батарейки, мА Покой не менее 1.2 Типично не менее1.2 Ожидаемый срок работы батарейки (размер 13, IECPR 48) не менее 220 часов Электромагнитная помехоустойчивость, дБ УЗД -27/-34 IRIL (IEC 60118-13), GSM/DECT Минимальные требования к техническим

характеристикам слуховых аппаратов для компенсации III-IV степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 127 - 134 Максимальное усиление, дБ Пик 61 - 68 Частотный диапазон, Гц не менее 5500 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 93 10 мА/м поле не более 113 SPLITS L/R не более 99/99 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 1.4 % 800 Гц не более 0.5 % 1600 Гц не более 0.4 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД Omni не более 16 Dir не более 28 Потребление батарейки, мА Покой не менее1.2 Типично не менее1.2 Ожидаемый срок работы батарейки (***размер 13, IECPR 48)*** не менее 215 часов Электромагнитная помехоустойчивость, дБ УЗД -28/-34IRIL (IEC 60118-13), GSM/DECT Минимальные требования к техническим характеристикам слуховых аппаратов для компенсации IV степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 139 - 143 Максимальное усиление, дБ Пик 78 - 82 Частотный диапазон, Гц не менее 6000 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 105 10 мА/м поле не более 125 SPLITS L/R не более 107/107 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 6.0 % 800 Гц не более 2.0 % 1600 Гц не более 2.0 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД Omni не более 19 Dir не более 32 Потребление батарейки, мА Покой не менее1.2 Типично не менее1.3 Ожидаемый срок работы батарейки (размер 13, IECPR 48) не менее 246 часов

2) лот № 15901385-ОК1 Техническая информация на цифровые слуховые аппараты заушного типа должна быть представлена в соответствии с международными измерительными стандартами: 1) имитатор уха **– *IEC 60118-0 (1983) и 60711 (1981) и DIN 45605, 2) камера связи (куплер) 2cc – ANSIS3.22 (2003) и S3.7 (1995) IEC 60118-7 (2005) и IEC 60318-5 (2006).*** Минимальные требования к техническим характеристикам слуховых аппаратов для компенсации I – III степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 118 - 126 Максимальное усиление, дБПик 51 - 60 Частотный диапазон, Гц не менее 6000 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 80 10 мА/м поле не более 100 SPLITS L/R не более 95/95 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 0.3 % 800 Гц не более 0.6 % 1600 Гц не более 0.3 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД Omni не более 23 Dir не более 31 Потребление батарейки, мА Покой не менее 1.2 Типично не менее1.2 Ожидаемый срок работы батарейки (размер 13, IECPR 48) не менее 220 часов Электромагнитная помехоустойчивость, дБ УЗД ***-27/-34 IRIL (IEC 60118-13), GSM/DECT*** Минимальные требования к техническим характеристикам слуховых аппаратов для компенсацииIII-IV

степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 127 - 134 Максимальное усиление, дБ Пик 61 - 68 Частотный диапазон, Гц не менее 5500 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 93 10 мА/м поле не более 113 SPLITS L/R не более 99/99 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 1.4 % 800 Гц не более 0.5 % 1600 Гц не более 0.4 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД Omni не более 16 Dir не более 28 Потребление батарейки, мА Покой не менее1.2 Типично не менее1.2 Ожидаемый срок работы батарейки (размер 13, IECPR 48) не менее 215 часов Электромагнитная помехоустойчивость, дБ УЗД -28/-34IRIL (IEC 60118-13), GSM/DECT Минимальные требования к техническим характеристикам слуховых аппаратов для компенсацииIV степени снижения слуха ВУЗД90, дБ УЗД Пик 139 - 143 Максимальное усиление, дБ Пик 78 - 82 Частотный диапазон, Гц не менее 6000 Выход телекатушки (1600Гц), дБ УЗД 1 мА/м поле не более 105 10 мА/м поле не более 125 SPLITS L/R не более 107/107 Абс. гармонические искажения (Вход 70 дБ УЗД) 500 Гц не более 6.0 % 800 Гц не более 2.0 % 1600 Гц не более 2.0 % Эквивалентный уровень входного шума (А), дБ УЗД Omni не более 19 Dir не более 32 Потребление батарейки, мА Покой не менее1.2 Типично не менее1.3 Ожидаемый срок работы батарейки (размер 13, IECPR 48) не менее 246 часов.

А также в техническом задании Заказчик прописал: «И иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику». - Мы полагаем, что идет явное лоббирование крупного поставщика представителя завода у которого есть Дилерство или Дистрибьютерство, что идет в разрез с действующим законодательством.

Еще бы хотели добавить, что проведя анализ данной закупки с привлечением квалифицированных специалистов по данным характеристикам идеально подходит модель Сименс Промт, и мы считаем что тех. Задание Заказчик писал идеально под конкретного поставщика и конкретную модель.

Мы считаем, что закупка произведена ненадлежащим образом с сомнительным техническим заданием, а также должна разрабатываться независимое ТЗ для равной и честной конкуренции.

Директор ТОО «КазПотребТорг» **Иржанов Б.Б.**