ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.), РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, 305А,
тел.: +7 (727) 374 -35-70, +7 (727) 374 -35-84, +7 (727) 374 -35-87, факс: + 7 (727) 374-35-67
E-mail: info@zalma.org, сайт: www.zalma.org

АФ ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.), РК, 010000, г. Астана, р-н Алматы, ЖК «Сказочный мир»,
ул. 23-15, д. 11, кв.132, тел.: +7 (7172) 25-99-75, факс: +7 (7172) 25-99-76
E-mail: info.astana@zalma.org

Исход.№ 173
05 ИЮН 2018

РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Копия **Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего финансов государственного аудита Министерства Республики Казахстан.**

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан проведен конкурс № 2522499-ОК1, наименование конкурса «Государственные закупки лабораторного оборудования», Лот №18962199-ОК1, закуп «Анализатор бактериологический», в количестве 6(шесть) штук, выделенная сумма 110 892 857.16 (сто десять миллионов восемьсот девяноста две тысячи восемьсот пятьдесят семь) тенге,16 тиынов.

25.05.2018 г. ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) в установленный конкурсом срок подали заявку на участие в конкурсе №2522499-ОК1, по Лоту № 18962199-ОК1, наименование Лота «Анализатор бактериологический», количества 6(шесть) штук.

04.06.2018 г. опубликован Протокол об итогах № 2522499-ОК1 (далее – Итоги), по Лоту № 18962199-ОК1, согласно которому из 11(одиннадцати) потенциальных поставщиков на конкурс были допущены всего две компании а именно:

1- ТОО "BERKATA engineering";
2- ТОО "INOS" (ИНОС).

Согласно Итогов конкурса ТОО "INOS" (ИНОС) определен победителем по Лоту № 18962199-ОК1 как потенциальный поставщик с заявленной ценой с учетом условных скидок 107 040 000,00 (сто семь миллионов сорок тысяч) тенге.

Остальные 9(девять) потенциальных поставщиков, в том числе и ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) с заявленной ценой с учетом условных скидок 57 004 822,00 (пятьдесят семь миллионов четыре тысячи восемьсот двадцать два) тенге, 26 тыинов, отклонены как заявки не соответствующие конкурсной документации.

Основание для отклонения заявки ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) якобы явилось то, что при рассмотрении конкурсной комиссией характеристики предлагаемого оборудования (Quantstudio 5) выявил следующие несоответствия такие как: - Требуется наличие функции динамического температурного градиента, не менее восьми температурных для оптимизации ПЦР-смесей и подбора оптимальных условии при проведении амплификации нуклеиновых кислот. В инструкции для эксплуатации предлагаемого оборудования (Quantstudio 5) фактический имеется только 6 (шесть) температурных зон; - Несоответствия точности поддержания

температуры в каждой лунке термоблока прибора не более ±0.2°С от заданной. В предлагаемом оборудовании 0,25°С.

Решение конкурсной комиссии об отклонения заявки ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) по Лоту №18962199-ОК1 считаем незаконным по следующим основаниям:

1- Несоответствие точности поддержания температуры в каждой лунке термоблока прибора в 0,05°С не является критичным при постановке ПЦР-реакции и не влияет на результат проводимых исследований. Производители Реал Тайм ПЦР оборудований не указывают сотые доли градусов (°С) в технических характеристиках и округляют данный показатель до десятых долей градусов (°С), как в случае с предложенными приборами CFX96 Real-Time. Прикладываем официальное письмо от завода-изготовителя указывающее на то, точность поддержания температуры в каждой лунке термоблока прибора не более ±0.2°С.
2- Несоответствие прибора QuantStudio 5 в пункте программной корректировки интенсивности флуоресценции является неверным. Прибор может быть использован как с референтным красителем так и без референтного красителя для корректировки интенсивности флуоресценции, использование является опциональным (ссылка с инструкции, страница 10 внизу). Возможность применения референтного красителя является преимуществом, так как позволяет компенсировать неточности результатов исследований связанных с пробоподготовкой и исспарением образцов во время ПЦР.
3- В требовании по линии функции динамического температурного градиента не указан объект понятия «восьми температурных». Требование «восьми температурных» должно сопровождаться режимами или зонами. Предлагаемый к поставке прибор QuantStudio 5 имеет более 8 градиентных температурных режимов для оптимизации ПЦР-смесей и подбора оптимальных условии при проведении амплификации нуклеиновых кислот.

На основании изложенного, характеристики предлагаемого ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.), оборудования Quantstudio 5 полностью соответствуют требуемым техническим характеристикам по закупу «Анализатора бактериологический».

Из этого следует, что Конкурсная комиссия РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан при подведении Итогов конкурс № 2522499-ОК1 по Лоту № 18962199-ОК1 **не законно** отклонило заявку потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.). Тем самым существенно нарушив права других Потенциальных поставщиков, участвовавших в Конкурсе.

На основании выше изложенного просим Вас отменить Протокол итогов № 2522499-ОК1 от 04.06.2016 года, по Лоту № 18962199-ОК1, наименование Лота «Анализатор бактериологический», количества 6(шесть) штук и принять решения в рамках действующего Закона «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок.

Приложение: 1-Копия письма производителя прибора Termo Fisher Scientific на 2 листах;
2-Копия Инструкция прибора «QuantStudio 5» на 2 листах, на английском языке 1 страница и 10 страница. (полный текст инструкции предоставим по запросу);
3-Копия Инструкция прибора «QuantStudio 5» на 2 листах, на русском языке 1 страница и 10 страница. (полный текс инструкции предоставим по запросу).

С уважением,

Директор
ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) **Окусханов А.Р.**