ТОО “INOS” (ИНОС)
БИН 07074005662
г. Астана, левый берег, БЦ “Самал”
ул. Ханов Керея и Жанибека 18,
офис 501
Тел.: +7 (7172) 72 88 78, email: info@inos.kz

№ 36/06-2018
от 08.06.2018 года

Организатору конкурса
РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Комитета ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
БИН 030140001998
Адрес организатора: Казахстан, Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 50/1

от потенциального поставщика
ТОО "INOS" (ИНОС)
БИН 070740005662
Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
Левый берег, БЦ «Самал», ул. Ханов Керея и Жанибека 18, офис 501
Тел: 8 (7172) 72 88 78

Наименование конкурса:
Государственные закупки лабораторного оборудования
№ конкурса 2522499-ОК1

ТОО "INOS" (ИНОС) выражает свое несогласие с решением конкурсной комиссии, отображенном в протоколе об итогах № 2269608 от 01.06.2018 года конкурса № 2522499-ОК1 **по лоту № 18962109-ОК1 - Анализатор для иммуноферментного (ИФА) анализа,** а именно с признанием в качестве победителя конкурса - ТОО "BioChemium", БИН 120540013945.

На первом этапе вышеназванного конкурса конкурсная заявка потенциального поставщика - ТОО "BioChemium" была отклонена за несоответствие конкурсной документации по причине несоответствия технической спецификации, изложенным в предварительном протоколе допуска, а именно:

- не указано наименование товара;
- не указан завод изготовитель;
- год выпуска указан не корректно;
- гарантийный срок не указан;
- отсутствует описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик оборудования;
- отсутствуют нижеследующие требования: Комплект ИФА оборудования. Иммуноферментный спектрофотометр (ридер) предназначенный для считывания иммуноферментных анализов в 96-ти луночной плашке или стрипе. Открытая система, оснащена программным обеспечением для ввода, редактирования параметров, имеет функции поиска, просмотра и печати результатов, создания тестов. Является открытой системой для ИФА, позволяющей работать с тест-наборами любого производителя, в том числе отечественными наборами. Спектральный диапазон, нм: нижний диапазон не менее

340 и не более 400, верхний диапозон не менее 750 и не более 860. Обеспечение точного считывания в моно-или би- хроматическом режиме. Наличие четырех встроенных длин волн на 405 нм, 450 нм, 492 (490) нм и 630 (620) нм. Наличие не менее 4 свободных позиции для укомплектования дополнительными фильтрами. Линейность 0-3 Abs, ± 2%, 96-луночный планшет; Диапазон считывания от 0 до 3,5 и более абс. Разрешение 0,001 абс. Точность ± 1% (0-3 абс.). Шейкер: Линейное встряхивание, не менее 3 скоростных режимов: медленный (не менее 5 Гц), средний (не менее 11 Гц) и быстрый (не менее 20 Гц). Время запуска не более 30 секунд. Возможность распечатывания результатов анализа на внешнем принтере. Время измерения: не более 7 сек. (96-лун. планшет) при одной волне и не более 16 сек. при 2-х длинах волн. Компьютерный интерфейс: не хуже USB 1.1 (2.0-совместимый) или USB 2.0. Габаритные размеры (мм): Глубина (Длина) не менее 290 и не более 390, Ширина не менее 300 и не более 400, Высота не менее 160 и не более 220. Вес, кг: не более 8,5. Пользовательский интерфейс: Прибор может работать под управлением компьютера, а также работать на специальном программном обеспечении. Наличие самопроверки оборудования, задание положения контрольных материалов, измерение части планшета, система подсказок и сообщений об ошибках, интерпретация с учетом заданных границ, вывод и редактирование калибровочных кривых, одноволновое и двухволновое измерение. Наличие дисплея с встроенной клавиатурой, для возможности управления без подключения к компьютеру (клавиатура на английском или русском языках). Год выпуска не ранее 2017 года. Прибор должен включать, оригинальную инструкцию пользователя, с заверенным переводом на русском языке. Программное обеспечение: 1. Подходит для разного типа наборов ИФА анализа; 2. Программное обеспечение для проведения качественного и количественного анализа, а также сохранения, загрузки и экспорта результатов должно быть включено в комплект; 3. Программное обеспечение должно быть на русском языке, со встроенными программами для анализа данных полученных при помощи коммерческих ИФА-наборов для диагностики заболеваний животных с возможностью выдачи положительных и отрицательных результатов. 4. Наличие возможности экспортирования результатов в EXELL.

Требования к поставщику:

- в технической спецификации должны быть указаны производитель и модель (марка) предлагаемого оборудования;

-предлагаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным;

- поставщик обязуется обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и гарантийное обслуживание сертифицированным производителем предлагаемого оборудования сервисным инженером в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и заключения контракта на сервисное обслуживание в пост гарантийный период. Обязательство провести обучение персонала эксплуатации оборудования и выполнения анализа с проведением эксперимента и использованием наборов реагентов предоставляемым поставщиком.

- отсутствует доказательства сертифицированного сервис инженера от производителя, который будет производить монтаж, ввод в эксплуатацию оборудование и гарантийное обслуживание.

В ответ на последнее замечание в качестве исправлений **ТОО "BioChemium"** предоставило следующие документы:

1. Информационное письмо за исх. № 77/18 от 23.05.2018 года от Компании Thermo Fisher Scienyific о подтверждении прохождения тренинга по техническому обслуживанию и инсталляции продукции Multiscan FC, Wellwash и Wellwash Versa инженера компании **Zalma**;
2. Сертификат на Саурова Евгения Андреевича, подтверждающий прохождение тренинга общелабораторного оборудования Multiscan FC, Wellwash и Wellwash Versa

Однако документ, подтверждающий факт работы в **ТОО "BioChemium",** не предоставлен. Более того, в конкурсной заявке ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) БИН 040240000429 приложен приказ о приеме на работу Саурова Евгения Андреевича на должность инженера.

Полагаем, что организатору конкурса необходимо проверить данный факт на достоверность предоставленной информации потенциальным поставщиком - ТОО "BioChemium"

На основании вышеизложенного **ТОО "INOS" (ИНОС)** считает, что предоставленные документы потенциальным поставщиком **ТОО "BioChemium"** в качестве исправлений на втором этапе конкурса 2522499-ОК1 по лоту № 18962109-ОК1 - Анализатор для иммуноферментного (ИФА) анализа не удовлетворяют несоответствие конкурсной документации, а, следовательно, **ТОО "BioChemium"** должен быть отклонен за несоответствие конкурсной документации.

Ко всему прочему **ТОО "BERKATA engineering"** при предоставлении аналогичных документов на втором этапе конкурса также не предоставило документ, подтверждающий факт работы инженера Селиверстова А.В. в ТОО "BERKATA engineering", а именно приказ о приеме на работу в ТОО "BERKATA engineering".

На основании всего вышеизложенного просим Вас повторно рассмотреть заявки потенциальных поставщиков и пересмотреть протокол итогов № 2269608 от 01.06.18 г. к конкурсу № 2522499-ОК1 с учетом перечисленных замечаний по лоту № 18962109-ОК1 - Анализатор для иммуноферментного (ИФА) анализа.

Коммерческий директор **Яровой В.С.**

ИНОС