Номер закупки:	Открытый конкурс № 2549202-1
Наименование закупки:	Мәйіттерді сақтауға арналған салқындату камерасы / Закуп холодильной камеры для трупов
Номер лота:	№ 19169481-ОК1
Наименование лота:	Морозильник / Морозильник
Описание лота:	встраиваемый, в виде стола, объем не менее 220 л / встраиваемый, в виде стола, объем не менее 220 л
Дополнительное описание лота:	2 орындық мәйіттерді сақтауға арналған салқындату камерасы тот баспайтын болаттан ортақ есігі бар жиынтықта арбасы бар техникалық ерекшелікке сай / Холодильная камера для хранения трупов на 2 места с общей дверью из нержавеющей стали в комплекте с тележкой согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе улица Маресьева, 68
Срок поставки:	40 календарных дней со дня подписания договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Камера холодильная для хранения тел усопших на 2 места модель КХ-2, в комплекте с транспортной тележкой-подъемником
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО "МНПП "Инициатива"
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Краткие характеристики указанные на портале: (http://initsiativa.su/morgi-xranenie-trupov-kamery/), относятся к стандартной модели КХ-2 . Но производитель изготавливает еще и модели под заказ. Согласно прикрепленного письма, достигнута договоренность об изготовлении камеры соответствующей заявленной спецификации Заказчика. Холодильная камера для хранения трупов на 2 места из нержавеющей стали: Температурный режим - от -5 до +10' С. Материал изготовления - Медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция камеры выполнена из сборных панелей - Толщина, не менее 80 мм. Торцевые поверхности панелей оснащены двойной системой стыковки “шип-паз”. Несущая конструкция камеры, достигающаяся за счет использования замков эксцентриков - не менее 12 шт на одну панель. Самонесущий каркас. Толщина стали панелей, не менее - 0,80 мм. Толщина стали пола камеры, не менее - 1 мм. Наполнение - полиуретановая пена. Плотность, не менее - 40 кг/куб. м. Влагостойкий плинтус по периметру камеры. Монтаж на самовыравнивающийся профиль для естественного выравнивания относительно горизонта. Наружные размеры: Ширина, не более 1060мм. Глубина, не более - 2260мм. Высота, не более - 1 660мм. Внутренние размеры: Ширина, не более - 900мм. Глубина, не более - 2100мм. Высота, не более - 1500мм. Камера оснащена двухуровневым стеллажом. Тип крепления стеллажа внутри камеры - на винтовых распорках, без повреждения внутренних стен камеры. Стеллаж представлен в виде разборного каркаса из профильной трубы. Каждый уровень стеллажа имеет 2 направляющих для колес поддона. Направляющие для поддона имеют расширения в передней части, для упрощения процесса загрузки и выгрузки поддонов. Материал изготовления поддона - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция поверхности поддона - цельновыдавленная из единой заготовки, без сварных швов. Ручки поддона П-образной формы, из цельного куска трубы - С двух сторон. Длина поддона, не менее - 2000мм. Ширина поддона, не более - 580 мм. Колеса поддона, материал - полипропилен. Колеса поддона, количество - 8 шт. Диаметр колес поддона, не менее - 80 мм. Тип загрузки камеры – фронтальный, через большую дверь. Дверь: Материал изготовления двери - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Дверная ручка расположена на фронтальной поверхности двери, под горизонтальный хват, оснащена замком с ключевым доступом и системой аварийного открытия с внутренней стороны камеры. Дверная ручка оснащена механизмом регулировки плотности прилегания дверного полотна к дверному проему камеры. Ширина, не менее - 700 мм. Высота, не менее - 1400 мм. Толщина двери, не менее - 80 мм. Количество дверей - 1 шт. Охлаждающий модуль: Крепление сверху камеры. Высота части холодильного агрегата, выступающего над холодильной камерой, не более - 500 мм. Количество модулей - 1 шт. Мощность, не более - 900 Вт при +4. Напряжение - 220 В, 1 фаза, частота 50 Гц. Хладагент - R404a. Программа автоматической разморозки. Стабилизатор напряжения. Управление холодильным агрегатом осуществляется при помощи съемного пульта управления расположенного на фронтальной части камеры. Пульт оснащен: индикаторной лампой состояния, индикаторной лампой разморозки, дисплеем с индикатором температуры внутри камеры, кнопкой включения/отключения освещения внутри камеры. Испаритель вместе с системой освещения - расположен внутри холодильной камеры. Система конденсации - расположена снаружи холодильной камеры. Система дезинфекции внутреннего пространства камеры, позволяющая устранять посторонние запахи, бактерии, вирусы и другие микрозагрязнители: Электрическое питание:100-240 В А. Входная частота: 50/60 Гц. Выходное напряжение источника питания: 12 В постоянного тока Ампер: 0.800 А. Потребляемая мощность: 9,6 Вт. Емкость блока питания: 2.08 А Размер не более 270 х 103 х 224 мм. Тележка транспортная в комплекте: Материал рамы - труба из нержавеющей стали марки 304. Загрузка, не менее - 165кг. Направляющие для поддонов с колесами. Система фиксации для поддона. Габариты тележки: Длина, не менее - 1660 мм. Ширина, не менее - 610 мм. Высота, не менее - 765 мм. Масса, не более - 24 кг. Тележка оснащена колесиками, не менее - 4 шт. Колесики с тормозами, не менее - 2 шт. Поставщик осущетсвляет пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучения персонала на рабочем месте, а так же информационной и методической поддержкой. Предоставление с комплектом оборудования технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках. Хранение и транспортировка будет произведена в условиях, обеспечивающих сохранение безопасности, эффективности и качества камеры; Товар новый и ранее неиспользованный, произведенный не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке

Краткие характеристики указанные на портале: (http://initsiativa.su/morgi-xranenie-trupov-kamery/), относятся к стандартной модели КХ-2 . Но производитель изготавливает еще и модели под заказ. Согласно прикрепленного письма, достигнута договоренность об изготовлении камеры соответствующей заявленной спецификации Заказчика. Холодильная камера для хранения трупов на 2 места из нержавеющей стали: Температурный режим - от -5 до +10' С. Материал изготовления - Медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция камеры выполнена из сборных панелей - Толщина, не менее 80 мм. Торцевые поверхности панелей оснащены двойной системой стыковки “шип-паз”. Несущая конструкция камеры, достигающаяся за счет использования замков эксцентриков - не менее 12 шт на одну панель. Самонесущий каркас. Толщина стали панелей, не менее - 0,80 мм. Толщина стали пола камеры, не менее - 1 мм. Наполнение - полиуретановая пена. Плотность, не менее - 40 кг/куб. м. Влагостойкий плинтус по периметру камеры. Монтаж на самовыравнивающийся профиль для естественного выравнивания относительно горизонта. Наружные размеры: Ширина, не более 1060мм. Глубина, не более - 2260мм. Высота, не более - 1 660мм. Внутренние размеры: Ширина, не более - 900мм. Глубина, не более - 2100мм. Высота, не более - 1500мм. Камера оснащена двухуровневым стеллажом. Тип крепления стеллажа внутри камеры - на винтовых распорках, без повреждения внутренних стен камеры. Стеллаж представлен в виде разборного каркаса из профильной трубы. Каждый уровень стеллажа имеет 2 направляющих для колес поддона. Направляющие для поддона имеют расширения в передней части, для упрощения процесса загрузки и выгрузки поддонов. Материал изготовления поддона - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция поверхности поддона - цельновыдавленная из единой заготовки, без сварных швов. Ручки поддона П-образной формы, из цельного куска трубы - С двух сторон. Длина поддона, не менее - 2000мм. Ширина поддона, не более - 580 мм. Колеса поддона, материал - полипропилен. Колеса поддона, количество - 8 шт. Диаметр колес поддона, не менее - 80 мм. Тип загрузки камеры – фронтальный, через большую дверь. Дверь: Материал изготовления двери - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Дверная ручка расположена на фронтальной поверхности двери, под горизонтальный хват, оснащена замком с ключевым доступом и системой аварийного открытия с внутренней стороны камеры. Дверная ручка оснащена механизмом регулировки плотности прилегания дверного полотна к дверному проему камеры. Ширина, не менее - 700 мм. Высота, не менее - 1400 мм. Толщина двери, не менее - 80 мм. Количество дверей - 1 шт. Охлаждающий модуль: Крепление сверху камеры. Высота части холодильного агрегата, выступающего над холодильной камерой, не более - 500 мм. Количество модулей - 1 шт. Мощность, не более - 900 Вт при +4. Напряжение - 220 В, 1 фаза, частота 50 Гц. Хладагент - R404a. Программа автоматической разморозки. Стабилизатор напряжения. Управление холодильным агрегатом осуществляется при помощи съемного пульта управления расположенного на фронтальной части камеры. Пульт оснащен: индикаторной лампой состояния, индикаторной лампой разморозки, дисплеем с индикатором температуры внутри камеры, кнопкой включения/отключения освещения внутри камеры. Испаритель вместе с системой освещения - расположен внутри холодильной камеры. Система конденсации - расположена снаружи холодильной камеры. Система дезинфекции внутреннего пространства камеры, позволяющая устранять посторонние запахи, бактерии, вирусы и другие микрозагрязнители: Электрическое питание:100-240 В А. Входная частота: 50/60 Гц. Выходное напряжение источника питания: 12 В постоянного тока Ампер: 0.800 А. Потребляемая мощность: 9,6 Вт. Емкость блока питания: 2.08 А Размер не более 270 х 103 х 224 мм. Тележка транспортная в комплекте: Материал рамы - труба из нержавеющей стали марки 304. Загрузка, не менее - 165кг. Направляющие для поддонов с колесами. Система фиксации для поддона. Габариты тележки: Длина, не менее - 1660 мм. Ширина, не менее - 610 мм. Высота, не менее - 765 мм. Масса, не более - 24 кг. Тележка оснащена колесиками, не менее - 4 шт. Колесики с тормозами, не менее - 2 шт. Поставщик осущетсвляет пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучения персонала на рабочем месте, а так же информационной и методической поддержкой. Предоставление с комплектом оборудования технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках. Хранение и транспортировка будет произведена в условиях, обеспечивающих сохранение безопасности, эффективности и качества камеры; Товар новый и ранее неиспользованный, произведенный не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Краткие характеристики указанные на портале: (http://initsiativa.su/morgi-xranenie-trupov-kamery/), относятся к стандартной модели КХ-2 . Но производитель изготавливает еще и модели под заказ. Согласно прикрепленного письма, достигнута договоренность об изготовлении камеры соответствующей заявленной спецификации Заказчика. Холодильная камера для хранения трупов на 2 места из нержавеющей стали: Температурный режим - от -5 до +10' С. Материал изготовления - Медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция камеры выполнена из сборных панелей - Толщина, не менее 80 мм. Торцевые поверхности панелей оснащены двойной системой стыковки “шип-паз”. Несущая конструкция камеры, достигающаяся за счет использования замков эксцентриков - не менее 12 шт на одну панель. Самонесущий каркас. Толщина стали панелей, не менее - 0,80 мм. Толщина стали пола камеры, не менее - 1 мм. Наполнение - полиуретановая пена. Плотность, не менее - 40 кг/куб. м. Влагостойкий плинтус по периметру камеры. Монтаж на самовыравнивающийся профиль для естественного выравнивания относительно горизонта. Наружные размеры: Ширина, не более 1060мм. Глубина, не более - 2260мм. Высота, не более - 1 660мм. Внутренние размеры: Ширина, не более - 900мм. Глубина, не более - 2100мм. Высота, не более - 1500мм. Камера оснащена двухуровневым стеллажом. Тип крепления стеллажа внутри камеры - на винтовых распорках, без повреждения внутренних стен камеры. Стеллаж представлен в виде разборного каркаса из профильной трубы. Каждый уровень стеллажа имеет 2 направляющих для колес поддона. Направляющие для поддона имеют расширения в передней части, для упрощения процесса загрузки и выгрузки поддонов. Материал изготовления поддона - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Конструкция поверхности поддона - цельновыдавленная из единой заготовки, без сварных швов. Ручки поддона П-образной формы, из цельного куска трубы - С двух сторон. Длина поддона, не менее - 2000мм. Ширина поддона, не более - 580 мм. Колеса поддона, материал - полипропилен. Колеса поддона, количество - 8 шт. Диаметр колес поддона, не менее - 80 мм. Тип загрузки камеры – фронтальный, через большую дверь. Дверь: Материал изготовления двери - медицинская нержавеющая сталь aisi 304. Дверная ручка расположена на фронтальной поверхности двери, под горизонтальный хват, оснащена замком с ключевым доступом и системой аварийного открытия с внутренней стороны камеры. Дверная ручка оснащена механизмом регулировки плотности прилегания дверного полотна к дверному проему камеры. Ширина, не менее - 700 мм. Высота, не менее - 1400 мм. Толщина двери, не менее - 80 мм. Количество дверей - 1 шт. Охлаждающий модуль: Крепление сверху камеры. Высота части холодильного агрегата, выступающего над холодильной камерой, не более - 500 мм. Количество модулей - 1 шт. Мощность, не более - 900 Вт при +4. Напряжение - 220 В, 1 фаза, частота 50 Гц. Хладагент - R404a. Программа автоматической разморозки. Стабилизатор напряжения. Управление холодильным агрегатом осуществляется при помощи съемного пульта управления расположенного на фронтальной части камеры. Пульт оснащен: индикаторной лампой состояния, индикаторной лампой разморозки, дисплеем с индикатором температуры внутри камеры, кнопкой включения/отключения освещения внутри камеры. Испаритель вместе с системой освещения - расположен внутри холодильной камеры. Система конденсации - расположена снаружи холодильной камеры. Система дезинфекции внутреннего пространства камеры, позволяющая устранять посторонние запахи, бактерии, вирусы и другие микрозагрязнители: Электрическое питание:100-240 В А. Входная частота: 50/60 Гц. Выходное напряжение источника питания: 12 В постоянного тока Ампер: 0.800 А. Потребляемая мощность: 9,6 Вт. Емкость блока питания: 2.08 А Размер не более 270 х 103 х 224 мм. Тележка транспортная в комплекте: Материал рамы - труба из нержавеющей стали марки 304. Загрузка, не менее - 165кг. Направляющие для поддонов с колесами. Система фиксации для поддона. Габариты тележки: Длина, не менее - 1660 мм. Ширина, не менее - 610 мм. Высота, не менее - 765 мм. Масса, не более - 24 кг. Тележка оснащена колесиками, не менее - 4 шт. Колесики с тормозами, не менее - 2 шт. Поставщик осущетсвляет пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучения персонала на рабочем месте, а так же информационной и методической поддержкой. Предоставление с комплектом оборудования технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках. Хранение и транспортировка будет произведена в условиях, обеспечивающих сохранение безопасности, эффективности и качества камеры; Товар новый и ранее неиспользованный, произведенный не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.