ЖШС «Ғылыми-ондірістік фирмасы «VitaS»

050057 Казахстан, Алматы,
Айманов к-сі, 193, офис 61,
тел./факс (727) – 275-42-43,
275-07-74,274-12-99
E-mail: info@vitas.kz

ТОО «Научно-производственная фирма «VitaS»

050057 Казахстан, г. Алматы,
ул. Айманова, 193, офис 61,
тел./факс (727) – 275-42-43,
275-07-74, 274-12-99
E-mail: info@vitas.kz

Исход. № 033 от 14 июня 2018 года.

ПИСЬМО

Получатель: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан *Копия: в конкурсную комиссию Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"*	*Номер электронного конкурса 2555287-1, название конкурса: Закуп товаров для лаборатории Пищевая микробиология*
От кого: ***ТОО НПФ «VitaS»***	***Тема:*** *протокол итогов № 2284515 от 2018-06-08 16:08:17,* *По Лоту № 19152876-ОК1 Вошер автоматический.*

Уважаемые господа!

По протоколу итогов по № 2284515 от 2018-06-08 16:08:17, по Лоту № 19152876-ОК1 Вошер автоматический имеем сообщить следующее:

Мы считаем, что наша конкурсная заявка по данному лоту была необоснованно отклонена. Технические характеристики автоматического вошера, который мы предлагали к поставке, по нашему мнению даже превосходят запрашиваемые. Можно для подтверждения этого прибегнуть к оценке независимых экспертов по ИФА-оборудованию.

Относительно замечания по Лоту № 19152876-ОК1 Вошер автоматический в протоколе предварительного допуска: «В предлагаемой модели количество бутылей для промывающего буфера и слива не соответствуют заявляемой в конкурсе техническим требованиям». Ниже приведена сравнительная таблица:

Техническая спецификации заказчика	**Техническая спецификация, предлагаемая ТОО НПФ «VitaS»**
Комплектация: 2 бутыли промывающие и 1 бутыль для слива, ловушка для влаги с гидрофобным фильтром	Комплект поставки: … - 3 канала и 3 бутыля для промывающего и ополаскивающего растворов, и 2 бутыля для сбора отходов: бутыль для слива с ловушкой для влаги с гидрофобным фильтром и бутыль для сбора аэрозолей, с трубками разных цветовых гамм

Предлагаемое нами количество бутылей превосходит запрашиваемое количество и для промывающих бутылей, и для бутылей для слива. Что является преимуществом:

1. Это дает возможность использовать для промывания три буфера, в тех случаях, где по протоколам ИФА есть необходимость. Тем самым увеличивается спектр применений вошера.
2. При предлагаемых нами 2 (двух) бутылях для сбора отходов увеличивается и функциональная возможность сбора отходов: имеется возможность использовать: 2-х литровую бутыль для сбора отработанной жидкости/для слива с ловушкой для влаги с гидрофобным фильтром) и 0,5 л бутыль со штуцерами для сбора аэрозолей.
3. Кроме этого мы предлагаем в комплекте поставки ДОПОЛНИТЕЛЬНО четырехместный терминал контроля объема жидкости 4 CHW Logger, снабженным весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей. При подключении его к автоматическому промывающему устройству IW-8, последнее может осуществлять контроль объема реагентов в бутылях для проведения промывания, накопления отходов и расчет количества реагентов, необходимого для промывания.

То есть, предлагаемое нами оборудование превосходит запрашиваемые характеристики в части количества бутылей и не является недостатком, а наоборот – преимуществом! И еще ДОПОЛНИТЕЛЬНО включает четырехместный терминал контроля объема жидкости!

Помимо этого, в протоколе итогов членом комиссии КЕРІМШЕ АСҚАР САПАРЫМБЕТҰЛЫ, было сделано замечание по данному Лоту: «**Не соответствует. Техническая спецификация скопирована у заказчика, и не соответствует предложенной модели оборудования. Предлагаемая модель имеет другие технические характеристики**».

Приведенное замечание вызывает, по меньшей мере, недоумение: где в нашей спецификации имеет место быть «..Техническая спецификация скопирована у заказчика…».

Это замечание абсолютно не соответствует действительности! Создается впечатление, что нашу Техническую спецификацию по Лоту № 19152876-ОК1 член комиссии КЕРІМШЕ АСҚАР САПАРЫМБЕТҰЛЫ просто не читал, к сожалению.

Для сравнения мы прикрепляем файлы с нашими спецификациями, которые были в нашей конкурсной заявке и Спецификацию Заказчика. В наших заявках в разделе Техническая Спецификация имеются два файла: тот, который автоматически формируется на портале при заполнении радела «Техническая спецификация» и плюс еще отдельный файл, на бланке нашей компании, с нашим логотипом, с точно таким же текстом, но который более нагляден и удобен для восприятия и чтения, и где, кроме текста, мы имеем возможность разместить рисунки, диаграммы и др.

Так что любой желающий может ознакомиться с этими документами и сделать свои выводы о том, насколько это замечание соответствует действительности.

Кроме того, предложенная нами цена ниже, чем цены первого и второго победителя конкурса.

Таким образом, мы читаем неправомерным и необоснованным исключение нашей заявки по этому лоту.

Ахметов Ахат Ануарович _____

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «VitaS»

14 июня 2018 года.