Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2306308

Конкурстың № 2650298-1
Конкурстың атауы Автоматты актинометриялық станциясын мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-07 17:41:33 дейін 2018-06-14 17:41:33
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазгидромет» ШЖҚ РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	101140003080	КҚ жобасына ескерту	ГОСТ 8.195-2013 п.3.4.1 устанавливает рабочие средства измерений солнечного излучения с характеристиками по диапазону измерений и диапазону длин волн. Данный стандарт принят Евразийским советом по стандартизации , метрологии и сертификации протокол № 55-П от 25 марта 2013г. Он введен в действие на территории Республики Казахстан.	2018-06-13 23:07:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений,

			Однако РГП "Казгидромет" в технической спецификации в тендере по объявлению № 2650298-1 лот 15645922-ОК1 на закупку 12 актинометрических станций устанавливает характеристики не соответствующие ГОСТ8.195-2013, но копирующие характеристики приборов голландской фирмы Kipp Zonen. Просим вас, заявленную в объявлении техническую документацию привести в соответствие с ГОСТ8.195-2013.			эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения

						изменений и дополнений.
2	141040006891	КҚ жобасына ескерту	Спектральный диапазон от 0,3 до 42 мкм. П.п. 2.2 п.2 технической спецификации составлен в нарушении п.п.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-	2018-06-14 11:10:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4

			техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;». Требование по спектральному диапазону считаем завешенными, и противоречит п.п.3.4.1. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» действующая на территории Республики Казахстан с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7.11.2014г № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств			Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			измерении ЭО солнечным излучением используют актинометры в диапазоне измерений от 40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации спектральный диапазон балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного необходимо технические характеристики привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера спектральный диапазон волн от 0,3 до 10,0 мкм.			
3	141040006891	КҚ жобасына ескерту	Пп2.2 п2 технической спецификации	2018-06-14 10:54:03	Представить разъяснение положений	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная

			составлен в нарушении правил государственных закупок исключив конкурентное начало. Требование по диапазону измерения радиационного баланса считаем завешенным и противоречащим предмету закупа, так как радиацию в микроваттах (мкВт) дает только ночью Полярная звезда, согласно конкурсной документации, ААС предназначена для измерения солнечной радиации. Общепринятой единицей измерения радиационного баланса считается Вт/м2. Всемирная метрологическая организация установила, что солнце светит от величины 120Вт, прямая радиация в день составляет в сумме от 200Вт до 7000Вт. Кроме того, пп2.2 п2 технической спецификации составлен в нарушении пп2 п2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках" «2) техническую		конкурсной документации	поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является

			спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования». Диапазон измерений радиационного баланса противоречит пп3.4.1. п3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7.11.2014г № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств измерении ЭО солнечным излучением используют актинометры в			приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			диапазоне измерений от 40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации характеристики балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из вышеизложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера диапазон измерения радиационного баланса от 10 Вт/м2 до 1100 Вт/м2.			
4	141040006891	КҚ жобасына ескерту	В п.п. 2.3 п.2 технической спецификации указано: Пределы допускаемой	2018-06-14 11:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической

			относительной погрешности измерения энергетической освещенности не более 3 %. П.п. 2.3 п.2 технической спецификации составлен в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования». Требование по пределу допускаемой			яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

			относительной погрешности измерения энергетической освещенности считаем завешенным и противоречит п.п.3.4.2. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» действующая на территории Республики Казахстан с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.2. Пределы допускаемых			Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			относительных погрешностей Δо рабочих средств измерений ЭО солнечными излучениями составляют от 3•10-2 до 20•10-2». Установленные в технической спецификации пределы допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности актинометра указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для актинометра (пиргелиометр) предел допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности от 3% и не более 20 %.			
5	141040006891	КҚ жобасына ескерту	В п.п. 2.2 п.2	2018-06-14 11:12:39	Представить	Указанный Вами межгосударственный

			технической спецификации указано: Пределы допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса не более 10 %. П.п. 2.2 п.2 технической спецификации составлен в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При		разъяснение положений конкурсной документации	стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления

			необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация…». Требование по пределу допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса считаем завешенным и противоречит п.п.3.4.2. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа			государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Δо рабочих средств измерений ЭО солнечными излучениями составляют от 3•10-2 до 20•10-2». Установленные в технической спецификации предел допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера предел допускаемой относительной				

			погрешности измерения радиационного баланса от 3% но не более 20 %.			
6	141040006891	КҚ жобасына ескерту	В п.п. 2.3 п.2 технической спецификации указано: «Актинометр (пиргелиометр): Диапазон измерений энергетической освещенности от 7 мкВт до 14 Вт/кв. м.» Общепринятой единицей измерения радиационного баланса считается Вт/м2. П.п. 2.2 п.2 технической спецификации завышены и составлены в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров,	2018-06-14 11:15:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в

			работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Диапазон измерении энергетической освещенности противоречит п.п.3.4.1. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств измерении ЭО			требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			солнечным излучением используют актинометры в диапазоне измерений от 40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации диапазон измерении энергетической освещенности актинометра указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного необходимо технические характеристики привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для актинометра (пиргелиометра) диапазон измерения энергетической				

			освещенности от 40 Вт/м2 до 1100 Вт/м2.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор РГП Казгидромет МЭ РК Кынатов Марат Полатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2306308

№ конкурса 2650298-1
Название конкурса Государственные закупки автоматической актинометрической станции
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-07 17:41:33 по 2018-06-14 17:41:33
Наименование организатора РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	101140003080	Замечание к КД	ГОСТ 8.195-2013 п.3.4.1 устанавливает рабочие средства измерений солнечного излучения с характеристиками по диапазону измерений и диапазону длин волн. Данный стандарт принят Евразийским советом по стандартизации , метрологии и сертификации протокол № 55-П от 25 марта 2013г. Он введен в действие на территории Республики Казахстан. Однако РГП "Казгидромет" в технической спецификации в тендере	2018-06-13 23:07:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В

			по объявлению № 2650298-1 лот 15645922-ОК1 на закупку 12 актинометрических станций устанавливает характеристики не соответствующие ГОСТ8.195-2013, но копирующие характеристики приборов голландской фирмы Kipp Zonen. Просим вас, заявленную в объявлении техническую документацию привести в соответствие с ГОСТ8.195-2013.			технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.
2	141040006891	Замечание к КД	Спектральный диапазон от 0,3 до 42 мкм. П.п. 2.2 п.2 технической	2018-06-14 11:10:35	Представить разъяснение положений конкурсной	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений

			спецификации составлен в нарушении п.п.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных		документации	спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и

			закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;». Требование по спектральному диапазону считаем завешенными, и противоречит п.п.3.4.1. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» действующая на территории Республики Казахстан с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7.11.2014г № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств измерении ЭО солнечным излучением используют актинометры в			высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			диапазоне измерений от 40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации спектральный диапазон балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного необходимо технические характеристики привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера спектральный диапазон волн от 0,3 до 10,0 мкм.			
3	141040006891	Замечание к КД	Пп2.2 п2 технической спецификации составлен в нарушении правил государственных закупок исключив конкурентное начало.	2018-06-14 10:54:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности

			Требование по диапазону измерения радиационного баланса считаем завешенным и противоречащим предмету закупа, так как радиацию в микроваттах (мкВт) дает только ночью Полярная звезда, согласно конкурсной документации, ААС предназначена для измерения солнечной радиации. Общепринятой единицей измерения радиационного баланса считается Вт/м2. Всемирная метрологическая организация установила, что солнце светит от величины 120Вт, прямая радиация в день составляет в сумме от 200Вт до 7000Вт. Кроме того, пп2.2 п2 технической спецификации составлен в нарушении пп2 п2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках" «2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических,			энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни

			качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования». Диапазон измерений радиационного баланса противоречит пп3.4.1. п3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7.11.2014г № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств измерении ЭО солнечным излучением используют актинометры в диапазоне измерений от 40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от			конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации характеристики балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из вышеизложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера диапазон измерения радиационного баланса от 10 Вт/м2 до 1100 Вт/м2.			
4	141040006891	Замечание к КД	В п.п. 2.3 п.2 технической спецификации указано: Пределы допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности не более	2018-06-14 11:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в

			3 %. П.п. 2.3 п.2 технической спецификации составлен в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования». Требование по пределу допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности считаем			диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены

			завешенным и противоречит п.п.3.4.2. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» действующая на территории Республики Казахстан с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Δо рабочих средств измерений ЭО			к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			солнечными излучениями составляют от 3•10-2 до 20•10-2». Установленные в технической спецификации пределы допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности актинометра указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для актинометра (пиргелиометр) предел допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещенности от 3% и не более 20 %.			
5	141040006891	Замечание к КД	В п.п. 2.2 п.2 технической спецификации указано: Пределы допускаемой относительной	2018-06-14 11:12:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный Вами межгосударственный стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы

			погрешности измерения радиационного баланса не более 10 %. П.п. 2.2 п.2 технической спецификации составлен в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-			излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации

			техническая документация…». Требование по пределу допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса считаем завешенным и противоречит п.п.3.4.2. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК			не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Δо рабочих средств измерений ЭО солнечными излучениями составляют от 3•10-2 до 20•10-2». Установленные в технической спецификации предел допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса балансомера указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного технические характеристики необходимо привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для балансомера предел допускаемой относительной погрешности измерения радиационного баланса от 3% но не более 20 %.			
6	141040006891	Замечание к КД	В п.п. 2.3 п.2	2018-06-14 11:15:02	Представить	Указанный Вами межгосударственный

			технической спецификации указано: «Актинометр (пиргелиометр): Диапазон измерений энергетической освещенности от 7 мкВт до 14 Вт/кв. м.» Общепринятой единицей измерения радиационного баланса считается Вт/м2. П.п. 2.2 п.2 технической спецификации завышены и составлены в нарушении пп.2 п.2 статьи 21 ЗРК "О государственных закупках", а именно: «2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить		разъяснение положений конкурсной документации	стандарт ГОСТ 8.195-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм» регламентирует государственную поверочную схему и устанавливает порядок передачи размера единиц от соответствующего эталона соответствующим рабочим средствам измерений. На основании вышеизложенного, указанный стандарт не обязателен для применения к средствам измерений, эксплуатируемым в наблюдательной сети РГП «Казгидромет», так как предназначен для поверочных лабораторий, поверяющих соответствующие средства измерений. В технической спецификации на автоматические актинометрические станции указаны только метрологические характеристики закупаемых средств измерений. Указанные метрологические характеристики закупаемых средств измерений предусмотрены в соответствии с техническими регламентами Всемирной Метеорологической Организации и отвечают современным требованиям по проведению измерений физических величин, принятых в международных метеорологических службах. Соответственно, изменение метрологических характеристик закупаемых средств измерений в худшую сторону не позволит получать метеорологическую информацию в требуемом объеме и с необходимой точностью. Также согласно пункта 8 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из принципов осуществления

			требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Диапазон измерении энергетической освещенности противоречит п.п.3.4.1. п.3.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 8.195-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» действующая на территории РК с 01.04.2015г. на основании приказа Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 7 ноября 2014 года № 230-од: «3.4.1. В качестве рабочих средств измерении ЭО солнечным излучением используют актинометры в диапазоне измерений от			государственных закупок является приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Учитывая, что в технической спецификации не указаны ни технические, ни конструктивные особенности средств измерений, которые могли бы быть отнесены к конкретному производителю, потенциальные поставщики не имеют никаких ограничений по поставке приборов любых производителей, соответствующих метрологическим характеристикам, указанным в технической спецификации. Исходя из вышеизложенного, Техническая спецификация не требует внесения изменений и дополнений.

			40 до 1100Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600 Вт/м2 в диапазоне волн от 0,3 до 3,0 мкм». Установленные в технической спецификации диапазон измерении энергетической освещенности актинометра указывают на конкретного производителя, что не соответствует ЗКР «О государственных закупках», тем самым исключив конкурентное начало. Исходя из выше изложенного необходимо технические характеристики привести в соответствии с ГОСТ8.195-2013 и указать для актинометра (пиргелиометра) диапазон измерения энергетической освещенности от 40 Вт/м2 до 1100 Вт/м2.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор РГП Казгидромет МЭ РК Кынатов Марат Полатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»