Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метролог. Службы юридического лица)

Аттестат аккредитации №KZ.II.02.0687 от 04.05.2015 г.

(номер аттестата аккредитации и (или) лицензии)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ **ВА-01-02-53357**

Теодолит

Тип, обозначение заводской № **58796**

6

(пределы измерений)

Изготовитель: **Россия** дата изготовления: **1985**

Пользователь: **ТОО "УКС"**

Поверка проведена в соответствии: **МПУ 164/01-2003**

с использованием следующих средств поверки: **АУПНТ №3/10112, рейки нивелирные**

На основании результатов поверки признан годным и допущен к применению

по классу _____ разряду _____

с учетом неопределенности измерений **Uh=+-1,2 мм при (k=2, P=95%)**

20 **10** **17** Действителен до **20.10.** **18**

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Г.А.Сарсенбин**

подпись

Поверитель _____ **Н.Н.Саскененв**

подпись

ДКП: 022.ТЛ.ВС.ВА

1133691

ИСО 9001

Система менеджмента сертифицирована