ГОСТ СТАНДАРТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ГОСТ СТАНДАРТ»
Астана қ., Т. Шевченко к., 4 үй, н.п. 1а
Тел.: 8 (7172) 95 33 26, e-mail: 87172953326@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГОСТ СТАНДАРТ»
г. Астана, ул. Т. Шевченко, д. 4, н.п. 1а
Тел.: 8 (7172) 95 33 26, e-mail: 87172953326@mail.ru

№ 337
27-06 18 г.

000540001590
Департамент внутреннего
государственного аудита по городу Алматы

Организатором «Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи»» Управления здравоохранения города Алматы» был разыгран тендер по закупу услуг по поверке средств измерений (Номер объявления 2591995-1). По итогам тендера были допущены участники: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTehService», Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTehService», ТОО «МедРемСтандарт».

Согласно Технической спецификации по закупу услуг по поверке средств измерений были озвучены следующие требования к поставщику:

1) Наличие аттестата аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных калибровочных лабораторий»;
2) Иметь область аккредитации, покрывающую весь объём предоставленных измерительных приборов; **(допущенные участники НЕ ПРОХОДЯТ ДАННОМУ ТРЕБОВАНИЮ)**
3) Иметь необходимую эталонную базу; **(допущенные участники НЕ ПРОХОДЯТ ДАННОМУ ТРЕБОВАНИЮ)**
4) Иметь в наличии сертификаты на исходные эталоны; **(допущенные участники НЕ ПРОХОДЯТ ДАННОМУ ТРЕБОВАНИЮ)**
5) Иметь высококвалифицированный персонал, обладающие квалификацией для проведения метрологических услуг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTehService» не проходит по пунктам:

2) Не имеет область аккредитации, покрывающую весь объём предоставленных измерительных приборов, так как в области аккредитации отсутствует позиция согласно списку Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи"

№	Наименование	Количество
14	Рефрактометр ИРФ 454	1

Обоснование:
Согласно Приказу Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14

ноября 2008 года № 5356, должно быть наименование группы поверяемых средств измерении в области аккредитации. Группа Рефрактометры отсутствует в области аккредитации.

Приложение 6
к приказу Министра индустрии
и торговли Республики Казахстан
от 29 октября 2008 года № 430

Сноска. Приложение 6 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 01.06.2016 № 462 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Утверждаю

_____

(должность, подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя органа по аккредитации)

«___» _____ 20 ___ год

Приложение к аттестату аккредитации
№ ___ от «___» _____ 20___ года
на _____ страницах

Область аккредитации
поверочной (калибровочной) лаборатории (центра)

_____

(наименование и фактический адрес поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и (или) его структурного (-ых) подразделения (-ий)

Код вида измерений	Наименование группы поверяемых (калибруемых) средств измерений	Метрологические характеристики		
		диапазон измерений и (или) предел измерений	разряд, класс точности, погрешность	калибровочная и измерительная возможность (СМС)
1	2	3	4	5

Примечания:

1. СМС (Calibration and Measurement Capability) – наименьшая расширенная неопределенность U, которую лаборатория получает при стандартных условиях.

2. Последний лист области аккредитации подписывается уполномоченным лицом поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и заверяется печатью юридического лица.

3. Каждый лист области аккредитации заверяется печатью органа по аккредитации.

4. Электронная область аккредитации заявителя подписывается электронной цифровой подписью заявителя.

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTehService» не проходят по 2, 3, 4 пункту согласно перечню.

Не имеют эталонную базу для поверки следующих аппаратов (представленные накладные и договор купли продажи – не все эталоны имеются, а так же накладные - это не сертификаты на исходящие эталоны.

№	Наименование	Количество
1	12 канальный электрокардиограф BTL08 MT Plus	11
3	Электроэнцефалограф "Neurofax" EEG-1200K	1
4	Контролёр подачи лекарственных веществ, инфузионный AITECS DF-12	46
5	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектор-4/ВП"	1
6	Помпа (насос) шприцевая инфузионная SEP-10S	30
7	Автоматический анализатор газов, электролитов и метаболитов крови Cobas B221	1
8	Алкотестер АКПЭ-01 МП	2
9	Анализатор гематологический автоматический Abacus	2
11	pH-метр PB-11-P11 с комбинированным pH-электродом PY-P11	1
12	Вентилятор для интенсивной терапии Savina	22
13	Установка анестезии с монитором пациента InfinityGamma XL "Fabiusplus"	1
14	Рефрактометр ИРФ 454	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2
16	Термометры	50
17	Гигрометры	50
18	Тонометры	50
19	Дозаторы	50
20	Монитор пациента Infinity Central Station	2
21	Монитор пациента InfinityGamma XL	11
22	Монитор пациента InfinityVista	45
23	Стерилизатор паровой вертикальный с автоматическим и ручным управлением и вакуумной сушкой ВП-01/75	2
24	Аппарат стимуляции и электротерапии АСЭтМ-01/6	1
25	Аппарат УВЧ-60 МедТеКо	1
26	Аппарат УЗТ МедТеКо	1
27	Термостат ТВ-80	1
28	Термостат с микропроцессорным управлением Incucell 55	1
29	Универсальный водяной термостат BWT-U	3
30	Вентилятор для интенсивной терапии Evita 4 edition	2
31	Весы	10
32	Дефибрилляторбифазный Philips HeartStartFRx	19
33	Стерилизатор воздушный настольный ГП-40-Ох-ПЗ (40 литров, 180'С)	1
34	Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-ПЗ	1
35	Спирометр Спиро С-100	1
36	Дефибриллятор PRIMEDIC	4
37	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭ Т М-01/6 ЭЛЭСКУЛАП - Мед-Т	1
38	Аппарат искусственной вентиляции легких модель Oxylog 2000 plus	10
39	Электрокардиограф 12-канальный CardioCare 2000	2
40	шкаф сушильный ШС-80	18
41	Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса Aplio400. ToshibaMedicalSystems	1
42	Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860	2

43	Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте AisysCarestation	1
44	Многофункциональный прикроватный монитор пациента Storm 5600	11
45	Электроэнцефалограф Нейрон-спектр 3	1
46	Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-БР"	1
47	Аппарат низкочастотный физитерапии " Амплипульс -5 БР"	1
48	Аппарат для УВЧ - терапии УВЧ -70-01А- Стрела	1
49	Приборы для светотерапии BIOPTRON Pro 1	1
50	УВЧ - 60 Мед Теко в комплекте Аппарат для УВЧ - терапии со ступенчатой регулировкой и мощности	1
51	Автоматический биохимический анализатор Respons 920	1
52	Электрокардиограф ЭКЗТ - 01 "Р-Д"	1
53	Система ультразвуковая диагностическая CX50	1
54	Прикроватный монитор пациента Storm 5900	2
55	Монитор пациента IntelliVue MX500 в комплекте с принадлежностями	1
56	Аппарат искусственной вентиляции легких MB200 "ЗисЛайн"	2
57	Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте Aisys CS2	2

Не имеют сертификаты на эталонные средства измерения

№	Наименование	Количество
1	12 канальный электрокардиограф BTL08 MT Plus	11
3	Электроэнцефалограф "Neurofax" EEG-1200K	1
4	Контролёр подачи лекарственных веществ. инфузионный AITECS DF-12	46
5	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектор-4/ВП"	1
6	Помпа (насос) шприцевая инфузионная SEP-10S	30
7	Автоматический анализатор газов, электролитов и метаболитов крови Cobas B221	1
8	Алкотестер АКПЭ-01 МП	2
9	Анализатор гематологический автоматический Abacus	2
11	pH-метр PB-11-P11 с комбинированным pH-электродом PY-P11	1
12	Вентилятор для интенсивной терапии Savina	22
13	Установка анестезии с монитором пациента InfinityGamma XL "Fabiusplus"	1
14	Рефрактометр ИРФ 454	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2
16	Термометры	50
17	Гигрометры	50
18	Тонометры	50
19	Дозаторы	50
20	Монитор пациента Infinity Central Station	2
21	Монитор пациента InfinityGamma XL	11
22	Монитор пациента InfinityVista	45
23	Стерилизатор паровой вертикальный с автоматическим и ручным управлением и вакуумной сушкой ВП-01/75	2
24	Аппарат стимуляции и электротерапии АСЭтМ-01/6	1
25	Аппарат УВЧ-60 МедТеКо	1
26	Аппарат УЗТ МедТеКо	1
27	Термостат ТВ-80	1
28	Термостат с микропроцессорным управлением Incucell 55	1
29	Универсальный водяной термостат BWT-U	3
30	Вентилятор для интенсивной терапии Evita 4 edition	2
31	Весы	10
32	Дефибрилляторбифазный Philips HeartStartFRx	19
33	Стерилизатор воздушный настольный ГП-40-Ох-ПЗ (40 литров, 180'С)	1
34	Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-ПЗ	1
35	Спирометр Спиро С-100	1
36	Дефибриллятор PRIMEDIC	4
37	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭ Т М-01/6 ЭЛЭСКУЛАП - Мед-Т	1
38	Аппарат искусственной вентиляции легких модель Oxylog 2000 plus	10
39	Электрокардиограф 12-канальный CardioCare 2000	2
40	шкаф сушильный ШС-80	18
41	Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса Aplio400. ToshibaMedicalSystems	1

42	Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860	2
43	Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте AisysCarestation	1
44	Многофункциональный прикроватный монитор пациента Storm 5600	11
45	Электроэнцефалограф Нейрон-спектр 3	1
46	Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-БР"	1
47	Аппарат низкочастотный физитерапии " Амплипульс -5 БР"	1
48	Аппарат для УВЧ - терапии УВЧ -70-01А- Стрела	1
49	Приборы для светотерапии BIOPTRON Pro 1	1
50	УВЧ - 60 Мед Теко в комплекте Аппарат для УВЧ - терапии со ступенчатой регулировкой и мощности	1
51	Автоматический биохимический анализатор Respons 920	1
52	Электрокардиограф ЭКЗТ - 01 "Р-Д"	1
53	Система ультразвуковая диагностическая CX50	1
54	Прикроватный монитор пациента Storm 5900	2
55	Монитор пациента IntelliVue MX500 в комплекте с принадлежностями	1
56	Аппарат искусственной вентиляции легких MB200 "ЗисЛайн"	2
57	Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте Aisys CS2	2

ТОО "Центр сервиса и метрологии" не проходит по 2, 3, 4 пункту согласно перечню

2) Не имеет область аккредитации, покрывающую весь объём предоставленных измерительных приборов, так как в области аккредитации отсутствует позиция согласно списку Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи"

№	Наименование	Количество
7	Автоматический анализатор газов, электролитов и метаболитов крови Cobas B221	1
8	Алкотестер АКПЭ-01 МП	2
9	Анализатор гематологический автоматический Abacus	2
10	Спектрофотометр медицинский PD-303	1
11	pH-метр PB-11-P11 с комбинированным pH-электродом PY-P11	1
14	Рефрактометр ИРФ 454	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2

Обоснование:

Согласно Приказу Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2008 года № 5356, должно быть наименование группы поверяемых средств измерении в области аккредитации. Данные группы отсутствуют в области аккредитации.

Приложение 6
к приказу Министра индустрии
и торговли Республики Казахстан
от 29 октября 2008 года № 430

Сноска. Приложение 6 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 01.06.2016 № 462 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Утверждаю

_____

(должность, подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя

органа по аккредитации)
«___» _____ 20 ___ год

Приложение к аттестату аккредитации
№ ___ от «___» _____ 20___ года
на _____ страницах

Область аккредитации
поверочной (калибровочной) лаборатории (центра)

_____

(наименование и фактический адрес поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и (или) его структурного (-ых) подразделения (-ий)

Код вида измерений	Наименование группы поверяемых (калибруемых) средств измерений	Метрологические характеристики		
		диапазон измерений и (или) предел измерений	разряд, класс точности, погрешность	калибровочная и измерительная возможность (СМС)
1	2	3	4	5

Примечания:

1. СМС (Calibration and Measurement Capability) – наименьшая расширенная неопределенность U, которую лаборатория получает при стандартных условиях.
2. Последний лист области аккредитации подписывается уполномоченным лицом поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и заверяется печатью юридического лица.
3. Каждый лист области аккредитации заверяется печатью органа по аккредитации.
4. Электронная область аккредитации заявителя подписывается электронной цифровой подписью заявителя.

3) Не имеют необходимую эталонную базу; **(отсутствуют эталоны)**
4) Не имеют в наличии сертификаты на исходные эталоны; Представленные накладные, это не сертификаты на исходные эталоны.)

№	Наименование	Количество
7	Автоматический анализатор газов, электролитов и метаболитов крови Cobas B221	1
8	Алкотестер АКПЭ-01 МП	2
9	Анализатор гематологический автоматический Abacus	2
10	Спектрофотометр медицинский PD-303	1
11	pH-метр PB-11-P11 с комбинированным pH-электродом PY-P11	1
13	Установка анестезии с монитором пациента InfinityGamma XL "Fabiusplus"	1

14	Рефрактометр ИРФ 454	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2
16	Термометры	50
17	Гигрометры	50
18	Тонометры	50
19	Дозаторы	50
20	Монитор пациента Infinity Central Station	2
21	Монитор пациента InfinityGamma XL	11
22	Монитор пациента InfinityVista	45
24	Аппарат стимуляции и электротерапии АСЭтМ-01/6	1
25	Аппарат УВЧ-60 МедТеКо	1
26	Аппарат УЗТ МедТеКо	1
27	Термостат ТВ-80	1
28	Термостат с микропроцессорным управлением Incucell 55	1
29	Универсальный водяной термостат BWT-U	3
31	Весы	10
32	Дефибрилляторбифазный Philips HeartStartFRx	19
33	Стерилизатор воздушный настольный ГП-40-Ох-ПЗ (40 литров, 180'С)	1
34	Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-ПЗ	1
35	Спирометр Спиро С-100	1
36	Дефибриллятор PRIMEDIC	4
37	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭ Т М-01/6 ЭЛЭСКУЛАП - Мед-Т	1
40	шкаф сушильный ШС-80	18
41	Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса Aplio400. ToshibaMedicalSystems	1
42	Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860	2
43	Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте AisysCarestation	1
44	Многофункциональный прикроватный монитор пациента Storm 5600	11
45	Электроэнцефалограф Нейрон-спектр 3	1
46	Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-БР"	1
47	Аппарат низкочастотный физитерапии " Амплипульс -5 БР"	1
48	Аппарат для УВЧ - терапии УВЧ -70-01А- Стрела	1
49	Приборы для светотерапии BIOPTRON Pro 1	1
50	УВЧ - 60 Мед Теко в комплекте Аппарат для УВЧ - терапии со ступенчатой регулировкой и мощности	1
51	Автоматический биохимический анализатор Respons 920	1
54	Прикроватный монитор пациента Storm 5900	2
55	Монитор пациента IntelliVue MX500 в комплекте с принадлежностями	1

ТОО "МедРемСтандарт" не проходит по пунктам:

2) Не имеет область аккредитации, покрывающую весь объём предоставленных измерительных приборов, так как в области аккредитации отсутствует позиция согласно списку Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи"

№	Наименование	Количество
14	Рефрактометр ИРФ 454	1

Обоснование:

Согласно Приказу Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2008 года № 5356, должно быть наименование группы поверяемых средств измерении в области аккредитации. Группа Рефрактометры отсутствует в области аккредитации.

Приложение 6
к приказу Министра индустрии
и торговли Республики Казахстан
от 29 октября 2008 года № 430

Сноска. Приложение 6 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 01.06.2016 № 462 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Утверждаю

_____
(должность, подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя органа по аккредитации)
«___» _____ 20 ___ год

Приложение к аттестату аккредитации
№ ___ от «___» _____ 20___ года
на _____ страницах

Область аккредитации
поверочной (калибровочной) лаборатории (центра)

_____
(наименование и фактический адрес поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и (или) его структурного (-ых) подразделения (-ий)

Код вида измерений	Наименование группы поверяемых (калибруемых) средств измерений	Метрологические характеристики		
		диапазон измерений и (или) предел измерений	разряд, класс точности, погрешность	калибровочная и измерительная возможность (СМС)
1	2	3	4	5

Примечания:

1. СМС (Calibration and Measurement Capability) – наименьшая расширенная неопределенность U, которую лаборатория получает при стандартных условиях.

2. Последний лист области аккредитации подписывается уполномоченным лицом поверочной (калибровочной) лаборатории (центра) и заверяется печатью юридического лица.

3. Каждый лист области аккредитации заверяется печатью органа по аккредитации.

4. Электронная область аккредитации заявителя подписывается электронной цифровой подписью заявителя.

3) Не имеет необходимую эталонную базу для осуществления поверки, согласно пункту списка.

№	Наименование	Количество
3	Электроэнцефалограф "Neurofax" EEG-1200K	1
5	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектор-4/ВП"	1
10	Спектрофотометр медицинский PD-303	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2
31	Весы	10
35	Спирометр Спиро С-100	1
45	Электроэнцефалограф Нейрон-спектр 3	1
51	Автоматический биохимический анализатор Respons 920	1

4) Не имеет в наличии сертификаты на исходные эталоны

№	Наименование	Количество
3	Электроэнцефалограф "Neurofax" EEG-1200K	1
5	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектор-4/ВП"	1
10	Спектрофотометр медицинский PD-303	1
15	Спирометр микропроцессорный С-100	2
31	Весы	10
35	Спирометр Спиро С-100	1
45	Электроэнцефалограф Нейрон-спектр 3	1
51	Автоматический биохимический анализатор Respons 920	1

Обоснование: Многофункциональный имитатор пациента ProSim 8 не может поверить ЭЭГ, Нейрон-спектры. По перечисленным позициям отсутствуют эталоны для поверки.

Таким образом просим пересмотреть итоги конкурса.

С Уважением,

Генеральный директор **Успанов Б.А.**

Исп.: Қани Б.
Тел.: 8/7172/953326