DIAGAL	Редакция 4

«Утверждаю»
Руководитель _____
(наименование организации)
ФИО _____
Подпись _____

МП

«Утверждаю»
Директор ТОО «Диагаль» уполномоченный сервисный центр Drager Medical
ФИО Кажибаев Б.А.
Подпись _____

МП
"Диагаль"

АКТ№ КА 30/06/18
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«28» июня 2018 г.

Настоящий акт составлен сервисным инженером уполномоченного сервисного центра «Drager Medical», ТОО «Диагаль» Жолмуканов А.Б.
(ФИО)
С участием представителя Заказчика: Калиева Г.С
Должность: ст. медсестра отделен. реаним. (ФИО)
Адрес организации: г. Актобе ул. Пазаева 7

В том, что произведен: ☐ Ремонт ☐ Диагностика ☑ Техническое обслуживание
На основании: ☐ Заявка ☑ Договор на ТО ☐ Гарантийные обязательства
Выполнены следующие виды работ:
☑ Визуальный осмотр аппарата на наличие физических повреждений
☑ Проверка программного обеспечения и режимов работы
☑ Проверка периферийного оборудования (датчики, модули, и др.)
☑ Проверка электронных компонентов
☑ Проверка основных узлов агрегата
☑ Профилактические работы

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASDC 0244	☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор _____ ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое _____
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор _____ ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое _____

Дополнение: Проведено ТО, заменены датчик кислорода 6850645, датчик потока 8412034, аккумуляторные батареи 1841416, ап-т в норме, отклонений нет

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASDC 0090	☑ Датчик потока ☑ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор _____ ☑ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое _____
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор _____ ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое _____

Дополнение: Проведено ТО, заменены датчик кислорода 8850645, датчик потока 8412034, аккумуляторные батареи 1841416, ап-т в норме, отклонений нет

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASCL 0091	☑ Датчик потока ☑ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☑ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое

Дополнение: Проведено ТО, заменены датчик кислорода 6850645, датчик потока 8412034, аккумуляторные батареи 1841416, ан-т в норме, отклонений нет

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASDC 0091	☐ Датчик потока ☑ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☑ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое

Дополнение: Проведено ТО заменены датчик кислорода 6850645 аккумуляторные батареи 1841416 ан-т в норме, отклонений нет

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASED 0211	☐ Датчик потока ☑ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☑ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое

Дополнение: Проведено ТО, заменены датчик кислорода 6850645, аккумуляторные батареи 1841416, ан-т в норме, отклонений нет

Наименование оборудования	S/N	Перечень узлов и деталей, замененных в процессе работы
Fabius plus	ASDF 0176	☑ Датчик потока ☑ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☑ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое
Аппарат признан		**Необходима замена**
☑ Функционально исправен ☐ Требуется ремонт ☐ Неисправность устранена		☐ Датчик потока ☐ Датчик кислорода ☐ Сервисный набор ☐ Аккумуляторные батареи ☐ Воздушные фильтра ☐ Другое

Дополнение: Проведено ТО, заменены датчик кислорода 6850645, датчик потока 8412034, аккумуляторные батареи 1841416, ан-т в норме, отклонений нет

Рекомендации: _____

от ЗАКАЗЧИКА _____

от ИСПОЛНИТЕЛЯ _____

Уполномоченный Сервисный центр ТОО «Диагаль»
г. Астана, ул. Жанкент 88 Тел. /Факс. 8 (7172) 54-02-24. 54-00-22
e-mail: diagal_astana@mail.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, «Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» Мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны «МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ АУРУХАНАСЫ»