Государственная закупка способом открытого конкурса № 2709363-1 Оборудование

Наименование участника	Требования	Допуск/ отклонен	Примечание
1. ИП Petro Group Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**Техническая спецификация ПП не соответствует:** 1. Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не менее 1500х600х**678 мм;** **ПП предлагает:** (ШхГхВ): не менее 1600х600х**660 мм;** 2. Эффективность фильтрации: - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает **99,9995%** типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; - Выходящий поток: фильтр обеспечивает **99,9995%** типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; **ПП предлагает:** - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает **99,999%** типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; - Выходящий поток: фильтр обеспечивает **99,999%** типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм;
2. ТОО "ANTIKOR" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**В технической спецификации ПП отсутствует:** 1. Модель товара; 2. Завод-изготовитель; 3. Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик; 4. Паспорт или руководство по эксплуатации на государственном и русском языках/нотариально заверенный перевод на государственном и русском языках; 5. В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке, установке, пуско-наладочным работам, проведение инструктажа по пользованию не менее 2-м специалистам Заказчика.
3. ТОО "Марк Инвест" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Допуск**	**Техническая спецификация соответствует.**
4. ТОО "ADVANCEMR" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**В технической спецификации ПП отсутствует:** 1. Наименование товара.

5. ИП Василенко Н.Г. Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Допуск**	**Техническая спецификация соответствует.**
6. ТОО "UnicTrade" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**В технической спецификации ПП отсутствует:** 1. Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.); 2. Завод-изготовитель; 3. Гарантийный срок; 4. Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик; 5. Паспорт или руководство по эксплуатации на государственном и русском языках/нотариально заверенный перевод на государственном и русском языках; 6. В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке, установке, пуско-наладочным работам, проведение инструктажа по пользованию не менее 2-м специалистам Заказчика.
7. ТОО "Med Co" (Мед Ко) Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**В технической спецификации отсутствует:** 1. Паспорт или руководство по эксплуатации на государственном и русском языках/нотариально заверенный перевод на государственном и русском языках; **Не соответствует эффективность фильтрации.** - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,2 мкм;** - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,2 мкм;** **ПП предлагает:** - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,5 мкм;** - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,5 мкм**;
8. ТОО "Asia Med Engineering" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**Не соответствует эффективность фильтрации.** - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,2 мкм;** - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,2 мкм;** **ПП предлагает:** - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,5 мкм;** - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до **0,5 мкм**;

9. ТОО "Labtech" Лот № 20105710-ОК1 Лот № 20105781-ОК1 Лот № 20105809-ОК1 Лот № 20105774-ОК1	Соответствие требованиям КД *Приложение 2 (Техническая спецификация)*	**Отклонен**	**В технической спецификации не соответствует наименование товара.** Бокс биологической безопасности. ПП в разделе «Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака обслуживания и т.д.)» указал: Шкаф биологической безопасности.

Жунусов Н.Х._____ 10.08.2018 г.