Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2453027

Конкурстың № 2790905-1
Конкурстың атауы Приобретение медицинского оборудование
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-08-20 09:52:51 дейін 2018-08-27 09:52:51
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент обаға қарсы күрес станциясы" РММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	990840004213	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые господа! Вопрос по Лоту № 20647389-ОК1 Печь (крематорий) касается сроков поставки: Предварительный срок окончания приема заявок - 11.09.2018. 1. Предварительные результаты могут быть вряд ли ранее 20 - 25 сентября 2018 г., то есть, уже к концу сентября. А окончательные - вообще могут быть уже в конце	2018-08-20 15:00:30	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Для изменения сроков поставки необходимо внести изменения в план закупок. Срок поставки будут установлены по согласованию с потенциальным поставщиком при заключения договора.

			сентября/начале октябре 2018 года. В связи с этим указанный в Технической спецификации срок поставки "сентябрь" представляется некорректным. 2. Запрашиваемое количество по данному лоту - 6 штук. Такого количества на складе производитель не держит: оборудование изготавливается под заказ. Сроки изготовления составляют как минимум 30 дней. И плюс к этому срок поставки от производителя до г. Шымкент составляет примерно 12 дней. И еще нужно доставить оборудование по области, установить его и запустить в работу. То есть, в общей сложности это может составить около 50-60 дней дней. В связи с этим мы просим указать срок поставки по данному лоту 60 дней от даты заключения Договора.			
2	920317401159	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день!!! Прошу разъяснить следующее. В технической	2018-08-23 11:00:03	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! в связи с тем что в некоторых районов Туркестанской области где расположены

			спецификации указано: Горелка дизель л/ч (максимум горения) 5 - 7, Горелка газовая м3/час 6 - 7. Вопрос?! К каждому инсенератору для сжигания биоотходов должно идти две горелки (дизельная и газовая)? Прошу разъяснить.			отделение Противочумной станции приобретаемое оборудование должно иметь горелку на газовой и дизильной основе.
3	111140017934	КҚ жобасына ескерту	Настоящим сообщением информирую Вас о несоответствии технической спецификации приобретаемым товарам по следующим лотам: Лот № 20647600-ОК1 "Облучатель" Дополнительное описание лота: Облучатель бактерицидный настенный ОБН 2х36 Вт Описание: Источник облучения и дезинфекции воздуха: бактерицидная лампа PHILIPS TUV-2x30W/G13T8 Производительность по потоку, м3/час 9 0 Мощность облучателя, Вт, не более 190 Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50 Срок службы бактерицидной лампы,	2018-08-25 14:16:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Все технические характеристики закупаемого товара были указаны в приложении 2. При заключение договора с потенциальным поставщиком все замечание будут согласованны.

			час 8000 Срок эксплуатации облучателя, лет 5 Класс электробезопасности и степень защиты класс 1,тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры, мм 144х146х1102 Вес, кг, не более 5,8 В дополнительном описании у Вас заявлен облучатель с двумя лампами на 36 Вт , а в описании заявлены лампы на 30W. Согласно зарегистрированных в качестве медицинской техники облучателей они комплектуются лампами на 30W, нестандартных ламп на 36W не существует. Считаю что в дополнительном описании ошибочно вместо 30W Вы отразили 36W. Лот № 20647560-ОК1 "Облучатель" Дополнительное описание лота: Облучатель бактерицидный переносной ОБП 4х15 Вт Описание: Количество бактерицидных ламп 4.0				

			(шт.) Средняя продолжительность работы лампы 8000.0 (час) Производительность 1304 куб. м/час Степень обеззараживания воздуха 95.0 (%) Защитные очки Да Крепление передвижное Напряжение питания 220 В Частота тока 50 (Гц) Гарантийный срок 2 года Состояние Новое. Вы заявляете производительность 4 ламп на 15 Вт в размере 1304 куб. м/час. Такую производительность 4 лампы на 15 Вт выдать не могут, к тому же согласно зарегистрированных в качестве медицинской техники облучателей ни один из них не выдаст такую производительность. Считаю что в техническом описании допущена ошибка и технические требования искажены и завышены.			
4	080340008901	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Поясните пожалуйста основание в технической спецификации на требуемый Вами срок гарантии 3 года, так как	2018-08-20 12:36:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Согласно внутренним правилам организации приобретенные основные средства числятся на балансе пять лет. В связи с этим данное оборудование должно проходить сервис обслуживание и гарантию не меннее 3-х лет.

			завод изготовитель данной печи дает гарантию 1 год???			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Менеджер по гос. закупкам Байдаулетов Бахытжан Омарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2453027

№ конкурса 2790905-1
Название конкурса Приобретение медицинского оборудование
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-08-20 09:52:51 по 2018-08-27 09:52:51
Наименование организатора РГУ "Шымкентская противочумная станция"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	990840004213	Замечание к КД	Уважаемые господа! Вопрос по Лоту № 20647389-ОК1 Печь (крематорий) касается сроков поставки: Предварительный срок окончания приема заявок - 11.09.2018. 1. Предварительные результаты могут быть вряд ли ранее 20 - 25 сентября 2018 г., то есть, уже к концу сентября. А окончательные - вообще могут быть уже в конце сентября/начале октябре 2018 года. В связи с этим указанный в Технической	2018-08-20 15:00:30	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Для изменения сроков поставки необходимо внести изменения в план закупок. Срок поставки будут установлены по согласованию с потенциальным поставщиком при заключения договора.

			спецификации срок поставки "сентябрь" представляется некорректным. 2. Запрашиваемое количество по данному лоту - 6 штук. Такого количества на складе производитель не держит: оборудование изготавливается под заказ. Сроки изготовления составляют как минимум 30 дней. И плюс к этому срок поставки от производителя до г. Шымкент составляет примерно 12 дней. И еще нужно доставить оборудование по области, установить его и запустить в работу. То есть, в общей сложности это может составить около 50-60 дней дней. В связи с этим мы просим указать срок поставки по данному лоту 60 дней от даты заключения Договора.			
2	920317401159	Запрос о разъяснении КД	Добрый день!!! Прошу разъяснить следующее. В технической спецификации указано: Горелка дизель л/ч (максимум горения) 5 - 7, Горелка газовая	2018-08-23 11:00:03	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! в связи с тем что в некоторых районов Туркестанской области где расположены отделение Противочумной станции приобретаемое оборудование должно иметь горелку на газовой и дизильной основе.

			м3/час 6 - 7. Вопрос?! К каждому инсенератору для сжигания биоотходов должно идти две горелки (дизельная и газовая)? Прошу разъяснить.			
3	111140017934	Замечание к КД	Настоящим сообщением информирую Вас о несоответствии технической спецификации приобретаемым товарам по следующим лотам: Лот № 20647600-ОК1 "Облучатель" Дополнительное описание лота: Облучатель бактерицидный настенный ОБН 2х36 Вт Описание: Источник облучения и дезинфекции воздуха: бактерицидная лампа PHILIPS TUV-2x30W/G13T8 Производительность по потоку, м3/час 9 0 Мощность облучателя, Вт, не более 190 Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50 Срок службы бактерицидной лампы, час 8000 Срок эксплуатации облучателя, лет 5 Класс электробезопасности и	2018-08-25 14:16:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Все технические характеристики закупаемого товара были указаны в приложении 2. При заключение договора с потенциальным поставщиком все замечание будут согласованны.

			степень защиты класс 1,тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры, мм 144х146х1102 Вес, кг, не более 5,8 В дополнительном описании у Вас заявлен облучатель с двумя лампами на 36 Вт , а в описании заявлены лампы на 30W. Согласно зарегистрированных в качестве медицинской техники облучателей они комплектуются лампами на 30W, нестандартных ламп на 36W не существует. Считаю что в дополнительном описании ошибочно вместо 30W Вы отразили 36W. Лот № 20647560-ОК1 "Облучатель" Дополнительное описание лота: Облучатель бактерицидный переносной ОБП 4х15 Вт Описание: Количество бактерицидных ламп 4.0 (шт.) Средняя продолжительность работы лампы 8000.0 (час)				

			Производительность 1304 куб. м/час Степень обеззараживания воздуха 95.0 (%) Защитные очки Да Крепление передвижное Напряжение питания 220 В Частота тока 50 (Гц) Гарантийный срок 2 года Состояние Новое. Вы заявляете производительность 4 ламп на 15 Вт в размере 1304 куб. м/час. Такую производительность 4 лампы на 15 Вт выдать не могут, к тому же согласно зарегистрированных в качестве медицинской техники облучателей ни один из них не выдаст такую производительность. Считаю что в техническом описании допущена ошибка и технические требования искажены и завышены.			
4	080340008901	Замечание к КД	Добрый день! Поясните пожалуйста основание в технической спецификации на требуемый Вами срок гарантии 3 года, так как завод изготовитель данной печи дает гарантию 1 год???	2018-08-20 12:36:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Согласно внутренним правилам организации приобретенные основные средства числятся на балансе пять лет. В связи с этим данное оборудование должно проходить сервис обслуживание и гарантию не меннее 3-х лет.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Менеджер по гос. закупкам Байдаулетов Бахытжан Омарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»