«DACIL» ЖШС
БСН 111 240 010 524
ҚР, Қарағанды қ.,
Алиханов көшесі, 1 үй
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

ТОО «DACIL»
БИН 111 240 010 524
РК, г.Караганда,
ул.Алиханова, здание 1
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

исх.№0709-1 от 07.09.2018г.

**Департаменту внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан**

**КАСАТЕЛЬНО ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «2764466-1 Спектрометр»**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), был проведен открытый конкурс по государственным закупкам (далее – Конкурс):

- №2764466-1 «Спектрометр»; № лота 20325879-ОК1 «Спектрометр».

Организатором государственных закупок является 120941012342 Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения " Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов" (БИН 120941012342, юридический адрес - 631010000, 070005, Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 1, оф.)

Наша компания – ТОО «DACIL» (БИН 111240010524, юридический адрес – Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, 100000, ул.Алиханова, 1-406) принимала участие в данном Конкурсе.

В соответствии с протоколом итогов Конкурса от 05.09.2018г. был определен победитель – ТОО «Schneider Technology» и поставщик, занявший второе место – ТОО «DACIL», наша компания.

Однако, конкурсная заявка ТОО «Schneider Technology» не соответствует требованиям технической спецификации Организатора Конкурса/Заказчика, а именно:

1. В технической спецификации Организатора Конкурса/Заказчика устанавливается требование:

   «Миниатюрная рентгеновская трубка 45 kV, с серебряным анодом».

   В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Schneider Technology» указано:

   «Миниатюрная рентгеновская трубка 50 кВ, с родиевым анодом».

При этом по требуемому материалу анода Организатором были предоставлены пояснения в протоколе предварительного обсуждения проекта конкурсной документации:

«Указанный в Технической спецификации материал анода (серебряный анод) обеспечивает отсутствие спектральных наложений некоторых элементов (цинка с золотом и ряда других), анализ которых является приоритетными для решения задач, стоящих перед лабораториями института».

2. В технической спецификации Организатора Конкурса/Заказчика устанавливается требование:

«Встроенный наклонный цветной ¼ жидкокристаллический сенсорный дисплей с подсветкой и клавиатурой».

В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Schneider Technology» указано:

«Встроенный цветной ¼ жидкокристаллический сенсорный дисплей высокого разрешения с подсветкой и клавиатурой».

При этом касательно требования о наклонном (поворотном) дисплее Организатором были предоставлены пояснения в протоколе предварительного обсуждения проекта конкурсной документации:

«Указанное в Технической спецификации требование наличия поворотного экрана является существенной характеристикой: встроенный поворотный экран позволяет правильно позиционировать прибор без потери возможности контроля оператором процесса измерения, и с возможностью работы одной рукой в труднодоступных местах».

3. В технической спецификации Организатора Конкурса/Заказчика устанавливается требование:

«Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений Казахстана. Наличие методики поверки и сертификат РК».

В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Schneider Technology» указано:

«Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений Казахстана. Наличие методики поверки и сертификат РК».

Однако, данное утверждение потенциального Поставщика не является достоверным по информации справочной системы РГП «КазИнМетр» (https://kazinmetr.kz/bd/reestr/utsi/39515/), так как сертификат о внесении в Госреестр средств измерений Казахстана прибора, предлагаемого ТОО «Schneider Technology», а именно – Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр S1 Titan 600, завод-производитель – Bruker AXS, истек 19.06.2018г. Методика поверки по данным указанного официального ресурса также отсутствует.

Таким образом, вышеуказанное утверждение о наличии прибора в Госреестре средств измерений Казахстана и наличии методики поверки не имеет подтверждений и, более того, опровергается официальной государственной справочной системой РГП «КазИнМетр», что указывает на намерение потенциального поставщика ТОО «Schneider Technology» ввести Организатора Конкурса/Заказчика в заблуждение.

Учитывая всё вышеуказанное, в целях соблюдения Закона и во избежание поставки товаров, несоответствующих требованиям Организатора Конкурса/Заказчика, считаем, что

конкурсная заявка ТОО «Schneider Technology» не соответствует требованиям технической спецификации, размещенной на портале государственных закупок Организатором Конкурса/Заказчиком.

**В связи с вышеизложенным просим Вас:**

**1. Пересмотреть протокол предварительного допуска, так как конкурсная заявка ТОО «Schneider Technology» была неправомерно допущена к участию в Конкурсе.**

**2. Признать протокол итогов Конкурса от 05.09.2018г не действительным.**

**С уважением,**
**Директор ТОО «DACIL»** **Абильтусупова Д.А.**