Геокурс

KZ.П.02.1238

ПЛ ТОО "Геокурс" (Geocourse)
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации № KZ.П.02.1238 от 26.10.2016 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ШВ-01-11577

Лазерные дальномеры типа DISTO
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **DISTO A3** заводской № **2073730652**

от 0,05 до 100,0 м
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **"Leica Geosystems AG", Швейцария**

Дата изготовления: **2007**

Пользователь: **ТОО "АДС Сапа" г. Астана, пр. Момышулы, дом 6/1, кв 63**
(наименование и адрес)

Поверка проведена в соответствии:
МП № KZ 04.02.01718-2006
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **рулетка измерительная ц.д. 1 мм, линейка металлическая, базис эталонный №б/н**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **U=1мм**

Дата поверки " **15** " **Августа** **2018** г. Действителен до " **15** " **Августа** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ подпись **Уркимбаев А.Б.** инициалы, фамилия

Поверитель _____ подпись **Тауасова А.К.** инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

0377891 1 ШВ 8

СЛ 18 : 0377891

ДКП: 047.ТЛ.ВА.ШВ

Геокурс

KZ.П.02.1238

ПЛ ТОО "Геокурс" (Geocourse)
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации № KZ.П.02.1238 от 26.10.2016 г.
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ШВ-01-11576

Лазерные дальномеры типа DISTO
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **DISTO A3** заводской № **2073743044**

от 0,05 до 100,0 м
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **"Leica Geosystems AG", Швейцария**

Дата изготовления: **2007**

Пользователь: **ТОО "АДС Сапа" г. Астана, пр. Момышулы, дом 6/1, кв 63**
(наименование и адрес)

Поверка проведена в соответствии: **МП № KZ 04.02.01718-2006**
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **рулетка измерительная ц.д. 1 мм, линейка металлическая, базис эталонный №б/н**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**

с учетом неопределенности измерений **U=1мм**

Дата поверки " **15** " **Августа** **2018** г. Действителен до " **15** " **Августа** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ подпись **Уркимбаев А.Б.** инициалы, фамилия

Поверитель _____ подпись **Тауасова А.К.** инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

0377890 1 ШВ 8

СЛ 18 : 0377890

ДКП: 047.ТЛ.ВА.ШВ