ТОО "INOS" (ИНОС)
БИН 070740005662
г. Астана, Ул. Достык 5, вп 5/1, 188
Тел.: +7 (7172) 967- 543,
E-mail: info@inos.kz

№ 02/01-2019
от 04.01.2019 года

Кому: РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

от потенциального поставщика
Товарищество с ограниченной ответственностью «INOS» (ИНОС)
БИН: 070740005662
Юридический адрес: РК, г. Алматы,
пр. Жибек Жолы 115/46, оф. 304
Фактический адрес: РК, г. Астана,
ул. Достык 5, блок 5/1, офис 188
Тел.: 8 (7172) 96-75-43
Эл. адрес: info@inos.kz

Наименование конкурса №2915803-2 - Государственные закупки по приобретению реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований способом открытого конкурса;
Наименование лота №18064899-ОК1- Реагент

ТОО «INOS» (ИНОС) принимало участие в процедуре закупки №2915803-2 «Государственные закупки по приобретению реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований способом открытого конкурса» для нужд Республиканское государственное казенное предприятие «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан».

Согласно техническому заданию по лоту 18064899-ОК1 должен быть предложен товар со следующими характеристиками: «*Набор реагентов для проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени для количественного определения ДНК человека и мужской ДНК, позволяет обнаружить ингибиторы в реакции, выявлять смеси мужской и женской ДНК и определять степень деградации ДНК. Набор предназначен для анализа продуктов ПЦР с помощью прибора для проведения RT-ПЦР AppliedBiosystems 7500 Real-Time PCR System и специального программного обеспечения для анализа. Набор включает все необходимые реагенты для одновременного исследования мультикопийных участков не половых хромосом ДНК человека: короткий фрагмент (в диапазоне 80 – 93 п.о.), длинный*

фрагмент не менее 350 п.о., участок Y-хромосомы (в диапазоне 70 – 85 п.о.) и реагенты для выявления ингибиторов в пробе, исследуемой ДНК (внутренний положительный контроль размером не менее 400 пар оснований). Калибровочная кривая должна строиться не более чем по 4 концентрациям. Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женкой (не хуже 1:400000). Калибровочная кривая должна строиться не более чем по 4 концентрациям. Набор должен быть рассчитан на не менее чем 200 реакций. Набор должен быть изготовлен по стандарту ISO 18385».

Победителем по лоту 18064899-ОК1 было признано ТОО «Алмалы Гарант» - поставщик реагентов Promega Corp., США. Мы считаем, что предложенный ТОО «Алмалы Гарант» набор реагентов PowerQuant System, P5002, производства Promega Corp., США, был несправедливо допущен к участию в конкурсе, так как не соответствует требованиям технического задания по следующим пунктам:

1) набор реагентов PowerQuant System, P5002, производства Promega Corp., США включает необходимые реагенты для одновременного исследования мультикопийных участков не половых хромосом ДНК человека: короткий фрагмент -84п.о., длинный фрагмент не менее 294 п.о. (**требовалось не менее 350 п.о.**). Соответственно, ТОО «Алмалы Гарант» предлагает набор с худшими характеристиками по определению степени деградации длинных фрагментов ДНК. Так как молекулярные механизмы обуславливают первоочередное деградирование именно длинных фрагментов ДНК, набор будет некорректно отражать деградацию фрагментов ДНК более 300 п.о.

2) набор реагентов PowerQuant System, P5002, производства Promega Corp., США не позволяет детектировать мужскую ДНК в смеси с преобладанием женской в пропорции 1:400000. На сайте производителя promega.com присутствует информация только о пропорции 1:30. Соответственно, ТОО «Алмалы Гарант» предлагает набор с худшими характеристиками по определению по детекции мужской ДНК в смеси с женской ДНК. Данный показатель особенно актуален при производстве экспертиз по преступлениям против половой неприкосновенности граждан.

Просим Вас отменить незаконное решение о признании победителем по лоту № 18064899-ОК1: ТОО "Алмалы Гарант".

С уважением,
Директор ТОО «INOS» (ИНОС) **Зотова М.С.**