Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 04.05.2015 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВА13-05-2903

Вольтметр
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: Э544 заводской № 3238

7,5 В - 60 В
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: "ТЭП"

Дата изготовления: 1987 г.

Пользователь: ТОО НТИЦ
(наименование и адрес)

Поверка проведена в соответствии:
с ГОСТ 8.497-83
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: У355; УППУ-1М
.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу 0,5, разряду -,

с учетом неопределенности измерений 0,29 %

Дата поверки " 25 " Июня 2018 г. Действителен до " 25 " Июня 2019 г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ Е.О. Джумабеков
подпись — инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ Н.С. Садыкова
подпись — инициалы, фамилия

СЛ 18 : 0162532

ДКП: 58.ТЛ, 53.ТЛ, ВА