"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

28.03.2019 ж. № 2182

Осымен Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 180640031670 Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2984637-2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского гамма терапевтического оборудования проводятся согласно технической спецификации» на основании жалобы ТОО «Шмураткин и компания» от 28.02.2019г. №30180, посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протокола итогов от 25.02.2019 года № 2776890 конкурсная комиссия признала потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по причине «Отсутствуют сертификаты обучения на обслуживания гамма терапевтического оборудования». В соответствии с технической спецификацией заказчика требуется «Наличие сертифицированного инженерного состава». Однако, указанный потенциальный поставщик представил подтверждающие документы о прохождении повышения квалификации «Техническое обслуживание медицинской техники, приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии». В соответствии с п.п.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Кроме того, пунктом 150 Правил определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям. Согласно п2 ст.10 Закона не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 указанной статьи. Таким образом конкурсная комиссия необоснованно признала конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 18.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-53290 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ішкі мемлекеттік аудит комитеті» Республикалық мемлекеттік мекемесі Қарсылық білдіру Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК «Қазақстан

Республикасы Қаржы министрлігінің ішкі мемлекеттік аудит комитеті» Республикалық мемлекеттік мекемесінің 2019 жылғы 18-наурыздағы № 710000000-4-5-53290 хабарламасына жауап ретінде, келесі себептерге байланысты көрсетілген бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды: Қатысушы «Шмураткин және Компания» ЖШС БСН 010440004692 «гамма терапиялық жабдыққа қызмет көрсетуге оқыту сертификаттарының болмауы» себебі бойынша рұқсат етілмеді. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің «Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2015 жылғы 29 мамырдағы №427 Бұйрығының 3т., 4т., 14 тт. сәйкес: Сервистік қызмет көрсету – штатында медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарында немесе медициналық техниканың тиісті түрлеріне техникалық қызмет көрсету бойынша дайындық жүргізуге құқығы бар ұйымдарда оқудан өткен медициналық техниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі маманы (мамандары) бар ұйым немесе ұйымның оқшауландырылған бөлімшесі не медициналық техниканы өндірушіден техникалық қолдау көрсетуді жүргізу құқығы құжатпен расталған ұйым немесе ұйымның оқшауландырылған бөлімшесі. 2а, 2б және 3 қауіпсіздік кластарының медициналық техникасына сервистік қызмет көрсетуді медициналық техиканы өндірушінің сервистік қызметтері немесе медициналық техниканы өндірушіден сервистік қызмет көрсетуді жүргізу құқығына құжаттамалық растауы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады. Аталған жеткізушіде аппаратқа кернеу беру жолымен түзілетін және оның пайда болуына бақылау жасайтын сәулеленудің неғұрлым төмен өткізгіш күші бар рентгенология (рентген қондырғылары) жөніндегі инженерлерге сертификаттар бар. Гамма қондырғыларында сәулелену тұрақты жүреді және бақыланбайды, және матада күшті өткізгіш күші бар және заттың атом деңгейінде түзіледі. Осы қондырғыларға техникалық қызмет көрсету үшін құрамында иондаушы сәуле көздері бар гамма қондырғыларымен жұмыс істеу үшін арнайы дайындығы бар инженерлер қажет. Бұл қондырғылар сәулелік терапиядан өтетін емделушілерге ұзақ әсер етеді, аппараттың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ, техникалық қызмет көрсетуді дұрыс жүргізбеу кезінде емделушінің денсаулығына өлімге дейінгі елеулі салдарларын тигізуі мүмкін. Гамма қондырғыға қарағанда рентген қондырғысы қысқа мерзімді әсер етеді және оларда диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. «Шмураткин және Компания» ЖШС компаниясы гамма терапевтік қондырғыларға немесе құрамында иондаушы сәулелену көздері бар қондырғыларға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін бірде-бір оқу сертификатын ұсынбады.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Сотрудник
Нурманбекова Айнур Елеусизовна

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

28.03.2019 года № 2182

Настоящим Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 180640031670 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 18.03.2019 года № 710000000-4-5-53290, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2984637-2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского гамма терапевтического оборудования проводятся согласно технической спецификации» на основании жалобы ТОО «Шмураткин и компания» от 28.02.2019г. №30180, посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протокола итогов от 25.02.2019 года № 2776890 конкурсная комиссия признала потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по причине «Отсутствуют сертификаты обучения на обслуживания гамма терапевтического оборудования». В соответствии с технической спецификацией заказчика требуется «Наличие сертифицированного инженерного состава». Однако, указанный потенциальный поставщик представил подтверждающие документы о прохождении повышения квалификации «Техническое обслуживание медицинской техники, приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии». В соответствии с п.п.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Кроме того, пунктом 150 Правил определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям. Согласно п2 ст.10 Закона не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 указанной статьи. Таким образом конкурсная комиссия необоснованно признала конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Возражение ГКП на ПХВ «Многопрофильная

областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на уведомление Республиканского государственного учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан", от 18 марта 2019 года № 710000000-4-5-53290, сообщает о несогласии с указанными нарушениями, по следующим основаниям: Участник ТОО «Шмураткин и Компания» БИН 010440004692 был не допущен по причине « отсутствия сертификатов обучения на обслуживания гамма терапевтического оборудования». В соответствии пп.14, п.3, п.4 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» №427 от 29 мая 2015года «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республики Казахстан»: Сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки. Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания. У данного поставщика имеются сертификаты на инженеров по рентгенологии (рентген установок), которые имеют более низкую проникающую силу излучения, которая образуется путем подачи напряжения на аппарат и имеет контроль на его возникновение. На гамма установках излучения происходит постоянно и не контролируемо, и имеет более сильную проникающую силу в ткани, и образовывается на атомном уровне вещество. Для проведения технического обслуживания данных установок требуются инженера со спецподготовкой для работы с гамма установками, содержащими источники ионизирующего излучения. Данные установки имеют длительные воздействия на пациентов, которые проходят лучевую терапию при онкологических заболеваниях, при не корректной работе аппарата а так же, не правильном проведении технического обслуживания может привести к серьезным последствиям здоровья пациентов, вплоть до летального исхода пациента. В отличие от гамма установок рентген установки имеют кратковременное воздействие и на них осуществляется диагностические исследования, в отличие от гамма установок. Компания ТОО «Шмураткин и Компания» не предоставил не одного сертификата обучения для проведения технического обслуживания гамма терапевтических установок, или установок, содержащих источники ионизирующего излучения.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Сотрудник
Нурманбекова Айнур Елеусизовна