Договор аренды № 09

г. Алматы **« 15» марта 2019 г.**

ТОО «Фактор 1» (БИН: 180540002495), в лице директора Жаныбек А.Д. именуемое в дальнейшем «Арендатор» и ТОО НПФ VELD (БИН 100540007868), в лице директора Кожанова П.Л., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Арендодатель сдает в аренду оборудование согласно приложения № 1
1.2. Арендатор принимает оборудование согласно Акту приема-передачи и оплачивает сумму арендной платы в соответствии с условиями настоящего договора, указанного в приложении № 1.
1.3. Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Предварительно поставив в известность Арендатора проверить состояние сданного в аренду оборудования.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Подготовить оборудование и сдать его в рабочем состоянии.
2.2.2..Передать оборудование Арендатору согласно Акта приема-передачи в том же состоянии и виде, который был предварительно согласован при его осмотре
2.2.3. С момента подписания Акта приема-передачи передать оборудование Арендатору.
2.3..Арендатор имеет право:
2.3.1. Пользоваться оборудование Арендодателя, переданного по Акту приема-передачи, в соответствии с его предназначением.
2.3.2. Предварительно уведомив Арендодателя улучшить состояние оборудования.
2.4.1. Не передавать третьим лицам оборудование без предварительного согласия Арендодателя.
2.4.2. Оплачивать арендные платежи пользование арендованным оборудованием, согласно условиям Приложения №1.
2.4.3. В случае возникновение аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя оборудования, незамедлительно уведомить Арендодателя, а также по возможности приложить все необходимые усилия для их устранения.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1..Сумма арендных платежей указана в приложениях к
Договору.
3.2. Оплата арендных платежей по настоящему договору производится Арендатором поквартально.

4. Порядок приема и передачи оборудования.

4.1. Во избежание недоразумений при передаче в аренду оборудования, стороны составляют Акт приема-передачи оборудования, подписываемый обеими сторонами.
4.2. В Акте приема-передачи указывается состояние передаваемого в аренду оборудования.
4.3. С момента подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность оборудования переходят от Арендодателя к Арендатору.
В случае порчи оборудования Арендатор возмещает стоимость нанесенного ущерба.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае необоснованного отказа Арендодателя от передачи оборудования Арендатору после подписания договора, Арендодатель возвращает всю сумму предоплаты Арендатору.
5.2. В случае если Арендатор необоснованно отказывается от принятия оборудования в аренду, то сумма предоплаты не возвращается.
5.3. Во всех случаях расторжения договора аренды, как по инициативе Арендодателя так и Арендатора, происходит предварительное уведомление каждого из сторон не менее за один месяц до окончания действия настоящего договора.
5.4. В случае порчи оборудования по вине Арендатора, Арендатор возмещает стоимость нанесенного ущерба Арендадателю.

7. Срок действия договора.

7.1. Общий срок аренды оборудования составляет 12 месяцев с момента подписания Договора сторонами.
7.2. Срок действия договора определен общим сроком аренды оборудования.
7.3. По взаимному согласию сторон, срок действия договора может быть продлен.
7.4. Если с каждой из сторон не поступили уведомления о расторжении договора до срока его действия, то действия договора продолжается на тех же условиях и после окончания срока аренды оборудования.

8. Заключительные положения

8.1.Акт приема-передачи является составной и неотъемлемой частью настоящего договора
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для Арендодателя, Арендатора.

9.Адреса сторон.

Арендодатель:
ТОО НПФ «VELD»
050004, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 410

БИН 100540007868
ИИК KZ67914398914BC31386,
в банке ДБ АО "Сбербанк",
БИК SABRKZKA

Арендатор
ТОО «Фактор 1»
г.Алматы, Улица Тургут Озала, 51-52
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180540002495
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ524322203398B01039
ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)» Тел.:
87773037741

Директор
Кожанов П.Л.

"ЗАКАЗЧИК"
М.П.

Жаныбек А.Д.

Приложение № 1
к Договору № 04 от 04.01.2019 г.

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена аренды за месяц	Кол-во месяцев	Сумма
1	Мультиметр UNI-T UT 70B	1 шт	1 000	12	12 000
2	Люксметр	1 шт	1 000	12	12 000
3	Шумомер, виброметр	1 шт	1 000	12	12 000
4	Testo 435-1	1 шт	1 000	12	12 000
5	Счетчик Fluke 983	1 шт	1 000	12	12 000
6	Газоанализатор	1 шт	1 000	12	12 000
ИТОГО					72 000

Условия оплаты: поквартально

Директор
Кожанов П.Л.

"ЗАКАЗЧИК"

М.П.

Жаныбек А.Д.

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 04.05.2015 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВА12-05-3759

Измерители акустические многофункциональные
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **ЭКОФИЗИКА** заводской № **ЭФ100192**

шум: (22-139)дБА,; вибрация: (53 до 163) дБ
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ООО "ПКФ Цифровые приборы", г. Москва**

Дата изготовления: **2010г.**

Пользователь: **ТОО "НПФ Veld"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

АВНР.411171.007 МП Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА. Методика поверки
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **КОС-1, DVC-500**

.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **+/- 0,7 дБ; 0,3 дБ**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **U=0,3 дБ; 1,7 дБ при k=2 и P=0,95**

Дата поверки " **07** "**Августа** **2018** г. Действителен до " **07** "**Августа** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Е.О. Джумабеков**
подпись инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **М.Д. Канатов**
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 0570932

ДКП: ФГУП ВНИИФТРИ.ВА

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 04.05.2015 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № BA13-05-3726

Мультиметр
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: UNI-T UT 70B заводской № 1070556879

10 мВ-1000 В; ~(0-750) В; 10 Ом-40 МОм; 10 мкА-10 А; 1 нФ-100 мкФ; (0-10) МГц
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: UNI-TREND LIMITED, Китай

Дата изготовления: 2007 г.

Пользователь: ТОО НПФ Veld

Поверка проведена в соответствии:
KZ.04.02.01593-2006
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: FLUKE 5522A, Г4-153, Ч3-63/1, Р5025 МСР-63, Р4002
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу (0,5-4) %, разряду -

с учетом неопределенности измерений U=0.29% (k=2, P=0.95)

Дата поверки " 06 " Августа 2018 г. Действителен до " 06 "Августа 2019 г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ Е.О. Джумабеков
подпись инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ Х.Т. Сапарова
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 0570829

ДКП: ВНИИМС.009.ТЛ.НМ.ВА

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации № KZ.P.02.0687 от 04.05.2015 г.

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВА 09 -19-2591

Газоанализатор

наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **МАГ-6П-В** заводской № **575**

от 0,0 до 10,0 % CO_2

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **ЗАО " ЭКСИС ", г.Москва**

Дата изготовления: **2015 г**

Пользователь: **ТОО " НПФ Veld "**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

МП-242-1099-2010 Газоанализаторы многокомпонентные МАГ-6. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Поверочная газовая смесь,ротаметр**

.

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **М**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **+/- 0,14 % при k=2,P=0,95**

Дата поверки " **26** " **Декабря** **2018** г. Действителен до " **26** " **Декабря** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **А. Е. Батырбаев**

подпись, инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **Г. К. Телғараева**

подпись, инициалы, фамилия

СЛ 18 : 1129502

ДКП: ООО " Мониторинг ".ВА

Алматинский филиал АО "НаЦЭкС"
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредит.№KZ.P.02.0687 от 04.05.2015 г.
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № BA10- 01-01499

Измеритель комбинированный
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **Testo 435-1** заводской № **01458931/712**

t = от минус 20 °С до 70 °С; V=(0,1-20,0) м/с
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Testo AG, Германия**

Дата изготовления: **2013 г.**

Пользователь: **ТОО "НПФ Veld"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

KZ04.02.01989-2006 Измерители комбинированные Testo серии 400, пр-во фирмы " Testo AG ", Германия . МП
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **термостат водяной,калибровочный**

термостат Fluke 7381,эталонный термометр 2-го разр, аэродин.труба АТ-1 № 1,
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **согласно паспорта**, разряду **в кач-ве раб.СИ.**,

с учетом неопределенности измерений **U=0,57 °С при k=2,P=0,95**

Дата поверки " **06** " **Марта** **2019** г. Действителен до " **06** " **Марта** **2020** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Ж.Ш.Карахожаев**
подпись инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **Г.А.Бабаева**
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 1751561

ДКП: .НМ.ВА.ВА

1751561
1 ВА 9

поставщика. В случае негарантийного и послегарантийного ремонта, пересылка осуществляется за счёт заказчика.

4.6 Стоимость послегарантийного ремонта определяется индивидуально. Срок проведения гарантийного и послегарантийного ремонта составляет от 3 до 10 рабочих дней.

4.7 Межповерочный интервал: 1 год.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(06), зав. номер 06 1993 соответствует техническим условиям ТУ 4215-003-16796024-16 и признан годным к эксплуатации.

ООО «НТП «ТКА» ПРОВЕРЕНО ОТК № 1

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ООО «НТП «ТКА» тел./факс: (812) 331-19-81

Дата выпуска: "__" ____ 201__ г.

М.П. ОТК: _____

Дата продажи: 07 АВГ 2018 201__ г.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ (КАЛИБРОВКАХ)

Дата	Место проведения	Заключение	Поверитель
06.08.2018	г. Санкт-Петербург, ФБУ "Тест-С.-Пб".	По каналам: **- освещенность, - энергетическая освещенность** прибор годен.	8 1=8 СП

Пришло время поверять прибор? Не забудьте отправить его нам!!!

Предприятие ООО «НТП «ТКА» проводит поверку в аттестованном центре «ТКА» совместно с ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Преимущества поверки в «ТКА»:

1. Бесплатная диагностика и юстировка.
2. Поверка приборов любой сложности в течение 10 дней.
3. Отправка приборов в адрес заказчика.

У нас не бывает «Извещений о непригодности»!!!

Кроме того, если Вы будете присылать нам в поверку приборы, наше предприятие сможет вести «пожизненное» техническое обслуживание Ваших приборов и держать Вас в курсе всех наших новых разработок.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.541.A № 38006/1

Срок действия до 10 декабря 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ **Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ"**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА", г. Санкт-Петербург**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **24248-09**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ **МП-242-1969-2016**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **26 декабря 2016 г. № 1974**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства С.С.Голубев

"11" 01 2017 г.

№ 027827

Серия СИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИИФТРИ

**ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ**

ФГУП ВНИИФТРИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 311478
Срок действия - бессрочно

№ 6/640-374-18

Действительно до
«16» апреля 2019 г.

Средство измерений *Счетчик аэрозольных частиц Fluke 983 (Рег.№ 32938-06)*
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) *193900001*

поверено *в соответствии с описанием типа*
наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с *Р 50.2.047 – 2005 «ГСИ. Счетчики аэрозольных частиц.*
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки» .

с применением эталонов: *Государственный рабочий эталон единицы счетной концентрации*
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)),
аэрозольных частиц размером от 0,1 до 10,0 мкм в диапазоне от 100 до 10^7 $дм^{-3}$ РЭ 001-05-007
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
пределы основной относительной погрешности ± 6,8 %, 3.1.ZZT.0024.2013

при следующих значениях влияющих факторов: *температура окружающего воздуха*
приводят перечень влияющих факторов,
21,1 °С, относительная влажность 48,3 %, атмосферное давление 95,9 кПа, напряжение
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
питающей сети 220 В, частота питающей электросети 50 Гц

и на основании результатов **первичной** (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГМС 16004970881

Заместитель начальника НИО-6 _____ С.А. Осипов
подпись *инициалы, фамилия*

Поверитель _____ А.В. Балаханова
подпись *инициалы, фамилия*

Дата поверки «17» апреля 2018 г.

СП № 0420879

3099/3 3227