Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Зере-сервис»
Заңды мекенжай: Алматы қ. Манас көшесі, 57, кв. 9;
тел: +7 (727) 275 63 09;
E-mail: zere-s@mail.ru
БСН: 140740014364

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Зере-сервис»
Юридический адрес: г.Алматы, ул. Манаса, 57, кв. 9;
тел: +7 (727) 275 63 09;
E-mail: zere-s@mail.ru
БИН: 140740014364

Исх.№ 59
от 08.04.2019 года

Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК

Письмо - жалоба

Настоящим, ТОО «Зере-сервис» сообщает, прибор многофункциональный измеритель параметров электробезопасности UNI-T UT592 предъявляемый ТОО «KZ СтройЭксперт» в качестве заменяющего приборов магазина сопротивления и измерителей сопротивления изоляции, не может полностью заменить запрашиваемые приборы.

Таблица функциональности и различия моделей Многофункциональных тестеров UNI-T 590-й серии пр-ва компании UNI-TREND , модели UT591 , UT592 , UT593 , UT595 .

Параметр \ модель	UT591	UT592	UT593	UT595
Измерение переменного напряжения	Есть	Есть	Есть	Есть
Измерение сопротивления изоляции	Есть	Есть	Есть	Есть
Измерение малых сопротивлений металлосвязь	Есть	Есть	Есть	Есть
Измерение сопротивления петли КЗ и тока КЗ сильным током с отключением УЗО	Есть	Есть	Есть	Есть
Измерение сопротивления петли КЗ и тока КЗ слабым током без отключения УЗО	Нет	Есть	Есть	Есть
Автоматический тест времени отключения УЗО	Есть	Есть	Есть	Есть
Тест отключения УЗО при половинном токе	Есть	Есть	Есть	Есть
Тест отключения УЗО при номинальном токе	Есть	Есть	Есть	Есть
Тест отключения УЗО при двукратном токе	Нет	Нет	Нет	Есть
Тест отключения УЗО при пятикратном токе	Есть	Есть	Есть	Есть
Тест тока отключения УЗО при нарастающем токе	Есть	Есть	Есть	Есть
Индикация Порядка чередования фаз	Нет	Нет	Есть	Есть

pribor.kz

В вышеуказанной таблице (ссылка на сайт: https://pribor.kz/p568980-ut595-izmeritel-petli.html) отражены функциональные характеристики прибора многофункциональный измеритель параметров электробезопасности UNI-T

UT592, где нет функции «многозначной меры электрического сопротивления в цепях постоянного тока». Исходя из этого, прибор многофункциональный измеритель параметров электробезопасности UNI-T UT592 не имеет таких возможностей для замены магазина сопротивлений. В данном случае, магазин сопротивлений должен рассматриваться как отдельный прибор. В виду того что магазин сопротивлений не был предъявлен ТОО «KZ СтройЭксперт», то заявка ТОО «KZ СтройЭксперт» должна быть отклонена, согласно подпункта 1) пункта 150 параграфа 11 «Рассмотрение заявок на участие в конкурсе», Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года):

Потенциальный поставщик не допускае
тся к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если:
он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:
непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации;

В связи с вышеизложенным просим вас, оставить без рассмотрения жалобу ТОО «KZ СтройЭксперт», в части обладания всеми материально-техническими ресурсами, и признать по праву победителем ТОО «Зере-сервис»

Директор
ТОО «Зере-сервис» **Айдарханов А.Б.**