Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/062

Дата: 08 апреля 2019 г.

Центр рассмотрений жалоб
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Просим Вас не рассматривать жалобу ТОО "Зере-сервис" по конкурсу 3056251-1. Так как нами заявленный многофункциональный измеритель параметров электробезопасности UNI-T UT592 может заменить функции магазина сопротивления и измерителей сопротивления изоляции.
Это, многофункциональный цифровой прибор для измерения и проверки основных параметров электробезопасности, сопротивлений. Прибор позволяет производить несколько базовых тестов и измерений, таких как: время срабатывания и ток срабатывания УЗО, сопротивление петли фаза-ноль, фаза-фаза, фаза – земля, сопротивление цепей заземления (металлосвязь), сопротивление изоляции, постоянное и переменное напряжение, частоту. UT591,592 могут применяться как при сдаче\ установке, так и при эксплуатации различных электрических сетей, устройств и оборудования, наличие в первой функции тестирования УЗО малым током без отключения УЗО. Производит расчет ожидаемого тока короткого замыкания на основании полного сопротивления петли короткого замыкания. Может использоваться для проведения измерений в электроустановках, сетях зданий, сооружений и промышленных предприятий, в которых погрешность, вызванная пренебрежением реактивным сопротивлением, может иметь существенное значение, поверяет измерителей электрического сопротивления, предназначен для цепей постоянного и переменного тока, измеряет активность сопротивления электроизоляции кабельных линий, проводов, обмоток электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок, а также сопротивления соединения проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов, других контактных соединений.

Магазин сопротивления предназначен для сопротивления, функции которого выполняет вышеуказанный прибор. ТОО " Зере-сервис " вводит в заблуждение отметив, что нет функции «многозначной меры электрического в цепях постоянного тока». Доводы ТОО " Зере-сервис " необоснованные.
Проси не рассматривать письмо, поступившее от них. Так как, они конкурсную комиссиию и КВГА вводят в заблуждение.

Директор

ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

ТОО «KZ Стройэксперт»
Тел/факс +7 (7242) 277 509
Email: kzstroyekspert@mail.ru
Моб: +7 775 388 5373