ТОО «WestEast NRD Group»
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы,
Проспект Б.Момышулы дом 16 кв.430
БИН: 150240002934
РНН: 620200473591
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ11998BTB0000268384
Столичный филиал АО «Цеснабанк»
e-mail: westeastnrdgroup@gmail.com
тел. 87013040333

№51 от 17.04.2019 г.

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Ознакомившись с жалобой ТОО «Алтай-Сем медтехника» за исх.№5 от 16 апреля текущего года жалоба №39362 сообщаем следующее.

1) Касательно несоответствия по трудовым ресурсам. ТОО «WestEast NRD Group» (*далее – Товарищество*) представил **сертификат на Омарова Д.Е. от производителя Sonoscape об обучении ремонту и техническому обслуживанию ультразвуковых систем** и **удостоверение на Сулейменова Д.М. от «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», согласно которому Сулейменов Д.М. самостоятельно выполнил работу на тему «Ультразвуковая диагностическая аппаратура. Особенности ТО и ремонта»**, тем самым полностью подтвердил соответствие по трудовым ресурсам.
2) Касательно несоответствия по материальным ресурсам. Товарищество имеет в наличии все необходимые инструменты и оборудования для оказания услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, что подтверждается прикрепленными к конкурсной заявке документами. Следует отметить, что все средства измерения, которые указал ТОО «Алтай-Сем медтехника» в своей жалобе, необходимы для поверки (**не соответствие понятий определений «поверка» и «техническое обслуживание»**) показателей медицинского оборудования. **Поверка медицинского оборудования является отдельным видом услуги с КТРУ «Услуги по поверке средств измерений»**.

Поскольку организатор закупки ежегодно закупает вышеназванную услугу (объявление №2871997-1 «Услуги по поверке средств измерений», №3191351-1 «Услуга по контролю качества (эксплуатационных параметров) лучевого оборудования»), нет никакой необходимости в проведении повторной поверки поставщиком, который оказывает услугу по техническому обслуживанию. Однако, справедливости ради стоить отметить, что существует ряд медицинского оборудования, которое следует поверить после ремонта с целью определить достоверность их показаний. Согласно п.5, ст.18 Закона РК от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (*далее – Закон*): «*Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений*». Согласно Приложению 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, для контроля электрических и радиационных характеристик медицинских рентгеновских аппаратов поставщик обязан иметь «лицензию на предоставление услуг в области использования атомной энергии» с подвидом деятельности «Контроль качества работы источников ионизирующего излучения, а также приборов, оборудования, установок, содержащих такие источники или генерирующих ионизирующее излучение». То есть, даже если у поставщика и будет оборудование для поверки того или иного медицинского оборудования, он не имеет законного основания это сделать без аккредитации на право поверки и калибровки и без соответствующей лицензии. Тем более поверку и контроль электрических и радиационных характеристик медицинских рентгеновских аппаратов не должен проводить инженер, проводивший ремонт соответствующего оборудования, поскольку в данном случае он будет являться лицом заинтересованным.

Считаем жалобу ТОО «Алтай-Сем медтехника» необоснованной, поскольку соответствие как трудовых, так и материальных ресурсов товарищества доказано полностью. Требование наличия оборудований для поверки медицинского оборудования считаем неуместной, поскольку это совсем другой вид услуги. ***Отсутствие приборов для поверки медицинского оборудования не определяет квалификацию поставщика услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования. Наличие приборов для поверки медицинского оборудования у поставщика, перечисленных в жалобе ТОО «Алтай-Сем медтехника» не регламентировано «Правилами осуществления***

сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан», утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427.

ТОО «Алтай-Сем медтехника» не представил документы, подтверждающие их аккредитацию на право поверки, калибровки средств измерений согласно ст.18 Закона, что не дает им право выполнять данную услугу самостоятельно. К тому же, согласно конкурсной заявки ТОО «Алтай-Сем медтехника» планирует самостоятельно проводить контроль электрических и радиационных характеристик медицинских рентгеновских аппаратов, что является грубейшим нарушением, поскольку у него нет соответствующей лицензии на оказание данного вида услуги.

В заключение всего вышесказанного считаем, что сервисная служба по техническому обслуживанию медицинского оборудования должна проводить техническое обслуживание. Поверка медицинского оборудования не входит в техническое обслуживание. Для определения достоверности показателей медицинского оборудования проводится его поверка исключительно аккредитованной метрологической службой. Как победитель конкурса, после заключения договора для исключения выдачи недостоверных данных отремонтированным медицинским оборудованием, товарищество гарантирует проведение поверку каждого отремонтированного медицинского оборудования в ближайшем филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по согласованию с Заказчиком.

Директор ТОО «WestEast NRD Group» Разбеков Р.Е_____м/п