Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2961049

Конкурстың № 3288972-1
Конкурстың атауы Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-16 12:41:38 дейін 2019-04-23 12:41:38
Ұйымдастырушының атауы "БҚМУ" КеАҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	600513301845	КҚ жобасына ескерту	Согласно Правилам осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан: -Глава2,пункт9: В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники	2019-04-19 14:30:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования указанное время на проведение плановых работ не противоречит пункту 9 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 "Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан" и не превышает пятнадцати рабочих дней. Как указано в приложении 1 к конкурсной документации электронного конкурса 3288972-1 - перечне лотов - (которая в последующем будет являться неотъемлемой частью договора с

			(при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). При капитальном ремонте медицинской техники сроки проведения ремонта определяются условиями договора сервисного обслуживания. В случае простоя, необходимого для обеспечения работоспособности во время запланированного ремонта (модернизации и (или) обновления программного обеспечения), сервисного обслуживания и поверке, а также в случае реорганизации или ликвидации субъекта здравоохранения, данный вид простоя является плановым. -Глава2 ,пункт11: Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации медицинской техники, либо на производственных площадях сервисной службы, в зависимости			поставщиком/исполнителем) место оказания услуг на лоты 23375923-ОК1, 23375821-ОК1, 23382591-ОК1: г. Актобе, район Астана мкр. Новый, 8 Г, Медицинский центр и по лотам 23375736-ОК1, 23839604-ОК1, 23839867-ОК1: г.Актобе, район Астана, ул. Маресьева, 68 Клиника Семейной медицины. Следовательно оказание услуг в соответствии с технической спецификации должно проходить по месту нахождения аппаратов, транспортировка медицинской техники куда-либо исключена. Касательно категории допуска к работе с электрооборудованием и установкам сообщаем, что Ваши расчеты являются примерными, без подтверждающих документов и не являются основанием для внесения изменений данной категории.

			от сложности, объема работ и возможностей транспортировки медицинской техники. -Наличие допуска к работе с электрооборудованием и установками не менее 4 группы, так как в данных типах аппаратов (флюроаппарат 12Ф7,маммограф Melody,Арман-32,Opera RT-20,РУМ-20М) генераторное устройство в момент работы аппарата вырабатывает свыше 100 киловольт (1 киловольт [кВ] = 1000 вольт[В]),следовательно правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок: 16 пункт. В электроустановках выше 1000 В работникам из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим электроустановки, и старшим по смене необходимо иметь группу допуска IV, остальным группу допуска – III. Просим			

			вас добавить все вышеперечисленное в обязательные требования к Потенциальному поставщику.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Менеджер отдела закупок Канатова Мирамкул Омаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2961049

№ конкурса 3288972-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-16 12:41:38 по 2019-04-23 12:41:38
Наименование организатора НАО "ЗКМУ"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	600513301845	Замечание к КД	Согласно Правилам осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан: -Глава2,пункт9: В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок	2019-04-19 14:30:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования указанное время на проведение плановых работ не противоречит пункту 9 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 "Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан" и не превышает пятнадцати рабочих дней. Как указано в приложении 1 к конкурсной документации электронного конкурса 3288972-1 - перечне лотов - (которая в последующем будет являться неотъемлемой частью договора с поставщиком/исполнителем) место оказания услуг на лоты 23375923-ОК1, 23375821-ОК1, 23382591-ОК1: г. Актобе, район Астана мкр. Новый, 8 Г, Медицинский центр и по лотам

			доставки запасных частей). При капитальном ремонте медицинской техники сроки проведения ремонта определяются условиями договора сервисного обслуживания. В случае простоя, необходимого для обеспечения работоспособности во время запланированного ремонта (модернизации и (или) обновления программного обеспечения), сервисного обслуживания и поверке, а также в случае реорганизации или ликвидации субъекта здравоохранения, данный вид простоя является плановым. -Глава2 ,пункт11: Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации медицинской техники, либо на производственных площадях сервисной службы, в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки медицинской техники.			23375736-ОК1, 23839604-ОК1, 23839867-ОК1: г.Актобе, район Астана, ул. Маресьева, 68 Клиника Семейной медицины. Следовательно оказание услуг в соответствии с технической спецификации должно проходить по месту нахождения аппаратов, транспортировка медицинской техники куда-либо исключена. Касательно категории допуска к работе с электрооборудованием и установкам сообщаем, что Ваши расчеты являются примерными, без подтверждающих документов и не являются основанием для внесения изменений данной категории.

			-Наличие допуска к работе с электрооборудованием и установками не менее 4 группы, так как в данных типах аппаратов (флюроаппарат 12Ф7,маммограф Melody,Арман-32,Opera RT-20,РУМ-20М) генераторное устройство в момент работы аппарата вырабатывает свыше 100 киловольт (1 киловольт [кВ] = 1000 вольт[В]),следовательно правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок: 16 пункт. В электроустановках выше 1000 В работникам из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим электроустановки, и старшим по смене необходимо иметь группу допуска IV, остальным группу допуска – III. Просим вас добавить все вышеперечисленное в обязательные требования к				

			Потенциальному поставщику.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Менеджер отдела закупок Канатова Мирамкул Омаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»