ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.), РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, 305А,
тел.: +7 (727) 374 -35-70, +7 (727) 374 -35-84, +7 (727) 374 -35-87, факс: + 7 (727) 374-35-67
E-mail: info@zalma.org, сайт: www.zalma.org

АФ ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.), РК, 010000, г. Астана, р-н Алматы, ЖК «Сказочный мир»,
ул. 23-15, д. 11, кв.132, тел.: +7 (7172) 25-99-75, факс: +7 (7172) 25-99-76
E-mail: info.astana@zalma.org

Исход.№ 142
30 АПР 2019

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Копия: РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Настоящим сообщаем, что ТОО «Invest-ZH» Исх. №35 от 26.04.2019 г. подали жалобу по итогам конкурса 3159384-ОК1 (далее – Конкурс) проведенного организатором РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Где согласно протоколу итогов 23.04.2019 года по Лоту №24883284-ОК3 Конкурса победителем признана наша компания ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.).

В своей жалобе ТОО «Invest-ZH» указали, что ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) предоставила недостоверные сведения в части того, что предлагаемый товар: PrioCHECK™ FMDV Type A Antibody ELISA Kit , strip, Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА типа А не содержит требуемых технических характеристик Лота № 24883284-ОК3 Конкурса, в части наличия критерии оценки иммунного фона исследуемых образцов.

В связи с этим поясняем, что с данной жалобой не согласны, предоставленные ТОО «Invest-ZH» сведения являются недостоверными т.к. на сайте производителя https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/7610850?SID=srch-srp-7610850 в Описании прямо указано: «Samples with a percent inhibition (PI) value of ≥ 50% have shown an immune response to the foot and mouth disease virus type A.», которое в переводе означает «Образцы со значением процента ингибирования (PI) ≥ 50% показали иммунный ответ на вирус ящура типа А.».

Из указанного следует, что Товар: PrioCHECK™ FMDV Type A Antibody ELISA Kit , strip производителя Prionics AG представленный потенциальным поставщиком ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.) соответствует требуемым условиям технической спецификации Лота 24883284-ОК3 Конкурса в части наличия критерии оценки иммунного фона исследуемых образцов.

С уважением,

Директор
ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА ЛТД.) **Муратов А.**

"ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.)