СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правления
АО «КазМедТех»
Джумагулов Р.Д.

_____
(подпись)
«06» мая 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Шеффинг И.А.

_____
(подпись)
«06» мая 20 19 г.

№ 347 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертной оценки стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица). **ГУ УЗ Кызылординской области.**
1.2. Юридический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда, Абая 27.**
1.3. Фактический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда, Абая 27.**
1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Кеншимбаева Б.К.**
1.5. Наименование и количество медицинской техники (далее - МТ). - **Монитор пациента ВМ5. Производитель - Bionet Co., Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ.**
1.6. Стоимость запрашиваемой МТ: **5 196 845 тенге.**
1.7. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки. **Договор о государственных закупках услуг №51 от 11.04. 2019г. Заявка вх. № 261 от 18.04.2019 г.**

Анализ стоимости, запрашиваемой МТ

№ п/п	Предмет экспертизы	Стоимость МТ	Вывод
1.	Монитор пациента ВМ5. Производитель - Bionet Co., Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. № РК-МТ- -5№017341 Срок действия 13.12.2017 13.12.2022	Первоначальная стоимость 5 196 845 тенге. Планируемая стоимость 4 222 453 тенге.	ГУ УЗ Кызылординской области для проведения экспертной оценки стоимости медицинской техники предоставило заявку исх. № 013-13/1946 от 17.04.2019 года (вх. № 261 от 18.04.2019 года) к договору о государственных закупках услуг №51 от 11.04. 2019г. Для анализа стоимости были предоставлены следующие документы: 1. Коммерческое предложение № 6/0319 от 26.03.2019 г. от ТОО «МедПроФарм»», стоимость –5 196 845 тенге*(оригинал)*; 2. Техническую спецификацию *(техническая спецификация является неотъемлемой частью экспертного заключения - оригинал);* 3. Письмо-авторизация от 26.01.2019 г. от компании Bionet Co., Ltd., на ТОО "МедПроФарм» - (*нотариально заверенная копия)*; 4. Прайс лист от 28.03.2019 г. от компании Bionet Co., Ltd на условиях EXW с указанием стоимости оборудования в разрезе комплектации- (*нотариально заверенная копия)*; 5. Письмо № 04/19 от 16.04.19 г. от ТОО «МедПроФарм» о том, что суммарная стоимость расходов не превышает 10 % от цены производителя- *(оригинал).* 6 Письмо о том, что МТ, ранее не завозилась исх.№ 05/18 от 16.04.2019 г. - *(оригинал);*

			Анализ стоимости медицинской техники проведен в соответствии с Приказом*. **1.** Проведена сверка с предыдущими проектами Общества: - Монитор пациента ВМ5. Производитель - Bionet Co., Ltd., Республика Корея, стоимость согласно заключению № 73 от 22.05.2018 г. 3 002 240 тенге для УЗ Кызылординской области. - Монитор пациента ВМ3. Производитель - Bionet Co., Ltd., Республика Корея, стоимость согласно заключению № 263 от 22.05.2018 г. 2 429 500 тенге для УЗ Кызылординской области. Разница стоимости обусловлена различием моделей медицинской техники и комплектацией. **2.** Проведен анализ закупок прошлых периодов посредством анализа информации о закупленной МТ, размещенной на официальных сайтах уполномоченного органа в области здравоохранения РК и товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» и www.goszakup.gov.kz – информации о закупе нет. **3.** Планируемая стоимость предмета экспертизы определена на основе выбора наименьшей стоимости из коммерческого предложения Заказчика, прайс листа от 28.03.2019 г. от компании Bionet Co., Ltd, и аналогичной МТ (по совпадающим комплектующим.) Цена установлена в долларах/ на условиях поставки EXW. Курс доллара составил 379,36 тенге за 1 доллар, на дату поступления заявки (НБРК www.nationalbank.kz – 18.04.2019 г.); В соответствии с требованиями п.9 Методики* при расчете были применены 10% затраты на логистику и допустимая прибыль поставщика 15%. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости в данной комплектации вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев составляет 4 222 453 тенге.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экпертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать **4 222 453** тенге. Заключение носит рекомендательный характер.

Главный менеджер департамента технической экспертизы и сервиса, Татиева А.С. _____ (подпись)

Директор департамента технической экспертизы и сервиса, Тукенова К.Б. _____ (подпись)

Прошито и пронумеровано

на 7 листах

_____

(подпись)

«КазМедТех»

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Бурамбаева Б.Р.
«____»_____2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Монитор пациента BM5. Монитор пациента BM3 Plus Производитель: BionetCo., Ltd Республика Корея			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Монитор пациента BM5. Монитор пациента BM3 Plus Производитель: BionetCo., Ltd Республика Корея			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Монитор пациента BM5	Дисплей 10,4" ЖК-дисплей (800x6000) Габариты 270x250x184,5, вес 4 кг Отображение 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ CO2, 2*инвазивного давления Скорость развертки 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек Индикация 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии,	1 шт.

			Зарядка батареи, Внешнее питание Интерфейс Разъем синхронизации с дефибриллятора: - Уровень сигнала 0 до 5 В - Частота импульсов 100±10 мс Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка - 0,3А при 125 В - 1А при 24 В Выход постоянного тока: 5В, 1А Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде) Термопринтер Скорость печати 25,50 мм\сек/Размер бумаги 58 мм Запись трендов Память цифровых трендов 128 часов/Запоминает до 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны Версии языков: Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский	
	Дополнительные комплектующие:			
	1	Кабель ЭКГ с 5-тью отведениями	ЭКГ-типы отведений 3-отведения, 5-отведений(опция) Выбор отведений 3-отведения: I, II, III 5-отведение: I, II, III, aVR, avL, avF, V Количество волн ЭКГ На 3-х отведениях- 1 канал На 5-ти отведениях- 2/3/7 каналов Диапазон ЧСС Взрослые: 30-300 Новорожденные/Дети: 30-350 удар/мин Точность измерений ЧСС ±1 удар/мин или ±1% Скорость развертки 6,25, 1,25, 25 ,50 мм/сек Фильтры Диагностический: 0,1-150 Гц/Мониторинг: 0,1-40 Гц/Хирургия: 0,1-20 Гц/Максимальный: 5-20 Гц	1шт

			Диапазон чувствительности ST сегмента -2.0-2.0 мВ Анализ аритмий Желудочковаяэкстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения. Электрокардиостимулятор. Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем) Защита от импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора	
		2	Неинвазивный шланг	Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина 3 м.	1шт
		3	Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый	Bionet НИАД Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения Взрослые: 20-260 мм рт.ст./Дети: 20-230 мм рт.ст. Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в	1шт
		4	Манжет для детей, многоразовый	Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения Дети: 20-230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в	1шт
		5	Манжет для новорожденных	Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в	1шт
		6	Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер	Кабель питания аппарата Адаптер электропитания • Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц)	1шт

				•Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5А	
		7	Температурные датчики, поверхностные/внутренние, многоразовые	Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взаимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 15 – 45 ° C (59 – 113 ° F) Точность: ± 1°C Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI	1шт
		8	Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель	Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента	1шт
		9	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 Диапазон измерения сатураций 0-100 % Точность измерения сатураций 70-100 % ±2 градуса 0-69% в точности Диапазон измерения пульса 0-254 уд/мин Точность измерения пульса ±2 удар/мин	1шт
		10	Тележка для монитора	Тележка для монитора пациента	1шт
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	Электроды-10 шт.	Предназначены для регистрации электрокардиограммы.	1 упак.
		2	Термобумага	Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр	2шт.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Технические требования к окружающей среде · Рабочая температура: 0°C-50°C · Температура хранения: - 20°C-60°C · Влажность Рабочая/Хранения: 5%-95% относ.влажности, неконденсирующаяся · Рабочая высота: 0-3048м			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP пункт назначения			

6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней Адрес: Адрес: По месту нахождения Заказчика в Кызылординской области
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
Директор Байконурского филиала **Адилхан Ж**