СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правления
АО «КазМедТех»
Джумагулов Р.Д.

_____
(подпись)
«06» 05 **2019 г.**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Шеффинг И.А.

_____
(подпись)
«06» 05 **2019 г.**

№ 341 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки технической спецификации и стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1 Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица): **БИН 940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**

Юридический адрес: **Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр.Абая, 27.**

1.2 Фактический адрес: **Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр.Абая, 27.**

Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Кеншимбаева Бакыт Куанышбаевна.**

1.3 Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ): **Пульсоксиметр серии Оху, модель 500FB, Производитель – Trismed Co., Ltd, Корея.**

1.4 Стоимость запрашиваемой МТ: **285 000 тенге.**

1.5 Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки: **Договор о государственных закупках услуг №51 от 11.04.2019 г., Заявка вх. №261 от 18.04.2019 г.**

Анализ стоимости, запрашиваемой МТ

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1	Пульсоксиметр серии Оху, модель 500FB, Производитель – Trismed Co., Ltd, Корея. РК-МТ-7№012456 Дата регистрации:17.01.2014 Дата истечения: 17.01.2021	Первоначальная стоимость 285 000 тенге.	Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области» (Далее - Заказчик) для проведения экспертной оценки стоимости медицинской техники Пульсоксиметр серии Оху, модель 500FB, Производитель – Trismed Co., Ltd, Корея., РК-МТ-7№012456 от 17.01.2014 г. предоставило заявку исх. № 013-13-1946 от 17 апреля 2019 г. (*вх. № 261 от 18 апреля 2019 года*) к договору о государственных закупках услуг №51 от 11 апреля 2019 года. Для обоснования стоимости заказчик предоставил следующие документы: 1. Коммерческое предложение №7/0319 от 26 марта 2019 г. от ТОО «МедПроФарм» стоимостью – 285 000 тенге- (*оригинал);* 2. Техническую спецификацию *(техническая спецификация является неотъемлемой частью экспертного заключения - оригинал);* 3. Письмо-авторизация от 03.04.2019 г. – (*нотариально заверенная копия);* 4. Рекомендательная цена от 04.04.2019 г. с указанием стоимости оборудования в разрезе комплектации- *(нотариально заверенная копия)*;

			5. Письмо исх. №05/18 от 16.04.2019 г. от ТОО «МедПроФарм» о том, что МТ, ранее не завозилась *(оригинал)*; 6. Письмо №04/19 от 16.04.2019 г. от ТОО «МедПроФарм» о том, что суммарная стоимость расходов не превышает 10 % от цены производителя- (*оригинал)*. **Анализ стоимости медицинской техники проведен в соответствии с Приказом*.** Планируемая стоимость предмета экспертизы определена на основе выбора наименьшей стоимости из коммерческого предложения Заказчика и рекомендательной цены от производителя (по совпадающим комплектующим). Цена установлена в долларах США. Курс доллара США составила 379,36 тенге за 1 доллар на дату поступления заявки (НБРК www.nationalbank.kz – 18.04.2019 г.); В соответствии с требованиями п.9 Методики* при расчете были применены 10% затраты на логистику и допустимая прибыль поставщика 15%. Техническая спецификация является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости в данной комплектации вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев составляет 285 000 тенге.

**Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники».*

Итого стоимость: **285 000** тенге.

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать 285 000 тенге.

Заключение носит рекомендательный характер.

Ведущий менеджер Департамента технической экспертизы и сервиса, Каменова Б.Н. _____ 05.05.2019г
(подпись)

Директор Департамента технической экспертизы и сервиса, Тукенова К.Б. _____
(подпись)

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Бурамбаева Б.Р.
«___»_____2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Пульсоксиметр серии Oxy, модель 500FB, 500FBW, 500DP Производитель – Trismed Co..Ltd (Республика Корея).			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Пульсоксиметры серии OXY500, моделей 500 FB, 500FBW, 500DP Изготовитель: «Trismed Co., Ltd», Корея Находится на сертификации письмо от 20.03.2019 №/21-16/156			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		1	Пульсоксиметр 500 FB	Пульсоксиметр отличается малыми размерами, низким энергопотреблением, простотой использования и удобством при переноске. Пациент помещает палец в устройство, которое считывает данные и на экране появляются соответствующие показания степени насыщения кислородом гемоглобина, обладающие высокой точностью. Работать с устройством просто и удобно. Устройство обладает незначительным объемом и массой, удобно для переноски. Энергопотребление устройства незначительно. Отображение значения SPO2. Отображение частоты пульса, отображение гистограмм.	1 шт

				Отображение формы импульса. Индикация низкого напряжения: индикация низкого напряжения появляется перед тем, как устройство начнет работать неправильно по причине низкого напряжения. Функция автоматического отключения питания: при выполнении устройством изменений, оно автоматически отключит питание в течение 5 секунд, если палец пациента не будет находиться в датчике для измерения. Режим просмотра меняется. Яркость экрана меняется. Звуковая индикация частоты пульса. Имеет функцию сигнала тревоги. Значения SpO2 (степени насыщения кислородом гемоглобина крови пациента) и частоты пульса сохраняются. Хранящиеся в устройстве данные выгружаются на компьютер. Данные в реальном времени передаются на компьютер. Измерение SpO2: диапазон измерений: 0% ~ 100%; Изображение: 128×96 точек, истинный цвет дисплей: OLED, 4 измерения; Визуальный и аудиосигнал тревоги. Измерение частоты пульса: диапазон измерений: 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту; USB и функция беспроводного интерфейса (тип 500 FBW); Синхронный дисплей на пульсоксиметре и компьютере. Объем памяти: 30 часов. ПО для ПК для обследования и мониторинга пациента во время сна. Индикация напряжения в батарее. Зарядное устройство USB и AC. Точность SpO2: ±2% в диапазоне 70% ~ 100%. Автоматическое отключение после 4 сек. Перезаряжаемая литиевая батарея– 3,7В. Размеры (мм): 57 (Д) ×32 (Ш)×30 (В). Вес: 50 г (включая литиевую батарею ×1)	
4	**Требования к условиям эксплуатации**	**Окружающие условия при хранении** a) Температура: -40°C ~ +60°C b) Относительная влажность: ≤ 95% c) Атмосферное давление: 500 гПа ~ 1060 гПа			

		Рабочие условия a) Температура: -10°C ~ +40°C b) Относительная влажность: ≤ 75% c) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP: пункт назначения
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней Адрес: По месту нахождения Заказчика в Кызылординской области
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

/Главный врач КГП на ПХВ
«Сырдарьинская районная больница» **Мирзагалиева Н.Ж.**

Нөмірленген, бауланған, мөрленген.
Барлығы: 3 парақта.

Бас дәрігер Н.Мырзағалиева

Прошито и пронумеровано

на 7 листах

_____

(подпись)

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ «КазМедТех» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН