СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правления
АО «КазМедТех»
Джумагулов Р.Д.

_____
(подпись)
«06» 05 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Шеффинг И.А.

_____
(подпись)
«06» 05 20 19 г.

№ 342 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертной оценки стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица), БИН **940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**

1.2. Юридический адрес **Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, проспект Абая, дом № 27**

1.3. Фактический адрес **Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, проспект Абая, дом № 27**

1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Кеншимбаева Бакыт Куанышбаевна.**

1.5. Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ) **Электрохирургический высокочастотный коагулятор DT-400P в комплекте, производитель Daiwha Corporation, Южная Корея**

1.6. Стоимость запрашиваемой МТ **4 889 858 тенге**

1.7. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки **Договор о государственных закупках услуг №51 от 11.04.2019г., вх. №261 от 18.04.2019 г.**

Анализ стоимости, запрашиваемой МТ

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1.	«Электрохирургический высокочастотный коагулятор DT-400P в комлекте», производитель Daiwha Corporation, Южная Корея РК-МТ-7№011278 Дата регистрации: 20.05.2013 г. Дата истечения: 20.05.2020 г.	Заявленная стоимость МТ 4 889 858 тенге. Планируемая стоимость 4 853 353 тенге.	ГУ УЗ Кызылординской области для проведения экспертной оценки стоимости медицинской техники «Электрохирургический высокочастотный коагулятор DT-400P в комплекте» производитель Daiwha Corporation, Южная Корея предоставило заявку с исх. № 013-13/1946 от 17.04.2019 года (вх. №261 от18.04.2019 года) к договору о государственных закупках услуг №51 от 11.04.2019 г. Для обоснования стоимости потенциальный поставщик ТОО «МедПроФарм» предоставил следующие документы: 1. Письмо-авторизация от 28.03.2019 г. "Daiwha Corporation" на ТОО "МедПроФарм"– (*нотариально заверенная копия);*

			2. Прайс от 28 марта 2019 года от Daiwha Corporation, Южная Корея–(*нотариально заверенная копия);*. 3.Техническую спецификацию (техническая спецификация является неотъемлемой частью экспертного заключения - оригинал); 4. Коммерческое предложение №14\0319 от 26.03.2019 г.- оригинал; 5. Письмо ТОО «МедПроФарм» исх. №05/18 от 16.04.2019г. о том, что ранее предмет экспертизы не завозился на территорию РК (*копия);* 6. Письмо №04/19 от 16.04.2019 г. от ТОО «МедпроФарм» о том, что суммарная стоимость расходов не превышает 10 % от цены производителя- (*копия).* **1.** Проведена сверка с предыдущим проектам Общества: - Идентичная МТ «Электрохирургический высокочастотный коагулятор DT-400P в комплекте» производитель Daiwha Corporation, Южная Корея. Согласно экспертному заключению для Филиала Фирмы "IT Engineering SA" (ИТ Инжиниринг СА (заключение №210 от 07.08.2018 г.) стоимость МТ составила 3 899 053 тенге. **2.** Планируемая стоимость предмета экспертизы определена на основе выбора наименьшей стоимости из коммерческого предложения Заказчика, прайс-листа и прошедшего проекта (по совпадающим комплектующим). Цена установлена в евро на условиях поставки EXW. Курс доллара США составила 379,36 тенге за 1 доллар на дату поступления заявки (НБРК www.nationalbank.kz – 18.04.2019 г.); В соответствии с требованиями п.9 Методики* при расчете были применены 10% затраты на логистику и допустимая прибыль поставщика 15%. Техническая спецификация является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости в данной комплектации вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев составляет 4 853 353 тенге.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев 4 853 353 тенге.
Заключение носит рекомендательный характер.

Ответственный за проведение экспертизы:
Ведущий менеджер Департамента технической экспертизы и сервиса: Каменова Б.Н. _____ (подпись)

Руководитель департамента технической экспертизы и сервиса: Тукенова К.Б. _____ (подпись)

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Бурамбаева Б.Р.
«____»_____2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	**Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) аппарат DT-400P в комплекте** **Производитель: DaiwhaCorp., Ltd. Рем публика Корея.**			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** (*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	**Не относится к средствам измерения**			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Основной блок	Электрохирургический высокочастотный аппарат предназначен для проведения контактного резания и контактной монополярной и биполярной коагуляций биологических тканей высокочастотным электрическим током. Область применения: общая хирургия, эндоскопия, дерматология, онкология, гинекология. Особенности: – Максимальная мощность: 400 Вт. – Управление: микропроцессорное.	1 шт.

				самодиагностика системы и устанавливаются последние введенные настройки. - Звуковая и визуальная сигнализация. Различные звуковые сигналы при резке и коагуляции. Основная и линейная частота: 120 (60 Гц) или 230 В переменного тока (± 10%). (50 или 60 Гц) / переключаемый. Потребляемая мощность: 950 ВА + 10%. Несущая частота: 400, 482 кГц. Частота повторения: 33 кГц. Охлаждение: 1 внутренний вентилятор Габариты: Ш 382 мм х В 165 мм х Г 513 мм. Вес: 21 кг.	
		Дополнительные комплектующие			
		1	Биполярные щипцы (360~160, 1 mm, штыкообразныйострый)	штыкообразные острые, для интраоперационноготермоэлектролигирования сосудов и мягких тканей, используется вместе с ножной педалью, толщина 7,04 ±0,05 мм, длина рукоятки 34,35 ± 0,1 мм, общая длина 17,5 × 2,53 см	1 шт.
		2	Многоразовый кабель биполярных щипцов	Для подключения биполярных щипцов к аппарату, длина штекера 4 см	1 шт.
		3	Педаль управления двойная	Для активации и деактивации выбранного режима аппарата, ножной переключатель с двумя педалями, подключается к задней части генератора, переключает режимы резка/коагуляция, размер 17 × 15 см	1 шт.
		4	Педаль управления одинарная	Для активации и деактивации выбранного режима аппарата, ножной переключатель, подключается к задней части генератора, для активации ЭХВЧ-аппарата, размер 7,5 × 11 см	1 шт.
		5	Многоразовый кабель заземления	Для подключения электродов заземления.	1 шт.
		6	Электрод-петля N3 для резекции	Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина	1 шт.

				наконечника 0,5 см	
		7	Электрод игла изогнутый N7	Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см	1 шт.
		8	Электрод-нож N1	Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см	2 шт.
		9	Электрод-нож N1	Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6 см, длина наконечника 1 см	1 шт.
		10	Электрод-шар EBS	Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина наконечника 0,5 см	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	Одноразовый двойной электрод заземления	Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, размеры 18 × 12 см	5 шт.
		2	Одноразовый одинарный электрод заземления	Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, размеры 18 × 12 см	5 шт.
		3	Одноразовый двухкнопочный держатель электрода с кабелем	Для установки электродов при использовании аппарата, размеры 0,7 ×15 см	2 шт.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	10 °C - 40 °C, относительная влажность 30% - 85%, неконденсация, 700 мбар - 1060 мбар			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDPпункт назначения			
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней Адрес: По месту нахождения Заказчика в Кызылординской области			
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;			

	третьих компетентных лиц	- замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
Директор Байконурского филиала **Адилхан Ж**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 6 листов

листов

Прошито и пронумеровано

на 7 листах

_____

(подпись)