Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

«Тарлан - Инт»

Товарищество
с ограниченной ответственностью

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Есиль ауданы
Керей Жәнібек хандар көшесі, 5 үй, н.п. 29, 30.
E-mail: info@tarlan-int.kz
тел./факс: 8/7172/22-84-11, тел.: 22-84-11

Республика Казахстан, 010000,
город Нур-Султан, район Есиль
улица Ханов Керея и Жанибека, 5, н.п. 29, 30.
E-mail: info@tarlan-int.kz
тел./факс: 8/7172/22-84-11, тел.: 22-84-11

исх.: 445
от «21» июня 2019 года

Департамент внутреннего
государственного аудита по городу Нур-Султан
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Жалоба на действия (бездействие), решения заказчика

Наименование, место нахождение юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются:

АО "Национальный научный медицинский центр", Казахстан, город Нур-Султан, проспект Абылай хана 42.

Наименование, место нахождение лица, подающего жалобу:

ТОО «Тарлан-Инт», Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 5, н.п. 29.

Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:

Номер объявления - 3339072-1;
Наименование объявления - Кровать медицинская электрическая с принадлежностями;
Дата публикации объявления - 2019-05-03 14:41:58;
Срок начала приема заявок - 2019-05-14 15:12:06;
Срок окончания приема заявок - 2019-05-30 16:00:00;
Способ проведения закупки – аукцион;
Номер лота - 22461798-АУК1;
Наименование ТРУ – кровать.

Обжалуемые действия (бездействие), решения заказчика:

АО "Национальный научный медицинский центр" (далее – Заказчик) при рассмотрении заявки компании Everest (далее - Компания) в вышеуказанных закупках незаконно допустила данную Компанию к аукционном торгам. Предлагаемый товар Компании не соответствует объявленной заказчиком технической спецификации. Более того, имеются факты предоставления Компанией недостоверной информации.

Так, Компания посредством портала государственных закупок во вкладке «техническая спецификация» предоставила техническую спецификацию товара по форме, предусмотренной аукционной документацией, и документ «Инструкция по эксплуатации и техническая характеристика» (далее – Инструкция по эксплуатации). Таким образом, техническая

спецификация Компании включает в себя два вышеназванных документа. Однако, приложенная Компанией Инструкция по эксплуатации не соответствует технической спецификации, предусмотренной аукционной документацией.

Предоставленная Компанией техническая спецификация по предусмотренной форме / техническая спецификация заказчика	Предоставленная Компанией Инструкция по эксплуатации, являющаяся частью технической спецификации Компании
Функция предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией.	Отсутствует
Секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве, не менее 8 шт.	Отсутствуют
На ложе кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания, не менее 4 шт.	Отсутствуют
Кровать должна обеспечивать электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм.	электрическая регулировка высоты с минимальным нижним положением 480
Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 160 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в ножной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 150 мм. В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла.	Отсутствуют
Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом.	Отсутствует
Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком индикатором заряда и срока службы, а также функцию отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходит в «спящий» режим через не более чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции.	Отсутствует
Наружные габариты без удлинения должны быть, не более 2185 мм х 995 мм, подходящие для свободного въезда и выезда во все структурные подразделения центра.	Наружные габариты без удлинения 2070 мм х 1015 мм
Пульт управления для медсестры на витом кабеле.	Отсутствует
Матрац с наполнителем из «холодного» пенополиуретана высокой упругости (поперечное профилирование в центральной зоне) в съёмном влагостойком паронепроницаемом чехле на молнии. Размеры: длина не менее 200 см, ширина не менее 86 см, высота не менее 14 см.	Отсутствует

Таким образом, Компания предоставила недостоверные сведения, указав в своей технической спецификации сведения, не соответствующие Инструкции по эксплуатации предлагаемого товара. Согласно Инструкции по эксплуатации, предлагаемый Компанией товар не соответствует объявленной заказчиком технической спецификации.

В соответствии со статьей 11 закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальные поставщики или

поставщики, предоставившие недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

Согласно пункту 4 статьи 33 Закона, аукционная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в аукционе на веб-портале государственных закупок.

В связи с этим, учитывая то, что имеются факт предоставления недостоверных сведений и факт несоответствия предлагаемого товара аукционной документации (технической спецификации), заказчик должен был отклонить заявку Компании, а также осуществить действия по включению Компании в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном Законом.

На основании вышеизложенного, ТОО «Тарлан-Инт» просит:

1) отменить государственную закупку способом аукциона (номер объявления - 3339072-1, номер лота - 22461798-АУК1);

2) принять меры по включению Everest в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном Законом.

Директор **Даулетов А.С.**

"Тарлан-Инт" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА

Исп.: Ержанов Б.С.
Тел: 8 7172 22 84 11