Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3149972

Конкурстың № 3458120-2
Конкурстың атауы Температураны біркелкі бөле отырып және оны ұстап тұрудың жоғары дәлдігімен 680л-ге дейінгі температуралық режим кезінде пайдалы көлемі бар үлгілерді сақтауға арналған тік түрдегі медициналық жабдық.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-27 12:10:49 дейін 2019-07-04 12:10:49
Ұйымдастырушының атауы «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130440022090	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте,после уточнения у производителя технических параметров прибора,ставлю Вас известность о следующем (расхождения с ТЗ): 1. Срок службы камеры не 50, а 10 лет 2. ПО на 30 для переноса данных на ПК нет, есть USB порт, который позволяет это делать с помощью	2019-07-03 21:46:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Под сроком службы камеры понимается срок сохранения самой камеры из нержавеющей стали в целости,то есть срок службы металла,а не все морозильника.Этот пункт верен.(Если бы имелся в виду морозильник,то как бы и было написано "срок службы морозильника/оборудования") 2)Через USB вход можно подключать и флэш карту и компьютер для выгрузки /загрузки данных.Предустановленное ПО позволяет проводить загрузку данных,у многих производителей возможность выгрузки и ПО оплачивается отдельно.В данном случае все включено в стандартную комплектацию. 3)

			флэшки 3. Потребляемая мощность 230В 4. Точность поддержания температуры: 2,5 градуса, а не градус и полтора, как это обозначено в ТЗ. В связи с этим просим Вас скорректировать данные позиции. Возможно ли увеличить срок поставки до 120 дней?Так как только изготовление оборудования на заводе занимает 70 дней,а еще авиадоставка,растаможка и доставка до заказчика. Спасибо.			Потребляемая мощность-230В. 4) Пункт уточняю.Соответственно ответ по 4 пункт такой:Точность поддержания температуры по времени+/-2С,а точность распределения температуры по камере+/-1,0С.(имеется в виду разница между крайними значениями температуры в камере) .

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Бахонов Жангирхан Кенжетайович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3149972

№ конкурса 3458120-2
Название конкурса Оборудование медицинское вертикального типа для хранения образцов с полезным объемом до 680л при температурном режиме до -40 с равномерным распределением температуры и высокой точностью ее поддержания.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-27 12:10:49 по 2019-07-04 12:10:49
Наименование организатора Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130440022090	Замечание к КД	Здравствуйте,после уточнения у производителя технических параметров прибора,ставлю Вас известность о следующем (расхождения с ТЗ): 1. Срок службы камеры не 50, а 10 лет 2. ПО на 30 для переноса данных на ПК нет, есть USB порт, который позволяет это делать с помощью флэшки 3. Потребляемая мощность 230В 4. Точность поддержания	2019-07-03 21:46:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Под сроком службы камеры понимается срок сохранения самой камеры из нержавеющей стали в целости,то есть срок службы металла,а не все морозильника.Этот пункт верен.(Если бы имелся в виду морозильник,то как бы и было написано "срок службы морозильника/оборудования") 2)Через USB вход можно подключать и флэш карту и компьютер для выгрузки /загрузки данных.Предустановленное ПО позволяет проводить загрузку данных,у многих производителей возможность выгрузки и ПО оплачивается отдельно.В данном случае все включено в стандартную комплектацию. 3) Потребляемая мощность-230В. 4) Пункт уточняю.Соответственно ответ по 4 пункт такой:Точность поддержания температуры по времени+/-2С,а точность распределения

			температуры: 2,5 градуса, а не градус и полтора, как это обозначено в ТЗ. В связи с этим просим Вас скорректировать данные позиции. Возможно ли увеличить срок поставки до 120 дней?Так как только изготовление оборудования на заводе занимает 70 дней,а еще авиадоставка,растаможка и доставка до заказчика. Спасибо.			температуры по камере+/-1,0С.(имеется в виду разница между крайними значениями температуры в камере) .

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Бахонов Жангирхан Кенжетайович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»