DEMEU ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 31 05 2019

Заказчик ЗКГМУ им Оспанова	Инженер Колбаев
Конечный польз.	Система Somatom Definition AS; S/N 95769; ID/N; SW
Город г. Актобе	
Адрес пос. Новый 8	
Тел/Факс	Условия приема заявки: ☐ Гарантия ☐ Контракт
Контакт	

Причина вызова/неисправность
РМТО

Проделанная работа
Проведено РМТО оборудования, Продувка чиллера ICS, IRS PDC Промывка, чистка наружного Cooling unit, дозаправка контуров охлаждения, чистка, продувка генри. Проверка работоспособности, Сдача заказчику.

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	необходима замена контролера в шкафу охлаждения			

Начало работы 9.00 /
Окончание работы 14.00 /
Время работы 5 часов 00 мин
Время в пути ____ час.
Система работает ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично
Работа закончена ☐ Да ☐ Нет

Вид работы: ☐ Ремонт ☐ Профилактика ☐ ГСО

Оценка работы инженера: 5 4 3 2 1
подпись

Ответственное лицо
Буркутбаев
подпись
МП

МП

МП

Все заменные в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.

ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 30.05.2019

Заказчик: ЗКГМУ имм Оспанова	Инженер: Колбаев
Конечный польз.:	Система: Somatom Emotion 6 — S/N: 44000; ID/N: ; SW:
Город: Актобе	
Адрес: мкр новый 8	
Тел/Факс:	Условия приема заявки: ☐ Гарантия ☐ Контракт
Контакт:	

Причина вызова/неисправность: РПТО

Проделанная работа: Проведено РПТ оборудования, Продувка, чистка, ICS, IRS генери, Проверка работоспособности сдача заказчику

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	Рекомендуется заменить сетки DATA и POWER			

Начало работы: 15.00 /
Окончание работы: 17.00 /
Время работы: 2 часов 00 мин
Время в пути: час.
Система работает: ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично
Работа закончена: ☐ Да ☐ Нет

Вид работы: ☐ Ремонт ☐ Профилактика ☐ FCO

Оценка работы инженера: 5 4 3 2 1
подпись

Ответственное лицо: Бурхужаев
подпись
МП

МП

МП

Все заменные в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.

ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 31 05 2019

Заказчик ЗКГМУ им Оспанова
Конечный польз.
Город Актобе
Адрес мкр Жовтый 8
Тел/Факс
Контакт

Инженер Жолбаев

Система MAGNETOM ESPREE
S/N 31430
ID/N
SW

Условия приема заявки
☐ Гарантия ☐ Контракт

Причина вызова/неисправность
РПТО

Проделанная работа
Проведено РПТО оборудования, Продувка чистка MDC, ECA Filter plate, чистка фильтров и дозаправка контуров до номинального давления, Проверка стола пациента РН двери, чистка базы данных, Проверка работоспособности системы заказчику.

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	Давление в компрессоре F70 15-16 psi, необходимо его дозаправить.			

Начало работы 15.00 /
Окончание работы 18.00 /
Время работы 3 часов 00 мин
Время в пути ____ час.
Система работает ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично
Работа закончена ☐ Да ☐ Нет

Вид работы:
☐ Ремонт ☐ Профилактика ☐ FCO

Оценка работы инженера:
5 4 3 2 1
подпись

Ответственное лицо
подпись
МП

МП

МП

Все заменные в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.