Декларация соответствия

Тип прибора	Система очистки воды
Модели	**Labaqua Trace, Labaqua HPLC, Labaqua Bio**
Серийный номер	14 цифр вида XXXXXXYYMMZZZZ, где XXXXXX это код модели, YY и MM – год и месяц выпуска, ZZZZ – порядковый номер прибора.
Производитель	SIA BIOSAN Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратсупитес 7/2
Применимые Директивы	Электромагнитная совместимость 2014/30/EU Низковольтное оборудование 2014/35/EU RoHS2 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU
Применимые Стандарты	LVS EN 61326-1: 2013 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Общие требования. LVS EN 61010-1: 2011 Электрооборудование для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Требования безопасности. Общие требования.

Мы заявляем, что данные приборы соответствуют требованиям вышеуказанных Директив и Стандартов

Подпись

Светлана Банковская
Исполнительный директор

14. 12. 2018
Дата

Подпись

Алексей Мирошник
Руководитель отдела качества

14. 12. 2018
Дата