ФАКТОР 1

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фактор 1»

АКТ
выполненных работ

« 2 **» августа 2019 г.**

Заказчик: РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

Адрес Заказчика: г. Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 60

Место проведения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, 84

Гарантийный ☐ **Коммерческий** (платный) ☑

Оборудование: Прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene SN: R0217338

Исполнитель выполнил комплекс работ, а именно: Техническое обслуживание прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene SN R0217338 Проведена проверка работы системы нагрева и охлаждения, качества пропайки на канале и заспаиме, работы оптической системы, системы держателя ротора. Проведен тест и настройка системы нагрева с помощью OTV-kit.

Заключение: Прибор исправен и годен к работе

Использованные материалы:

Представители ТОО «Фактор 1»:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
сервисный инженер	Сергей Пивненко	

Представители Заказчика:

Должность	Ф.И.О.	Подпись

Исполнитель
ТОО «Фактор 1»

Директор _____ Жаныбек А.Д.
М.П.

Заказчик:
РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

_____ _____
М.П.

ФАКТОР 1

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фактор 1»

АКТ
выполненных работ

« 2 **» августа 2019 г.**

Заказчик: РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

Адрес Заказчика: г. Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 60

Место проведения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, 84

Гарантийный ☐ **Коммерческий** (платный) ☑

Оборудование: Прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene SN ROL 12116

Исполнитель выполнил комплекс работ, а именно: Техническое обслуживание прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene Проведена проверка работы системы нагрева и охлаждения, качества прокладок на камере и заслонке, работы оптической системы, системы держателя ротора, проведен тест и настройка нагрева с помощью OTV-kit.

Заключение: Прибор исправен и готов к работе

Использованные материалы:

Представители ТОО «Фактор 1»:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
сервисный инженер	Сергей Пивненко	

Представители Заказчика:

Должность	Ф.И.О.	Подпись

Исполнитель
ТОО «Фактор 1»

Директор _____ Жаныбек А.Д.
М.П.

Заказчик:
РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

_____
М.П.

ФАКТОР 1

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фактор 1»

АКТ
выполненных работ

« 2 **» августа 2019 г.**

Заказчик: РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

Адрес Заказчика: г. Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 60

Место проведения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, 84

Гарантийный ☐ **Коммерческий** (платный) ☑

Оборудование: Прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene SN R070990

Исполнитель выполнил комплекс работ, а именно: Техническое обслуживание прибора для проведения полимеразной цепной реакции Rotor Gene Проведена проверка работы системы нагрева и охлаждения. Качества прижимов на камере и заслонке, работа оптической системы, системы держателя ротора. Проведен тест и настройка системы нагрева с помощью OTV-kit

Заключение: Прибор исправен и готов к работе

Использованные материалы:

Представители ТОО «Фактор 1»:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
сервисный инженер	Сергей Пивненко	

Представители Заказчика:

Должность	Ф.И.О.	Подпись

Исполнитель

ТОО «Фактор 1»

Директор _____ Жаныбек А.Д.

М.П.

Заказчик:

РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний"

_____

М.П.