Приложение 2
к Правилам осуществления
сервисного обслуживания
медицинской техники в
Республике Казахстан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора *№519* от *22.07.2019 г.* *"05" августа 2019 г.*

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"	Город: Актобе
Отделение:	Адрес: Маресьева, 68

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное ☐ *пост-гарантийное* ☐ *стороннее* ■		
Фиброгастроскоп PENTAX FG-29V	*A115247*	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	■	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
Замена дистальной головки в сборе с фиброволокном, крепежной пластины дистальной головки, резины изгибаемой, болта крепления дистальной головки, болта крепления сегмента, сегмента в сборе, гибкой вводимой трубки, конуса гибкой вводимой трубки, конуса светового тубуса.			

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ■	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: _____