Приложение 2
к Правилам осуществления
сервисного обслуживания
медицинской техники в
Республике Казахстан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора *№521* от *22.07.2019 г.*

"05" августа 2019 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"	Город: Актобе	
Отделение:	Адрес: Маресьева, 68	
Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное ☐ *пост-гарантийное* ☐ *стороннее* ■		
Видеоколоноскоп Pentax EC 3890LK	*A120323*	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	■	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
Замена запасных частей: резина изгибаемой, вводимой гибкой трубки, сегмента в сборе, матрицы в сборе, дистальной головки в сборе с трубками, конусного бандажа вводимой трубки, декоративной гайки, пластмассового кольца корпуса.			

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ■	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: _____