SIEMENS Healthineers

к Правилам осуществления сервисного обслуживания
Медицинской техники в Республике Казахстан
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

0680/01

№ договора _____ от _____ «25» 08 2019 г.

Код инженера	Хайбаев Д	Номер и дата подачи заявки	2000000 17459	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				19:00	21:30	2.5 (7)

Организация здравоохранения: ПКК 8 — Город: Павлодар
Отделение: МРТ — Адрес: Толстого 10/3

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☒ Стороннее ☐		
MAGNETOM ESPREE	31040	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии / техническое заключение: Проведено РПТО оборудования. Продувка, чистка, дезинфекция. Проверка работоспособности. Сдача заказчику.
Необходимо дозаправить компрессор F-70, давление 14-15.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☒ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал: _____ ФИО представителя организации здравоохранения **Дата:** «____» _____ 20___ г. **Подпись** _____	**Медицинскую технику принял:** _____ ФИО представителя поставщика услуг **Дата:** «____» _____ 20___ г. **Подпись** _____
Медицинскую технику сдал: _____ ФИО представителя поставщика услуг **Дата:** «____» _____ 20___ г. **Подпись** _____	**Медицинскую технику принял:** _____ ФИО представителя организации здравоохранения **Дата:** «____» _____ 20___ г. **Подпись** _____

Представитель организации здравоохранения:

_____
должность, ФИО

«____» _____ 20___ г.

М.П.

Представитель поставщика услуг:

Инженер Хайбаев Д.
должность, ФИО

«25» 08 2019 г.

М.П.

2019-08-27 16:46