«DACIL» ЖШС
БСН 111 240 010 524
ҚР, Қарағанды қ.,
Алиханов көшесі, 1 үй
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

ТОО «DACIL»
БИН 111 240 010 524
РК, г.Караганда,
ул.Алиханова, здание 1
тел.: +7 7212 504797
e-mail: kzdacil@gmail.com

исх.№2309-3 от 23.09.2019г.

Департаменту внутреннего
государственного аудита
по Карагандинской области

КАСАТЕЛЬНО ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «3559955-1»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), был проведен открытый конкурс по государственным закупкам (далее – Конкурс):

№ 3559955-1 «Учебно-лабораторное оборудование»

Лот №22688475-ОК1 «Спектрометр»;

Организатором и Заказчиком государственных закупок является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова" Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Заказчик).

Протокол итогов Конкурса № 3306118 был опубликован 18.09.2019г.

Наша компания – ТОО «DACIL» (БИН 111240010524) принимала участие в данном Конкурсе и в поданной конкурсной заявке предложила Заказчику альтернативное оборудование - спектрометр ContrAA 800 F, который по своим техническим и аналитическим возможностям превосходит оборудование, характеристики которого подробно описаны в технической спецификации, размещенной в составе конкурсной документации - Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой плазмой Agilent 4200 MP-AES. Более того, на предложенном спектрометре ContrAA 800 F Заказчик будет иметь возможность выполнять коммерческую деятельность – то есть оказывать платные услуги по проведению специализированных лабораторных анализов.

Все преимущества и достоинства спектрометра ContrAA 800 были описаны в Сопроводительном письме исх.№2008-1 от 20.08.2019г. (см.Приложение 1), а также в Пояснительном письме исх.№1109-6 от 11.09.2019г. (см. Приложение 2), которое было дополнено после отклонения заявки ТОО DACIL согласно протоколу предварительного допуска.

Однако, игнорируя все приведенные нами объективные и законодательно обоснованные доводы, Заказчик намеренно выбирает более дорогое оборудование с более дорогими расходными материалами с отсутствующими зарегистрированными методиками измерений, что влечет за собой как значительные дополнительные финансовые расходы в

течение всего периода эксплуатации данного оборудования, так и отсутствие возможности производить на данном оборудовании верифицированные измерения. Это является явным примером нецелесообразного использования средств государственного бюджета.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что Заказчик лоббирует интересы определенной компании, которая является официальным представителем производителя спектрометра Agilent 4200 MP-AES на территории Республики Казахстан, что является грубым нарушением основных принципов Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках».

Согласно протоколу предварительного допуска №3288985 от 09.09.2019г. конкурсная заявка ТОО «DACIL» была отклонена по следующей причине:

не соответствует техническая спецификация:

1. предлагаемый спектрометр совершенно отличается от заявленного в конкурсной документации и представляет собой прибор абсорбционного метода, в то время как нами заявлен прибор, работающий на принципиально другом методе, а именно - атомно-эмиссионного. Поскольку это совершенно разное оборудование, помимо технических различий, сказывающихся на аналитических возможностях приборов, имеются различия по эксплуатационным характеристикам.

2. В конкурсной документации указано, что для безопасной работы в учебном помещении «не должны потребляться горючие или окисляемые газы, а также прокладка газовых коммуникаций ...». Предлагаемы же прибор спектрометр Conter AA 800F требует использования ацетилена. Ацетилен самовоспламеняющийся газ, взрывоопасен. Кроме того использование ацетилена потребует существенных расходов, т.к. ацетилен определенной чистоты должен приобретаться дополнительно. Заказчику требуется прибор с использованием азота, который безопасен и генерируется из воздуха.

В протоколе итогов №3306118 от 18.09.2019г. причиной отклонения конкурсной заявки ТОО DACIL явилось следующее:

не соответствует техническая спецификация:

1. предлагаемый спектрометр совершенно отличается от заявленного в конкурсной документации и представляет собой прибор абсорбционного метода, в то время как нами завлен прибор, работающий на принципиально другом методе, а именно - атомно-эмиссионного. Поскольку это совершенно разное оборудование, помимо технических различий, сказывающихся на аналитических возможностях приборов, имеются различия по эксплуатационным характеристикам.

2. В конкурсной документации указано, что для безопасной работы в учебном помещении «не должны потребляться горючие или окисляемые газы, а также прокладка газовых коммуникаций ...». Предлагаемы же прибор спектрометр Conter AA 800F требует использования ацетилена. Ацетилен самовоспламеняющийся газ, взрывоопасен. Кроме того использование ацетилена потребует существенных расходов, т.к. ацетилен определенной чистоты должен приобретаться дополнительно. Заказчику требуется прибор с использованием азота, который безопасен и генерируется из воздуха.

3. Кроме того, КарГУ им. Е.А. Букетова располагает атомно-абсорбционным спектрометром, который ежегодно проходит поверку в уполномоченном органе и включен в перечень приборов сертифицированной лаборатории при университете. В процессе обучения студенты химических специальностей должны получить знания о принципах работы не только одного прибора, а широкого круга спектрального оборудования, в том числе работающих на самых современных принципах и методах аналитической химии. Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой как наиболее молодой и

передовой метод спектрального анализа представляет интерес для ученых университета. Научной группой химиков и физиков университета по гранту МОН РК разрабатываются методы получения и обработки атомно-эмиссионных спектров с использованием планирования эксперимента. Также ученые планируют преодолеть явление интерференции, которая встречается в атомно-абсорбционной спектроскопии.;

Согласно п. 137 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее - Правила): Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

То есть в протоколе итогов Заказчик дополнительно указал причины отклонения, которые отсутствовали в протоколе предварительного допуска, что также является грубым нарушением действующих Закона и Правил в сфере государственных закупок.

В протоколе итогов также можно наблюдать, что Организатор не посчитал условные скидки за сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента для потенциальных поставщиков.

Согласно утвержденной конкурсной документации №1121 от 2019-07-31 14:29:43:

46. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие ***системы менеджмента качества*** *национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%).*

47. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие ***системы экологического менеджмента*** *действующему национальному стандарту Республики Казахстан, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%);*

Учитывая вышеуказанное, в целях соблюдения Закона считаем, что итоги данного конкурса были подведены с нарушением Закона РК «О государственных закупках».

В связи с вышеизложенным просим Вас:

1. Признать протокол итогов Конкурса №3306118 от 18.09.2019г. не действительным, и выпустить действительный протокол итогов с учетом устранения вышеуказанных нарушений.

С уважением,
Директор ТОО «DACIL» **Абильтусупова Д.А.**

Приложения:

1. Сопроводительное письмо исх.№2008-1 от 20.08.2019г;
2. Пояснительное письмо исх.№1109-6 от 11.09.2019г.