Экз. Заказчика

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Джапаров Е.К.

(подпись)
«__» _____ 20 19 г.

№ 365 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки технической спецификации и стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица): **БИН 940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**

1.2. Юридический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**

1.3. Фактический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**

1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Абдусаметов Ж.А.**

Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ): **Ротационный микротом MR, вариант исполнения MRS3500. Производитель: Histo-Line Laboratories S.r.l., Италия**

1.5. Стоимость запрашиваемой МТ: **8 637 072 тенге.**

1.6. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки: **Договор о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г., заявка вх. № 487 от 12.07.2019 г.**

1.7. **Анализ стоимости, запрашиваемой МТ**

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1.	Ротационный микротом MR, вариант исполнения MRS3500. Производитель: Histo-Line Laboratories S.r.l., Италия РК-МТ-5№019090 от 03.05.2019 до 13.05.2024	Первоначальная стоимость – 8 637 072 тенге Планируемая стоимость 8 520 144 тенге	Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области» для проведения экспертной оценки стоимости Ротационного микротома MR, вариант исполнения MRS3500, (Histo-Line Laboratories S.r.l., Италия) предоставило заявку исх. №013-13/3930 от 28.08.2019 (вх. № 487 от 17.09.2019 г.) к договору о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019. Для анализа стоимости были предоставлены следующие документы: 1. Коммерческое предложение №14.06/19 от 01.07.2019 ТОО «МедПроФарм», стоимость – 8 637 072 тенге; 2. Техническую спецификацию *(техническая спецификация является неотъемлемой частью экспертного заключения - оригинал);* 3. Авторизационное письмо от 01.07.2019 от Histo-Line Laboratories S.r.l на ТОО «МедПроФарм» *(нотариально заверенная копия);* 4. Контракт №01072019 от 01.07.2019 заключен между производителем Histo-Line Laboratories S.r.l и ТОО «МедПроФарм» на условиях EXW *(нотариально заверенная копия).*

			5. Письмо № 09/19 от 03.07.19 г. от ТОО «МедПроФарм» о том, что суммарная стоимость расходов не превышает 10 % от цены производителя - *(оригинал);* 6. Письмо о том, что МТ, ранее не завозилась исх.№ 10/19 от 03.07.2019 г. - *(оригинал).* **Анализ стоимости медицинской техники проведен в соответствии с Приказом*.** **1.** Идентичная техника ранее не проходила экспертизу. **2.** Проведен анализ закупок прошлых периодов посредством анализа информации о закупленной МТ, размещенной на официальных сайтах уполномоченного органа в области здравоохранения РК и товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» и www.goszakup.gov.kz. Идентичная медицинская техника не обнаружена. **3.** Учитывая условия поставки при расчете стоимости по контракту были учтены затраты поставщика на транспортировку и таможенные процедуры не более 10% от EXW, и допустимая прибыль поставщика в размере не более 15% от стоимости товара (п. 9 Методики*). Официальный курс Национального Банка Республики Казахстан на дату заявки заказчика (17.09.2019 г.) составил 425,95 тенге за 1 Евро **4.** Планируемая стоимость предмета экспертизы определена на основе выбора наименьшей стоимости по совпадающим комплектующим из коммерческого предложения Заказчика, цены завода. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости в комплектации с ледяным замораживающим спреем для гистологии в количестве 1 шт. (стоимостью по экспертизе 259 176 тенге за 1 шт.) вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев составляет 8 520 144 тенге.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать **8 520 144** тенге.

Заключение носит рекомендательный характер.

Ио. руководителя Информационно-аналитической службы: Омаров Н.Б. _____

(подпись)

Утверждаю
Начальник управления здравоохранения
Кызылординской области
_____ Ж.Абдусаметов
«___»_____2019.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	**Наименование МТ:** Ротационный микротом MR, вариант исполнения MRS3500 **Производитель:** Histo-Line Laboratories S.r.l., Италия			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** (*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Не относится к средствам измерения			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Ротационный микротом для ультратонких срезов, полуавтоматического управления	Полуавтоматический ротационный микротом для приготовления ультратонких срезов предназначенный для рутинных и исследовательских работ. Для гистологии, научно исследовательских и промышленных лабораториях контроля качества. Для получения образцов при ручном секционировании. Обрезка и толщина должны устанавливаться с помощью панели управления. Возможность выбор версий "Standard" для полного ручного вращения для секционирования и "Ultra" для режима автоматического вращения для секционирования, наличие функции «trimtocut». Высокая точность резки парафиновых образцов. Качество разделки не более 0,25 мкм и не менее 60 мкм. Увеличением в 0,25 мкм от 0 до 1 мкм при методе чувствительной окраски.	1шт.

				параметров: Толщина резки Толщина обрезки Режимы работы "Резка / зачистка" Частичное и полное отсчет секций Характеристики: Механизированный привод; для резки парафиновых и смоляных образцов; Режущая функция и функция обрезки должны заканчиваться функцией системного контроля; Блокировка ручного колеса в любом положении для обеспечения безопасности работы Легко извлекаемый большой лоток для отходов; два вида зажимов образца: стандартные и универсальные кассеты, которые могут быть легко заменены Частичный и полный отсчет секций Специальный держатель ножа с защитой для пальцев Технические характеристики: Настройки толщины: не более 0 100 мкм; От 0,25 до 1 мкм с шагом 0,25 мкм; От 1 до 10 мкм с шагом 1 мкм; От 10 до 20 мкм с шагом 2 мкм; От 20 до 60 мкм с шагом 5 мкм Горизонтальная подача образца: 26 мм ± 1 мм Вертикальный ход: не более 52 мм Ориентация образца: по выбору Горизонтальные: 8 ° По вертикали: 8 ° Вращение ± 90 мм Выбор толщины обрезки: от 0,25 до 100 мкм Размер и вес: Ширина (с маховиком): не более 413 мм Ширина (без маховика): не более 300 мм Глубина: не более 618 мм Высота: не более 305 мм Рабочая высота (край ножа): не более 100 мм Монтаж оборудования и инструктаж персонала у заказчика	

		Дополнительные комплектующие		
		1.	Микротомное масло (50 мл);	1 шт
		2.	Лезвие Histo LP35H низкого профиля с повышенной прочностью	1 уп/50 шт
		3.	Лезвие Histo LP35S низкопрофильное лезвие с повышенной резкостью	1 уп/50 шт
		4.	Ледяной замораживающий спрей для гистологии	1 шт
		5.	Спрей для очистки микротомов от парафиновых остатков	1 шт
		6.	Щетки для очистки	1 набор
		7.	Ледяной замораживающий спрей для гистологии	1шт.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Электрические характеристики: напряжение / частота 220 В / 50-60 Гц		
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)*	DDP пункт назначения		
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	120 календарных дней Адрес: По месту нахождения Заказчика		
7	**Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий		

Главный врач КГКП "Областное патологоанатомическое бюро"
управления здравоохранения Кызылординской области

Б.Жолмурзаев

Пронумеровано, прошнуровано
3 листов
КГКП «Областное патологоанатомическое бюро»
Главный врач Б.Жолмурзаев

Прошито и пронумеровано

6 листах

(подпись)

«КазМедТех»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН