Для заказчика

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Джапаров Е.К.

(подпись)
«13» 09 2019 г.

№366 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки технической спецификации и стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица): **БИН 940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**

1.2. Юридический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**

1.3. Фактический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**

1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Абдусаметов Ж.А.**

Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ): **Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) модель JM105. Производитель: Konica Minolta, Inc., Япония. Держатель лицензии: Draeger Medical Systems, Inc., США.**

1.5. Стоимость запрашиваемой МТ: **5 410 266 тенге.**

1.6. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки: **Договор о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г., заявка вх. № 487 от 12.07.2019 г.**

1.7. **Анализ стоимости, запрашиваемой МТ**

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1.	Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) модель JM105. Производитель: Konica Minolta, Inc., Япония. Держатель лицензии: Draeger Medical Systems, Inc., РК-МТ-5№015391 от 19.05.2016 до 19.05.2021	Первоначальная стоимость – 5 410 266 тенге. Планируемая стоимость 5 317 142 тенге	Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области» для проведения экспертной оценки стоимости Измерителя интенсивности желтухи (билирубинометр) модели JM105, (Konica Minolta, Inc., Япония) предоставило заявку исх. №013-13/3930 от 28.08.2019 (вх. № 487 от 17.09.2019 г.) к договору о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г. Для анализа стоимости были предоставлены следующие документы: **1.** Коммерческое предложение №12.01/19 от 27.06.2019 ТОО «МедПроФарм», стоимость – 5 410 266 тенге; **2.** Техническую спецификацию *(техническая спецификация является неотъемлемой частью экспертного заключения - оригинал);* **3.** Доверенность от 08.02.2019 от Draeger Medical Systems, Inc. на Med Concept Europe SA *(нотариально заверенная копия)*;

			4. Авторизационное письмо от 03.06.2019 от Med Concept Europe SA на ТОО «МедПроФарм» (*нотариально заверенная копия)*; **5.** Письмо от 04.09.2017 Dragerwerk AG & Co.KGaA касательно реализации компанией Med Concept Europe SA продукции по ценам завода производителя; **6.** Контракт №KAZ 19 / 41 SA от 03.06.2019 заключен между Med Concept Europe SA и ТОО «МедПроФарм» *(нотариально заверенная копия).* **7.** Письмо № 09/19 от 03.07.19 от ТОО «МедПроФарм» о том, что суммарная стоимость расходов не превышает 10 % от цены производителя - *(оригинал);* **8.** Письмо о том, что МТ, ранее не завозилась исх.№ 10/19 от 03.07.2019 - *(оригинал).* **Анализ стоимости медицинской техники проведен в соответствии с Приказом*.** **1.** Идентичная техника ранее не проходила экспертизу. **2.** Проведен анализ закупок прошлых периодов посредством анализа информации о закупленной МТ, размещенной на официальных сайтах уполномоченного органа в области здравоохранения РК и товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» и www.goszakup.gov.kz. Идентичная медицинская техника не обнаружена. **3.** Учитывая условия поставки при расчете стоимости по контракту были учтены затраты поставщика на транспортировку и таможенные процедуры не более 10% от EXW, и допустимая прибыль поставщика в размере не более 15% от стоимости товара (п. 9 Методики*). Официальный курс Национального Банка Республики Казахстан на дату заявки заказчика (17.09.2019 г.) составил 425,95 тенге за 1 Евро. **4.** Планируемая стоимость предмета экспертизы определена на основе выбора наименьшей стоимости по совпадающим комплектующим из коммерческого предложения Заказчика, цены завода. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости в данной комплектации вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев составляет 5 317 142 тенге.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать **5 317 142** тенге.

Заключение носит рекомендательный характер.

И.о. руководителя Информационно-аналитической службы: Омаров Н.Б. _____

(подпись)

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Абдусаметов Ж.А.
«____» _____ 2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) модель JM105 Производитель: KonicaMinolta, Inc., Япония Держательлицензии: DraegerMedicalSystems, Inc., США			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	МТ не относится к средствам измерения			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) модель JM105	Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) предназначен для неинвазивного определения интенсивности желтушности кожи и подкожных тканей путем измерения разности оптической плотности тканей	1 шт.

				в пучках света различных длин волн. Измерение осуществляется автоматически при размещении измерительного датчика прибора на теле новорожденного и легком нажатии на него, после чего отображается измеренное значение. Измерение производится на грудине ребенка или на лбу, где циркулирует достаточное количество крови. Принцип измерений: Измеритель интенсивности желтухи определяет степень желтизны подкожной основы, измеряя разницу оптической плотности света в диапазонах синего (450нм) и зеленого (550нм) цвета. Датчик включает два оптических канала. Данный метод позволяет добиться более точных измерений желтизны подкожной основы за счет сведения к минимуму влияния пигмента меланина и зрелости кожи. В программном обеспечении измерителя интенсивности желтухи используется коэффициент корреляции, позволяющий преобразовать разницу измерений в двух оптических путях в оценочную концентрацию билирубина. Технические характеристики: диапазон измерения: 0 – 20 мг /дл или 0 – 340 µмоль/л общего билирубина в сыворотке крови; погрешность: ±1,5мг/дл (при гестационном возрасте 35 недель) и ±1,6мг/дл (при гестационном возрасте 26-34 недели). источник света: импульсная ксеноновая дуговая лампа; ресурс источника света: 150 000 измерений; детекторы: кремневые фотодиоды; источник питания: специальная Ni-MH аккумуляторная батарея; передача данных: USB-порт. минимальное число измерений на одной полной	

				зарядке батареи: 250 однократных измерений рабочая температура: 10-400С; рабочая относительная влажность: 30-95% без выпадения конденсата; габариты: 16,8 * 5,6 * 4,5 см. вес: 203 грамм. ± 10% Журнал регистрации измерений на несколько пациентов, сохраняет до 100 записей. Передача данных с аппарата на компьютер в стандарте HL7. Характерные особенности: Не требует калибровки пользователем: система включает счетчик, который измеряет интенсивность света устройства, позволяя убедиться, что она приемлема для правильного использования. Интенсивность света должна проверяться ежедневно. Шкала измерения на выбор пользователя: мг /дл или μмоль/л; Сигнал в случае низкого заряда батареи. Используется в независимости от пигментации кожных покровов. Применим для работы как в клинических, так и в амбулаторных условиях; Многоразовый измерительный датчик, допускается дезинфекция этиловым спиртом.	
		Дополнительные комплектующие:			
		1			
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1			
4	**Требования к условиям эксплуатации**	адаптер питания, входное напряжение: от 100 до 240 В, 50/60Гц, 11-18 VA.			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP пункт назначения			
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней Адрес: Адрес: По месту нахождения Заказчика в Кызылординской области			

7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Главный врач КГП на ПХВ «Областная детская больница» **Кушенова З.Р.**

Прошито и пронумеровано

7 листах

(подпись)

«КазМедТех»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН