Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от_____ «24» 09 2019г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения:	Адрес:
ЗКГМУ им. М. Оспанова Клиника Семейной медиц.	г. Актобе ул. Маресьева, 68

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа:
1. флюорограф 12 ФТ	№1	09.13 г.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☑	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Произведено ТО. Проверены электрические и механические части аппарата. Замечаний не обнаружено.

Аппарат пригоден к дальнейшей эксплуатации

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С.	Должность	зр-рентгенолог
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком Плюс»	Представитель	
Директор Позднякова Г. А.	Ф.И.О.	
Дата М.П.	Дата М.П.	24.09.19

Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от_____ « 16 » 08 2019г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения:	Адрес:
ЗКГМУ им. М. Оспанова Клиника Семейной медицины	г. Актобе ул. Маресьева, 68

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа:
1. флюорограф 12 ф07	№ 1	08.13г.
2.		
3.		
4		
5.		
6.		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☑	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Произведено ТО. Проверены механические и электрические части аппарата. Произведено смазка механических деталей. Требуется диагностика бабины приемника. Аппарат пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С.	Должность	Инженер-подрядчик
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком Плюс»	Представитель
Директор Позднякова Г. А.	Ф.И.О.
Дата М.П.	Дата М.П.

ТОО «Светоком Плюс» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

Казакстан Республикасы «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Отбасылық медицина клиникасы