Республиканское государственное учреждение
«Комитет по государственным закупкам»
Министерства финансов Республики Казахстан

Касательно конкурса №3639445-1
Лоты: №27693854, №27693827 «Газовые хроматографы»

Согласно итогам открытого электронного конкурса №3639445-1 (Протокол об итогах №3331203), проведенного Заказчиком РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстана, по лоту: №27693854, №27693827 «Газовые хроматографы» победителем объявлено ТОО «ALISHA DEVELOPMENT» БИН 170540026768 с Газовым хроматографом Agilent 8890.
Между тем, в соответствии с требованием конкурсной Технической спецификацией, закупаемое оборудование не соответствует техническим требованиям:

Пункт №1 Максимально возможное количество устанавливаемых и одновременно работающих инжекторов: не менее 3.
Пункт №2 Максимально возможное количество аналитических линий: не менее трех
Пункт №3 Диапазон контролируемых температур: от не более чем (температура окружающей среды + 2°С) до не менее 450°С.
Пункт №4 Диапазон контролируемых температур при использовании жидкой двуокиси углерода (опция): от не более -50°С до не менее 450°С.
Пункт №5 Возможность выбора из трех скоростей охлаждения термостата колонок: медленной, средней и быстрой, а также возможность установки собственной скорости охлаждения термостата, что увеличивает срок службы капиллярных колонок.
Пункт №6 Минимальное время охлаждения термостата в диапазоне от 450°С до 50°С: не более 3,4 мин.
Пункт №7 Наличие в термостате колонок лампочки, способной выдерживать температуру до 450°С, облегчающей процедуру установки колонок.
Пункт №8 Количество ступеней температурной программы: не менее 32 с возможностью нагрева и охлаждения.
Пункт №9 Максимальное время анализа: не менее 9999,99 мин.
Пункт №10 Возможность одновременной установки до не менее 3 температурно-независимых инжекторов.
Пункт №11 Максимальная температура инжектора: не менее 450°С.
Пункт №12 Защита от перегрева: программируемая до не менее 470°С.
Пункт №13 Величина деления потока должна составлять от 0 до не менее чем 9999,9.
Пункт №14 Максимальный расход газа-носителя: не менее 1300 мл/мин в случае использования гелия и водорода в качестве газа-носителя и не менее 600 мл/мин в случае использования азота в качестве газа-носителя.
Пункт №15 Режимы контроля газа-носителя: режим постоянного давления, режим постоянной линейной скорости, режим постоянного потока через колонку, а также программирование любого из перечисленных режимов.
Пункт №16 Диапазон регулирования давления: от 0 до не менее 150 пси с шагом не более 0,001 пси во всем диапазоне.

Пункт №17 Возможность программирования давления газа-носителя: не менее 7 ступеней.
Пункт №18 Диапазон регулирования расхода газа-носителя: от 0 до не менее 1300 мл/мин. в случае использования гелия и водорода в качестве газа-носителя и до не менее 600 мл/мин в случае использования азота в качестве газа-носителя.
Пункт №19 Возможность программирования потока газа-носителя: не менее 7 ступеней.
Пункт №20 Возможность поддержания постоянной линейной скорости газа-носителя вне зависимости от используемой температурной программы.
Пункт №21 Линейный динамический диапазон: не менее 10^5.
Пункт №22 Частота сбора данных: не менее 500 Гц.
Пункт №23 Диапазон регулирования скорости потоков детекторных газов: для воздуха от 0 до не менее 1000 мл/мин., для детекторного газа для ЭЗД (азот или аргон) от 0 до не менее 200 мл/мин.
Пункт №24 Возможность программирования расхода детекторных газов: не менее 7 ступеней.
Пункт №25 Наличие функции автоматической настройки времен удерживания без проведения новой калибровки.

К дополнению предоставляю, технические характеристики газового хроматографа марки Agilent 8890 где указаны комментарии, по которому данное оборудование не соответствует требованиям.

Таким образом, Agilent 8890 (газовый хроматограф) не отвечает требованиям конкурсной технической спецификации. Следовательно, в соответствии со статьей 27 Закона РК «О государственных закупках», заявку данного победителя следовало определить как не соответствующую требованиям и условиям конкурсной документации, и конкурсная комиссия не должна была допустить его к участию в конкурсе, а тем более не могла признать его победителем конкурса.
На основании изложенного, просим отменить итоги проведенного конкурса №3639445-1 по лоту: №27693854, №27693827 «Газовые хроматографы» и повторно осуществить по нему государственные закупки в соответствии с требованиями Закона РК « О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупках.

С уважением,
Директор ТОО «ADVANCEMR» Асельбеков М.К.