экз. заказчика

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КазМедТех»
Джапаров Е.К.

_____
(подпись)
«19» _____ 2019 г.

№ 362 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки технической спецификации и стоимости медицинской техники

Раздел 1. Общая информация:

1.1. Наименование организации здравоохранения (далее Заказчик) с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица): **БИН 940740000406, Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области»**
1.2. Юридический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**
1.3. Фактический адрес: **Республика Казахстан, г.Кызылорда пр. Абая 27**
1.4. Ф.И.О. руководителя Заказчика: **Руководитель Абдусаметов Жаксылык Абылкасымович**
1.5. Наименование и производитель медицинской техники (далее - МТ): **Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315. Производитель: ЗАО "СПЕКТРОМЕД", Россия**
1.6. Стоимость запрашиваемой МТ: **5 280 403 тенге.**
1.7. Номер и дата договора, номер и дата входящей заявки: **Договор о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г., заявка вх. № 487 от 17.09.2019 г.**

Анализ стоимости, запрашиваемой МТ

№ п/п	Предмет экспертизы, регистрационное удостоверение	Стоимость МТ	Вывод
1.	**Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 в следующих исполнениях. Производитель: Спектромед ЗАО, РОССИЯ № РК-МТ-7№012523**	Первоначальная стоимость – **5 280 403** тенге	**Государственное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской области» для** проведения экспертной оценки стоимости **Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315, (ЗАО "СПЕКТРОМЕД", Россия)** предоставило заявку вх. № 487 от 17.09.2019 г. к **договору о государственных закупок услуг №51 от 11.04.2019 г.** Для анализа стоимости были предоставлены следующие документы: - коммерческое предложение от 23.05.2019 ТОО "МедПроФарм", стоимость – 5 280 403 тенге. - авторизационное письмо исх.№2019-024 от 28.06. 2019 года ООО "СПЕКТРОМЕД" на ТОО "МедПроФарм". (нотариально заверенная копия)

			-Контракт №19-01/061 от 30.05.2019 года заключен между ЗАО "СПЕКТРОМЕД» и ТОО "МедПроФарм на условиях EXW Москва, Россия. (нотариально заверенная копия). -Письмо о затратах не более 10% от 3 июля 2019 года. - Письмо от 3 июля 2019 года о том, что техника ранее не завозилась и ГТД невозможно предоставить. - Письмо от ООО «СПЕКТРОМЕД» о том, что цены на комплектующие и на само оборудование повысилось в связи с модернизацией производственных линий. Исх №2019-001 от 01.01.2019 года. Идентичная техника ранее проходила в АО экспертизу в 2016 году: Экспертиза для ГКП на ПХВ "Шиелинская районная ЦРБ с АПУ». Медицинская техника - СОНОМЕД 315-С. Стоимость после экспертизы 1 167 584 тенге с ГСО 37 месяцев. Курс на момент заключения 19.09.2016 год. Курс Нац банка 5,22 тенге за 1 российский рубль. На основании Письма от завода изготовителя об увеличении отпускной цены в связи с модернизацией производственных линий, стоимости по данному проекту не были приняты в расчет. На сайте goszakup.gov.kz идентичных проектов не найдено. Учитывая условия поставки при расчете стоимости были учтены затраты поставщика на транспортировку и таможенные процедуры не более 10% от EXW, и допустимая прибыль поставщика в размере не более 15% от стоимости товара (п. 9 Методики*). Официальный курс Национального Банка Республики Казахстан на дату заявки заказчика (17.09.2019 г.) составил 6,01 тенге за 1 рубль. На основании вышеизложенного стоимость предмета экспертизы по результатам анализа стоимости вместе с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать **3 873 581** тенге. Техническая спецификация прилагается и является неотъемлемой частью экспертного заключения.

** Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428 «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинской техники»*

Итого стоимость: **3 873 581** тенге.

Вывод: Стоимость предмета экспертизы с гарантийным сервисным обслуживанием 37 месяцев не должна превышать **3 873 581** тенге.
Заключение носит рекомендательный характер.

Ответственный за проведение экспертной оценки:
Руководитель службы мониторинга и сервиса: Аубакиров А.А. _____
(подпись)

Утверждаю
И.о. руководителя управления
здравоохранения Кызылординской области
_____ Абдусаметов Ж.А.
«____»_____2019 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 в следующих исполнениях: **Производитель: Спектромед ЗАО, Россия**			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** (*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 в следующих исполнениях: Производитель: Спектромед ЗАО, Россия			
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие:			
		1	Исполнение №2: Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315-С	Предназначен для диагностики объемных поражений головного мозга методом ультразвуковой эхоимпульсной локации. Эхоэнцефалографическое обследование срединных структур и объемных поражений	1 шт.

				головного мозга эхоэнцефалографические обследования пульсирующих структур головного мозга. Одновременно на экране отображается от 1 до 10 окон с эхоэнцефалографической информацией. Каждое из окон программирует для представления эхоэнцефалографических данных. Гибкая планировка экрана упрощает: • проведение обследований и постановку диагноза • сравнение результатов обследований правой и левой сторон • сравнение результатов обследований из базы данных с текущими результатами Время установления рабочего режима - 2 минуты. **Режимы:** • А – эхограмма, • А+Р – эхограмма и пульсограмма • А+А (Т) – трансмиссионный • А+М – эхограмма и М–режим **Измеряемые параметры:** • Положение конечного комплекса КК • Положение срединного комплекса М • Положения трансмиссионной метки Т • Ширина третьего желудочка V3 **Расчет индексов:** • Вентикулярного;	

				• Среднеселярного; • Мозгового плаща; • Медиальных индексов. **Пользовательские индексы:** • Кинопетля • Архивация изображений эхограмм на жестком диске • Память эхограмм • Возможность одновременного вывода на экран/печать эхограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) • Встроенные шаблоны отчетов/заключений • Пользовательские шаблоны отчетов/заключений (текст+эхограммы) Автоматическое формирование и измерение положения трансмиссионной метки Автоматическое определение смещения срединного комплекса Измерение расстояний в режиме «стоп-кадр» Число эхоэнцефалографических каналов 2. Время работы от аккумулятора - 250,0 ВА	
		Дополнительные комплектующие:			
		2	Педаль	Ножная педаль. Педаль для старта и отключения режима реального времени, не является водонепроницаемой	1 шт.
		3	Дополнительные принадлежности: Зонд ультразвуковой "1,0	Рабочая частота зонда – 1,0 МГц. Глубина ультразвукового зондирования 180 мм.	2 шт.

			МГц"	Протяженность мертвой зоны 30 мм. Разрешающая способность 3,0 мм. Относительная погрешность измерения линейных размеров - ±3%	
		4	Трансформатор разделительный (с кабелем питания)	В целях обеспечения безопасности прибор комплектуется разделительным трансформатором, который снабжен автоматом защиты от перегрузки по электропитанию. В случае превышения максимально допустимого тока нагрузки (2 А) происходит срабатывание автомата защиты.	1 шт.
		5	Кабель для подключения зонда	Сетевой кабель представляет собой специализированный кабель, необходимый для соединения зонда в единую сеть с возможностью передачи данных. Длина 1,8 м.	2 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		6	Гель для ультразвуковых исследований	Для проведения исследований в диагностики состояния организма. Прозрачен и бесцветен, обладает легкой и приятной текстурой. Контактная акустическая паста, создающая вакуумную среду.	1 флак.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Температура воздуха: 10-40 °С Влажность воздуха 20-85% Атмосферное давление: 700 – 1060 мм.рт.ст. Электробезопасность соответствует классу I-BF			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP пункт назначения			

6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	90 календарных дней Адрес: ЛПУ г.Кызылорда и области
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Главный врач КГП на ПХВ «Областная детская больница» **Кушенова З.Р.**

Прошито и пронумеровано

на 8 листах

(подпись)