ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 07.11.2019

Заказчик: ЗКГМУ им. Оспанова

Инженер: Соколов

Город: Актобе

Адрес:

Тел/Факс:

Контакт:

Система: Magnetom Espree

S/N: 31430

ID/N:

SW:

Условия приема заявки: [ ] Гарантия [V] Контракт

Причина вызова/неисправность:

Проделанная работа: Произведено техническое обслуживание МРТ системы. Очистка шкафа АСС от пыли, проверка давления хладагента в контурах охлаждения. Очистка от пыли, компьютера главной консоли. Включение, проверка движения стола пациента. Анализ журнала событий, очистка сервис директории. В компрессоре F70 снижено давление газа гелия (в диапазоне 16-17 bar), необходима дозаправка. Уровень гелия - 72,9 %

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	Magnetom Espree			

Начало работы: / 15:00

Окончание работы: / 18:00

Время работы: 3 часов ___ мин

Время в пути: ___ час.

Система работает: [ ] Да [ ] Нет [ ] Частично

Работа закончена: [ ] Да [ ] Нет

Вид работы: [ ] Ремонт [ ] Профилактика [ ] FCO

Оценка работы инженера: 5 4 3 2 1

подпись

Бурнешев

подпись

МП

МП

Врач. ПЕРТ

МП

Все заменённые в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.

ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 28|11|2019

Заказчик: ЗКГМУ им. М.Оспанова	Инженер: Соколов
Город: Актобе Адрес:	Система: Somatom Emotion 6 S/N: 44000 ID/N: SW:
Тел/Факс: Контакт:	Условия приема заявки: ☐ Гарантия ☑ Контракт

Причина вызова/неисправность: РПТО

Проделанная работа: Произведено техническое обслуживание системы КТ. Очистка компонентов центры подвестники колец от пыли, очистка компьютеров ICS и IRS от пыли. Необходима срочная замена монобысмных щеток (предельный износ). Выключение системы, загрузка окна двойного монитора (D ma / Mon) не работает и не настраивается. Графическая карта не оригинальная, не опрошивается системой, драйвера не установлены. Графика терминал. Необходима замена ч. карты, система реконструкции работает нестабильно, самопроизвольно перегружается, ошибка по аппаратному обеспечению CT-ITE 200, CT-MHS-10.31, CT-PSK.32. Рекомендуется замена компьютера IRS (tower 7A)

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	Somatom Emotion 6			

Начало работы: 10:00 /
Окончание работы: 13:00 /
Время работы: 3 часов 2 мин
Время в пути: ___ час.
Система работает: ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично
Работа закончена: ☐ Да ☐ Нет

Вид работы: ☐ Ремонт ☐ Профилактика ☐ FCO

Оценка работы инженера: 5 4 3 2 1

подпись

подпись
МП

МП

врач кабинета КТ
Арсеев А.С.
МП

Все заменные в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.

ТОО "Центр Технической Компетенции Demeu"
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А.Бокейхан, 19, НП2, тел. +7 (7172) 270231, факс +7 (7172) 408564

Сервис Медицинских Систем

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 28/1/2019

Заказчик: ЗКГМУ им. М. Оспанова, Рентген отделение	Инженер: Соколов
Город: Актобе	Система: Somatom Definition AS; S/N: 95169; ID/N: ; SW:
Адрес:	
Тел/Факс:	Условия приема заявки: ☐ Гарантия ☑ Контракт
Контакт:	

Причина вызова/неисправность: РПТО

Проделанная работа: Проведена техническое обслуживание системы КТ. Очистка компонентов центрации поплавочных колец от пыли, проверка плотностных цепей. Очистка компонентов PDC и WCB от пыли, проверка давления охлаждающего агента. Очистка компьютеров от пыли ICS и IRS. Тестирование цепей, проверка (снеп ир), проверка качества (2Д). Очистка сервисных директорий ПО. Сдача заказчику

Запасные части: 12NC	Наименование	Кол-во:	Исп.	Треб.
	Somatom Definition AS			

Начало работы 13:00 /
Окончание работы 15:00 /
Время работы 2 часов 6 мин
Время в пути ____ час.
Система работает ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично
Работа закончена ☐ Да ☐ Нет

Вид работы: ☐ Ремонт ☐ Профилактика ☐ FCO

Оценка работы инженера: 5 4 3 2 1
подпись

подпись, МП	МП	Врач КДИ Н.А. Преф. С.С. МП

Все замененные в процессе ремонта запчасти изымаются ЦТК Demeu для утилизации.