Жауапкершілігі шектеулігі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қаласы, Байқоңыр ауданы,
Кенесары көшесі, 15 үй, 15 офис.
Email: medicalprofit2018@gmail.com

Тел: +7 717 2 45-70-15
+7 702 913 85 97
+7 702 950 86 76

PROFIT MEDICAL

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, район Байконур,
улица Кенесары 15, офис 15.
Email: medicalprofit2018@gmail.com

Тел: +7 717 2 45-70-15
+7 702 913 85 97
+7 702 950 86 76

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Договор № «20» 12 **2019 г.**

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
Организация здравоохранения: АО „НЦП и ДХ"						Город: Алматы
Отделение:				Адрес:		
Медицинская техника:				Серийный номер:		Дата монтажа мед тех.:
пост-гарантийное ☐ *стороннее* ☐ **договор ТО** ■						
KT GE Bright Speed				KA 1185-CT01		

Выполненные работы

Диагностика ☐	Ремонт ☐	Модернизация ☐	ПТО* ☑	Демонтаж ☐	Обучение ☐

Проведено плановое техническое обслуживание. За период 01-20.12.19 выявлены ошибки: 06.12 40-0114 Rotor not at speed; 12, 13, 20.12 40-0107 Rotor control inverter permanent overcurrent.
Требуется замена блока HEMIT pn 2237336-5
Аппарат допущен к эксплуатации
Наработка R трубки 223890 ss.

Затраченные материалы:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая ст-ь (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Аппарат в рабочем состоянии сдан заказчику

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Представитель Заказчика:	**Представитель Поставщика**
(должность) (Ф.И.О.)	Сервисный инженер:
Дата: «___» _____ 2019г.	Дата: «20» 12 2019г.
М.П.	М.П.

ИПТ по медтех: