ТОО "Leica Geosystems Kazakhstan" (Лейка Геосистемс Казахстан)
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
№ KZ.P.02.1369
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.1369

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ЩЗ-01-17285

Профессиональная система измерений GPS (GG03, GM10, GS14)
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **GS14** заводской № **3480002**

от 0 до 30 км
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **«Leica Geosystems AG», Швейцария**

Дата изготовления: **2016**

Пользователь: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт", г.Актобе**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

МП № KZ 04.02.07836-2013
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **БАЗИС ОБРАЗЦОВЫЙ 2-ГО РАЗРЯДА**

.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **2 мм на 100 м**

Дата поверки " **19** "**Ноября** **2019** г. Действителен до " **19** "**Ноября** **2020** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **ДЕЛЬДЕНКОВ О.С.**
подпись инициалы, фамилия

1614623 поверительного клейма

Поверитель _____ **МАХМУДОВ Э.Р.**
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 1614623

ДКП: 056.ТЛ.ВА

ТОО "Leica Geosystems Kazakhstan" (Лейка Геосистемс Казахстан)
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
№ KZ.P.02.1369
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.1369

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ЩЗ-01-17315

Профессиональная система измерений GPS (GG03, GM10, GS14)
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **GS14** заводской № **3480043**

от 0 до 30 км
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **«Leica Geosystems AG», Швейцария**

Дата изготовления: **2016**

Пользователь: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт", г.Актобе**
(наименование и адрес)

Поверка проведена в соответствии:
МП № KZ 04.02.07836-2013
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **БАЗИС ОБРАЗЦОВЫЙ 2-ГО РАЗРЯДА**

.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу - , разряду - ,

с учетом неопределенности измерений **2 мм на 100 м**

Дата поверки " **25** " **Ноября** **2019** г. Действителен до " **25** " **Ноября** **2020** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **ЕФАНОВ Д.А.**
подпись инициалы, фамилия

1614653
поверительного клейма

Поверитель _____ **ДЕЛЬДЕНКОВ О.С.**
подпись инициалы, фамилия

СЛ 18 : 1614653

ДКП: 056.ТЛ.ВА