Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от _____ «23» 10 2019г.

Код Инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
Организация здравоохранения: ЗКГМУ им М.Оспанова Клиника семейной медиц.						
Отделение: Рентгеновское отделение						

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Флюорограф 1297	N1	09.13г
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Сторонние* ☐		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☐	☐	☑	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Неисправна камера аппарата, необходима замена лампочек в пульте управления в кол-ве 4/шт.

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С	Должность	Зав. рентгенолог
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком-Плюс»		Представитель	Нашенова Г.А.
Директор	Позднякова Г. А.	Ф.И.О.	Нашенова Г.А.
Дата М.П.		Дата М.П.	23.09.19

Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от _____ «24» 10 2019г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения:	Адрес:
ЗКГМУ им. М. Оспанова Клиника Семейной мед.	г. Актобе ул. Моргасева, 68

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа:
1. Фолькоскоп 12Ф7	N1	09.13г.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Проведена диагностика и восстановлена работа аппарата. Причина неисправности: нарушена работа оптопары камеры КФ-400. Заменены лампочки пульта управления: 4 штуки.

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С.	Должность	Инженер-наборщик
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком Плюс»		Представитель	
Директор	Позднякова Г. А.	Ф.И.О.	24.10.19
Дата М.П.		Дата М.П.	

Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от_____ «29» 10 2019г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения:	Адрес:	
ЗКГМУ им. М.Оспанова Клиника Семейной медицины	г. Актобе ул. Маресьева, 68	
Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа:
1. Флюорограф 12Ф7	N1	09.17г.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Засветка пленки Неисправен экспонометр. Пленочек не пекли работы без экспонометра Аппарат пригоден к дальнейшей эксплуатации

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С.	Должность	гр- кинтехнолог
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком Плюс»	Представитель
Директор Позднякова Г. А.	Ф.И.О.
Дата М.П.	Дата М.П.

Приложение 2
к Правилам осуществление сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№ договора _____ от _____ «20» 12 2019г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения:	Адрес:	
ЗКГМУ им. М. Оспанова Клиника семейной медицины	г. Актобе ул. Маресьева, 68	
Медицинская техника:	**Серийный номер:**	**Дата монтажа:**
1. Р/а 12Ф7	N 1	09. 13 г.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☑	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Произведено ТО. Проверены электрические и механические части аппарата. Замечаний неблагоприятных

Аппарат пригоден к дальнейшей эксплуатации

Акт составил:		Работу принял:	
Исполнитель	Жумагулов Е.С.	Должность	Вр. инженер
Подпись		Подпись	

ТОО «Светоком Плюс»	Представитель
Директор Мозднякова Г. А.	Ф.И.О.
Дата М.П.	Дата М.П.